



Słupsk, dnia 22.07.2024r.

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa angiografu wraz z pozostałym wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń w celu dostosowania Pracowni Angiografii do obowiązujących przepisów”- nr postępowania 64/PN/2024**

Na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), [zwanej dalej także „PZP”] Zamawiający udostępnia treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

**1. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ, Część III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - zestawienie wymaganych oraz ocenianych parametrów, pkt 87. „Możliwość wykonania badań z wykorzystaniem CO2 jako środka kontrastowego”**

Zamawiający zawarł jako warunek graniczny wyposażenie dostarczanego angiografu w możliwość wykonywania badań z wykorzystaniem CO2. Pragniemy zauważyć, że podawanie CO2 powinno odbywać się w sposób kontrolowany, gdyż zbyt szybko podany CO2 może doprowadzić do miejscowego wzrostu temperatury ciała pacjenta i spowodować u niego silny ból, którego konsekwencją będzie poruszanie się w trakcie zabiegu. Natomiast zbyt wolne podawanie CO2 spowoduje utratę jakości obrazu, gdyż naczynia nie zostaną odpowiednio nim wypełnione. Czy w związku z powyższym czy Zamawiający chciałby wykonywać procedury z wykorzystaniem CO2 w sposób bezpieczny i kontrolowany (z monitorowaniem ciśnienia CO<sub>2</sub> i jego objętości) i będzie wymagał dostarczenia automatycznego wstrzykiwacza do podawania CO2, który mu to umożliwi?  
**Odp. Zamawiającego: Przedmiot zamówienia nie obejmuje dostawy wstrzykiwacza do podawania CO2.**

**2. Pytania do załącznika nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Dot. Lp. 73**

Zamawiający tym zapisem wyklucza naszą firmę z postępowania. Niewielka różnica w maksymalnej jasności monitorów nie ma żadnego znaczenia klinicznego. Prosimy o dopuszczenie monitorów o maksymalnej luminancji 500cd/m2 co pozwoli naszej firmie złożyć ważną ofertę nie podlegającą odrzuceniu.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza monitory o maksymalnej luminancji 500cd/m2**

**3. Dot. Lp. 92**

Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający wymaga w tym parametrze roadmappingu 2D i 3D do zabiegów neuroradiologicznych i obwodowych a więc statycznego a nie dynamicznego. Roadmapping dynamiczny występuje jedynie w zabiegach kardiologii interwencyjnej oraz w trybie 2D. Prosimy o zmianę parametru jako oczywiste pomyłki na: Funkcja Roadmap 2D i 3D co pozwoli naszej firmie złożyć ważną ofertę nie podlegającą odrzuceniu.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza roadmapping 2D i 3D statyczny.**

**4. Dot. §8 ust. 29 projektowanych postanowień umownych:**

Wykonawca zwraca się o zmianę treści §8 ust. 29 projektowanych postanowień umownych tak by otrzymał on brzmienie:

*„Odbiór całościowy potwierdzony zostanie w pisemnym protokole odbioru. Zamawiający lub osoba przez niego upoważniona ma prawo do odmowy podpisania protokołu odbioru, jeżeli przedmiot umowy będzie miał istotne wady.”.*

**Uzasadnienie:**

Wykonawca wnioskuję o dodanie do §8 ust. 29 sformułowania „istotne wady”. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądowym zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu dotkniętego jedynie wadą istotną (przykładowo wyrok SA w Szczecinie z dnia 17 lutego 2016 roku, sygn. akt: I ACa 1099/15, wyrok SN z dnia 9 października 2003 roku, sygn. akt: I CK 137/02). W takich zatem uwarunkowaniach bez podstawy prawnej byłoby działanie zamawiającego, który wstrzyma potwierdzenie należytej realizacji dostawy uwagi na pojawienie się uwag lub. zastrzeżeń o charakterze nieistotnym.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację w powyższym zakresie.**

**5. dot. §9 ust. 2 projektowanych postanowień umownych:**

Wykonawca zwraca się o zmianę treści §9 ust. 2 projektowanych postanowień umownych tak by otrzymał on brzmienie:

*„Gwarancja i rękojmia rozpoczyna swój bieg od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia bez istotnych zastrzeżeń.”.*

**Uzasadnienie:**

Wykonawca wnioskuję o dodanie do §9 ust. 2 sformułowania „istotne zastrzeżenia”. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądowym zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu dotkniętego jedynie wadą istotną (przykładowo wyrok SA w Szczecinie z dnia 17 lutego 2016 roku, sygn. akt: I ACa 1099/15, wyrok SN z dnia 9 października 2003 roku, sygn. akt: I CK 137/02). W takich zatem uwarunkowaniach bez podstawy prawnej byłoby działanie zamawiającego, który wstrzyma potwierdzenie należytej realizacji dostawy uwagi na pojawienie się uwag lub zastrzeżeń o charakterze nieistotnym. Chociażby także w §8 ust. 31 projektowanych postanowień umownych zdefiniowano na czym polegać mają „istotne zastrzeżenia”, stąd treści umowne winny być spójne.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację w powyższym zakresie.**

**6. Dot. §12 ust. 6 pkt 1) – 4) projektowanych postanowień umownych:**

Wykonawca zwraca się o zmianę treści §12 ust. 6 pkt 1) – 4) projektowanych postanowień umownych tak by otrzymał on brzmienie:

*„Ponadto Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę:*

- 1) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości 2000,00 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,*
- 2) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 500,00 zł za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany,*
- 3) za brak zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 2000,00 zł,”.*

**Uzasadnienie:**

Zmiana dotyczy urynkowania projektowanych stawek kar umownych w wyżej wskazanym zakresie albowiem kreowanie kar umownych na poziomie jak zaproponowano w §12 ust. 6 pkt 1)

– 4) projektowanych postanowień umownych jawi się jako obarczenie wykonawcy karą umowną rażąco wygórowaną, abstrahującą od realiów rynku i oderwaną od szkody jako takiej.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.**

7. Wykonawca zwraca się o dodanie do projektowanych postanowień umownych treści (choćby do §12):

„Rozwiązanie umowy albo odstąpienie od niej powoduje obowiązek zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy za prawidłowo wykonaną część umowy.”

albo treści równoważnej.

Uzasadnienie:

Wykonawca musi mieć zagwarantowaną płatność za prawidłowo wykonaną część umowy.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

8. Czy przyłączy elektryczne posiada warunki techniczne i czy Zamawiający wyraża zgodę na podłączenie się do istniejącej rozdzielni zasilania gwarantowanego. Wymagana moc 100kVa.

9. Czy rozdzielnia zasilania rezerwowego dysponuje warunkami technicznymi przyłącza, jeśli tak, to z jaką mocą i czy Zamawiający wyraża zgodę na podłączenie się do przedmiotowej rozdzielni.

**Odp. Zamawiającego na pytanie nr 8 i 9**

**Na terenie Szpitala posługujemy się trzema rodzajami określenia zasilania:**

- sieć i rozdzielnice nierezzerwowane
- sieć i rozdzielnice rezerwowane (z agregatu prądotwórczego - możliwa przerwa w zasilaniu do 3 minut)
- sieć i rozdzielnice UPS (zasilanie ciągłe z centralnych UPS-ów ON-LINE rezerwowanych agregatem)

**Wymagana moc 100kVA dostępna jest tylko w rozdzielnicy nierezzerwowanej, którą należy doposażyć w niezbędną infrastrukturę dla danego odptywu z możliwością rejestracji poboru mocy i wartości zakłóceń harmoniczných. (np LOWATO DMG600)**

10. Czy infrastruktura UPS dysponuje wolnym miejscem przyłączeniowym i warunkami technicznymi, jeśli tak, to z jaką mocą i czy Zamawiający wyraża zgodę na podłączenie się. W przypadku wyrażenia zgody na podłączenie, prosimy o przesłanie parametrów technicznych urządzenia UPS.

**Odp. Zamawiającego:**

**Z rozdzielnicy UPS można zasilić obwody komputerowe instalowanego urządzenia - dostępna moc na poziomie 12kVA - rozdzielnicę również należy doposażyć w pole odptywowe odpowiednie dla danego poboru mocy.**

11. Czy Zamawiający udostępni istniejący Projekt Osłon Stałych pomieszczeń objętych projektem przebudowy.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający udostępnia rzut gabinetu RTG objętego przebudową. Projekt Osłon Stałych pomieszczeń objętych projektem przebudowy do wglądu w Siedzibie Zamawiającego.**

12. Czy Zamawiający przewiduje wyłączenie z użytkowania korytarza przylegającego do remontowanych pomieszczeń w celu usprawnienia ciągłości wykonywania prac adaptacyjnych i zabezpieczenia przed dostępem osób postronnych.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie przewiduje wyłączenia korytarza z eksploatacji przed dostępem osób postronnych.**

13. Prosimy o doprecyzowanie jakiego typu wtyków gazowych tlenu, podtlenu azotu i powietrza: AGA, DIN II (Draeger), inny niewymieniony będzie wymagał Zamawiający.

**Odp. Zamawiającego: DIN II (Draeger),**

14. Prosimy o doprecyzowanie jakiego typu wtyku odciągu gazów poanestetycznych: AGSS AGA , AGSS DINII ( Draeger), inny niewymieniony, będzie wymagał Zamawiający.

**Odp. Zamawiającego: AGSS DINII ( Draeger).**

15. Prosimy o doprecyzowanie jakiego typu przetworników krwawego ciśnienia: Edwards, BD, Abbott, Utah, B.Braun, inne niewymienione, będzie wymagał Zamawiający.

**Odp. Zamawiającego: Edwards.**

16. Prosimy o odpowiedź jaki rodzaj odciągu gazów poanestetycznych posiada Zamawiający na stanowisku na którym ma zostać zamontowany aparat do znieczulenia:

- bierny odciąg lub brak instalacji odciągu
- czynny odciąg o dużym przepływie instalacji odciągu zgodny z normą PN EN ISO 7396 2
- czynny odciąg o małym przepływie instalacji odciągu

**Odp. Zamawiającego: W chwili obecnej na stanowisku na którym ma zostać zamontowany aparat do znieczulenia brak jest instalacji odciągu gazów poanestetycznych.**

**Zgodnie z PFU należy opracować pełnobrańzową dokumentację projektową w której należy uwzględnić m.in. instalację gazów medycznych.**

17. Prosimy o doprecyzowanie jakiego typu wlewu parownika do sevofluranu: QF Abbvie czy STS Baxter, będzie wymagał Zamawiający.

**Odp. Zamawiającego: STS Baxter.**

18. Dotyczy warunków gwarancji i serwisu, punkt 3: Ze względu na fakt, że technologia wytwarzania oferowanego sprzętu ulega szybkim zmianom i cykle produkcyjne podzespołów są stosunkowo krótkie w celu zastąpienia ich nowymi technologicznie odpowiednikami, zwracamy się z prośbą o skrócenie terminu dostępności części zamiennych dla urządzeń medycznych do 7 lat.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.**

19. Dotyczy warunków gwarancji i serwisu, punkt 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu do 48 godzin w dni robocze?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.**

20. Dotyczy paragrafu 10, ustęp 4, podpunkt 2: Ze względu na fakt, że technologia wytwarzania oferowanego sprzętu ulega szybkim zmianom i cykle produkcyjne podzespołów są stosunkowo krótkie w celu zastąpienia ich nowymi technologicznie odpowiednikami, zwracamy się z prośbą o skrócenie terminu dostępności części zamiennych oraz serwisu pogwarancyjnego dla urządzeń medycznych do 7 lat.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.**

21. Dotyczy paragrafu 10, ustęp 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu do 48 godzin w dni robocze?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.**

22. Dotyczy paragrafu 10 ustęp 7: Z uwagi na specyfikę urządzeń medycznych, czynności serwisowe zapewne będą dokonywane, co wynika z normalnej eksploatacji tego typu urządzeń. W naszej ocenie przedłużenie okresu gwarancji powinno nastąpić nie o czas napraw, które zapewne nastąpią, ale o czas przedłużającej się naprawy, ponad terminy określone w umowie. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści w/w punktu, poprzez nadanie mu następującej postaci: „Każda naprawa gwarancyjna wydłużająca się ponad terminy określone w umowie powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji.”?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.**

23. Dotyczy paragrafu 10 ustęp 8: Wykonawca nie może ponosić ryzyka związanego z konsekwencjami działań serwisowych podmiotów niezależnych od Wykonawcy i o nieznanym dla Wykonawcy kompetencjach i systemie zapewnienia jakości świadczonych usług. Wykonawca nie może być zmuszany do ponoszenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi i/lub gwarancji dla aparatu, w którym mogły zostać dokonane naprawy lub modyfikacje niezgodne z zaleceniami producenta i stanowiące potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa obsługi i pacjentów badanych za pomocą aparatu. Chcemy również zauważyć, że zapis umowy może potencjalnie obciążać Wykonawcę odpowiedzialnością za szkodę wyrządzoną przez inny podmiot, a więc jest niezgodny z art. 361 § 1 kc.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą modyfikację zapisu umowy: *Jeśli Wykonawca nie dokona naprawy w terminie, lub jeśli po usunięciu usterki lub awarii przedmiot umowy nadal nie będzie w pełni sprawny, Zamawiającemu przysługuje prawo do zlecenia naprawy lub zakupu analogicznego przedmiotu umowy, jeśli naprawa nie będzie możliwa, wraz z kosztami ewentualnego transportu w obie strony innemu autoryzowanemu punktowi sprzedaży i serwisu producenta aparatury na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający zachowuje uprawnienia przysługujące mu w ramach umowy i udzielonej gwarancji. Prosimy również o dodanie następującego zastrzeżenia: Zamawiający uprzednio wezwie Wykonawcę do usunięcia naruszenia wyznaczając mu dodatkowy, nie krótszy niż 2 dni robocze termin.*

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.**

24. Dotyczy paragrafu 12, ustęp 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej do 10% wartości przedmiotu umowy?

**Odp. Zamawiającego: Nie.**

25. Dotyczy paragrafu 12, ustęp 6, podpunkt 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umowy, o której mowa w podpunkcie 1 do 1000,00 zł?

**Odp. Zamawiającego: Nie.**

26. Dotyczy paragrafu 12, ustęp 6, podpunkt 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umowy, o której mowa w podpunkcie 2 do 500,00 zł?

**Odp. Zamawiającego: Nie.**

27. Dotyczy paragrafu 12, ustęp 6, podpunkt 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umowy, o której mowa w podpunkcie 3 do 1000,00 zł?

**Odp. Zamawiającego: Nie.**

28. Dotyczy paragrafu 12, ustęp 6, podpunkt 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umowy, o której mowa w podpunkcie 4 do 0,2% niezapłaconej należności za każdy dzień zwłoki?

**Odp. Zamawiającego: Nie**

29. Dotyczy paragrafu 12, ustęp 6, podpunkt 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umowy, o której mowa w podpunkcie 6 do 0,2% wynagrodzenia umownego?

**Odp. Zamawiającego: Nie.**

30. Dotyczy paragrafu 12, ustęp 7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby łączna maksymalna wysokość kar umownych nie mogła przekroczyć 10% wartości umowy?

**Odp. Zamawiającego: Nie.**

31. Dotyczy pkt 318: Czy w związku z powszechną praktyką stosowaną przez firmy dostarczającą gazy anestetyczne tj. dzierżawy parowników Zamawiający zrezygnuje z dostawy parownika do desfluranu?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający zrezygnuje z dostawy parownika do desfluranu, zaoferowany aparat do znieczulania musi posiadać możliwość montażu parownika do desfluranu.**

Załączniki:

Wzór Część II – Wzór umowy po modyfikacji z dnia 22.07.2024r.

Rzut I piętra

Z-CA KIEROWNIKA  
Działu Zakupów  
i Zamówień Publicznych  
  
Agnieszka Kuklińska - Znamirowska