

DZP.271.25.2024-2

Bielsko-Biała dn. 07.05.2024 r.

Dotyczy: przetargu na dostawę systemu do ogrzewania pacjenta dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej (znak sprawy: DZP.271.25.2024).

Upzejmie informujemy, iż do siedziby Zamawiającego wpłynęły zapytania do SWZ o treści :

Pytanie 1:

Czy Zamawiający wymaga, żeby element grzewczy systemu ogrzewania pacjenta był wyposażony w warstwę elastycznych polimerów węglowych (w odróżnieniu od włókien węglowych) uniemożliwiającą osiągnięcie wyższej temperatury w miejscu uszkodzenia powłoki materaca/koca, co daje możliwość dokończenia zabiegu bez konieczności wyłączenia systemu? Uszkodzenie mechaniczne materaca podczas trwającej procedury, np. przecięcie skalpelem lub przekłucie, nie powoduje wtedy powstania bezpośredniego zagrożenia dla pacjenta lub personelu ani nie wymaga zatrzymania lub przerwania procedury.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.