



Numer sprawy: DZ/15/2022/PP

Warszawa 29.04.2022 r.

Do Wykonawców

Dotyczy postępowania na: Dostawa wektorowego generatora sygnałów wraz z oprogramowaniem opcjonalnym dla Instytutu Łączności – PIB, w ramach projektu: „Laboratorium systemów mobilnych 5G/6G”.

WYJAŚNIENIA

Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający poprzez wymóg twardej walizki transportowej umożliwiającej bezpieczne przechowywanie oraz przewóz przyrządu podczas eksploatacji przez kupującego, ma na myśli skrzynię typu Peli Case lub równoważną, wykonaną z polipropylenu o odporności IP67, z indywidualnym wycięciem pod przyrząd wewnętrznej gąbki ochronnej, czy wystarczająca jest wzmocniona skrzynia transportowa ze sklejkki?

Odpowiedź:

Zamawiający ma na myśli skrzynię typu Peli Case.

Pytanie 2:

W przypadku gdy opcje programowe realizujące wymagania zawarte w Prawie Opcji są opcjami programowanymi instalowanymi na przyrządzie, nie mogą być one w pełni dostarczone i funkcjonalne przed dostarczeniem przyrządu, a ustalony w projekcie umowy termin dostarczenia opcji może nastąpić przed dostawą przyrządu, która jest możliwa do 30.09.2022 r. Czy Zamawiający w związku z tym dopuści termin dostarczenia tych opcji nie później niż 7 dni od daty dostarczenia przyrządu, dla którego te opcje są przewidziane?

Odpowiedź:

Zamawiający wydłuża termin realizacji przedmiotu zamówienia do 14 października 2022r. Jest to maksymalny termin, do którego Wykonawca musi dostarczyć przedmiot zamówienia podstawowego oraz opcję – jeśli Zamawiający skorzysta z prawa opcji.

Poinformowanie Wykonawcy o uruchomieniu prawa opcji nastąpi najpóźniej do dnia 23.09.2022 a więc Wykonawca posiada niezbędny czas na dostarczenie kompletu zamówienia do dnia 14.10.2022 r.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający może potwierdzić, że specyfikując maksymalną moc wyjściową 15 dBm lub więcej dla częstotliwości > 2 GHz, ma na myśli gwarantowaną moc wyjściową dla fali ciągłej CW?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający potwierdza, że specyfikując maksymalną moc wyjściową 15 dBm lub więcej dla częstotliwości > 2 GHz, ma na myśli gwarantowaną moc wyjściową dla fali ciągłej CW.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający specyfikując minimalną szerokość pasma 500 MHz ma na myśli wewnętrzne pasmo modulacji?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający specyfikując minimalną szerokość pasma 500 MHz ma na myśli wewnętrzne pasmo modulacji.

Pytanie 5:

Czy Zamawiający specyfikując minimalną pamięć 512 MSa ma na myśli pamięć wewnętrzną wbudowanego generatora ARB?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający specyfikując minimalną pamięć 512 MSa ma na myśli pamięć wewnętrzną wbudowanego generatora ARB.

Pytanie 6:

Czy specyfikując wymaganie gwarancji rozszerzonej do 5 lat Zamawiający wymaga aby przyrząd był nowy i objęty 5 letnią gwarancją Producenta i czy będzie wymagał potwierdzenia tego wymogu przez Producenta sprzętu na piśmie?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby sprzęt był nowy i objęty gwarancją producenta potwierdzoną na piśmie. W związku z powyższym Zamawiający dokonał zmiany w załączniku nr 2 do Zaproszenia – Formularzu ofertowy.

Pytanie 7:

W kryterium oceny Zamawiający jako jedyne kryterium podał Cena brutto = 100%. W jaki sposób Zamawiający oceni, porówna i dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, gdy np. w konfiguracji podstawowej przyrząd będzie droższy, a w konfiguracji z opcjami określonymi w Prawie Opcji będzie tańszy – którą ofertę Zamawiający wybierze? Prosimy o jasne określenie zasad wyboru najkorzystniejszej oferty uwzględniające wszystkie możliwe konfiguracje cen wersji podstawowej, pierwszej opcji i drugiej opcji i wszystkie możliwe ich wzajemne relacje pomiędzy poszczególnymi ofertami.

Odpowiedź:

Zgodnie z dokumentami zamówienia, Zamawiający przewiduje dostawę zakresu podstawowego zamówienia oraz prawa opcji, z którego Zamawiający może, ale nie musi skorzystać. Zamawiający nie przewiduje w postępowaniu składania ofert wariantowych. Do oceny ofert Zamawiający przyjmie kryterium 100% ceny brutto za wykonanie zamówienia podstawowego.

Wykonawca w wycenie prawa opcji powinien uwzględnić całkowity koszt, jaki Zamawiający będzie zobowiązany ponieść, jeśli z prawa opcji skorzysta. Uruchomienie

prawa opcji uzależnione jest od wartości wynagrodzenia za daną opcję oraz od środków posiadanych przez Zamawiającego.

Dodatkowo, Zamawiający modyfikuje treść załączników do Zaproszenia, poprzez dodanie prawa opcji 3, obejmującego łącznie opcję 1 oraz 2.

Pytanie 8:

Zamawiający w projekcie umowy określił, że „Wynagrodzenie (...) wynosi [waluta] netto, (słownie.....zł)”. Czy Zamawiający dopuszcza składanie ofert i rozliczenie w walucie EUR i jeśli tak, to jaki kurs waluty EUR zostanie przyjęty do oceny ofert?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza składanie ofert i rozliczenie w walucie obcej (w tym m.in. w EURO). Do oceny ofert Zamawiający przyjmie średni kurs NBP z dnia otwarcia ofert.

Pytanie 9:

Z uwagi na duży stopień zaawansowania technicznego oferowanego przyrzędu i konieczność wykonania skomplikowanej kalibracji po naprawie prosimy o zmianę terminu reakcji serwisu na zgłoszenie wady lub usterki na 3 dni robocze od zgłoszenia, a terminu naprawy na 30 dni roboczych od daty przyjęcia zgłoszenia.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia czas reakcji serwisu na zgłoszenie wady lub usterki na 3 dni robocze oraz termin naprawy na 30 dni roboczych od daty zgłoszenia.

W związku z powyższym Zamawiający dokonał zmiany w załączniku nr 3 do Zaproszenia – Projektowane postanowienia umowy.

Pytanie 10:

Prosimy o zmniejszenie kary umownej za odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy do 20% wartości netto umowy, dodanie kary umownej dla Zamawiającego za odstąpienie od umowy lub jej wypowiedzenia przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 20% wartości netto umowy oraz zmniejszenie górnego limitu kar dla Wykonawcy do 20% wartości wynagrodzenia netto umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający częściowo przychyliła się do wniosku Wykonawcy i dokonuje zmiany w zakresie wysokości kar umownych w załączniku nr 3 do Zaproszenia – Projektowanych postanowieniach umowy.

W związku z powyższym Zamawiający dokonał zmiany w załączniku nr 3 do Zaproszenia – Projektowane postanowienia umowy.

Pytanie 11:

W związku ze złożonością zagadnienia, potrzebą dobrania optymalnej konfiguracji i okresem świątecznym, prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 6 maja 2022 r.

Odpowiedź:

Zamawiający przedłużył termin składania ofert do dnia 06.05.2022 g. 12:30.

Pytanie 12:

Czy w związku z ogólnoswiatową trudną sytuacją na rynku podzespołów elektronicznych, przerwanymi łańcuchami dostaw które wydłużają czas realizacji zamówień w szczególności na profesjonalne urządzenia produkowane na zamówienie Zamawiający dopuszcza wydłużenie realizacji dostawy do 31 października br.?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu realizacji dostaw do dnia 14 października 2022 r. z zastrzeżeniem, że w tym terminie musi zostać dostarczone zamówienie podstawowe oraz opcja – w przypadku jej zamówienia.

Pytanie 13:

W związku z sytuacją opisaną w pytaniu powyżej ewentualne opóźnienia dostawy nie zależą bezpośrednio od dostawcy. W związku z powyższym zaproponowane przez Zamawiającego kary umowne są bardzo wysokie. Prosimy o ich obniżenie do następujących poziomów: za odstąpienie od umowy z 30% na 15%, za opóźnienie w dostarczeniu z 0,3% na 0,1% oraz za opóźnienie w usunięciu wad z 0,3% na 0,1%, a łączną wysokość kar z 40% na 20%.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał zmiany w zakresie wysokości kar umownych w załączniku nr 3 do Zaproszenia - Projektowanych postanowieniach umowy.

Pytanie 14:

Ze względów proceduralnych realizacja zamówienia objętego prawem opcji, nawet obejmująca tylko oprogramowanie wymaga więcej niż 7 dni. Uprzejmie prosimy o zamianę tego terminu na 14 dni roboczych.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na 14 dni roboczych z zastrzeżeniem, że maksymalnym terminem, do którego Wykonawca musi dostarczyć przedmiot zamówienia podstawowego oraz opcji – jeśli Zamawiający skorzysta z prawa opcji, to 14.10.2022 r.

Poinformowanie Wykonawcy o uruchomieniu prawa opcji nastąpi najpóźniej do dnia 23.09.2022 a więc Wykonawca posiada niezbędny czas na dostarczenie kompletu zamówienia do dnia 14.10.2022 r.

Pytanie 15:

Ze względu na konieczność uzyskania ofert specjalnych u producenta sprzętu prosimy o wydłużenie terminu składania ofert do 5 maja br.

Odpowiedź:

Zamawiający przedłużył termin składania ofert do dnia 06.05.2022 g. 12:30.

Pytanie 16:

Zamawiający w prawie opcji wymaga wskazania ceny Opcji 1 i Opcji 2. Wymóg ten może wiązać się z koniecznością zaoferowania dodatkowej opcji (Opcja 3) sprzętowej i/lub programowej, tej samej dla Opcji 1 i Opcji 2. Czy Zamawiający w takiej sytuacji wymaga wskazania ceny Opcji 3 dla obu opcji (nr 1 i nr 2)? Jak Zamawiający oceni w takim przypadku ofertę wg wskazanego kryterium oceny?

Odpowiedź:

Zgodnie z dokumentami zamówienia, Zamawiający przewiduje dostawę zakresu podstawowego zamówienia oraz prawa opcji, z którego Zamawiający może, ale nie musi skorzystać. Zamawiający nie przewiduje w postępowaniu składania ofert wariantowych. Do oceny ofert Zamawiający przyjmie kryterium 100% ceny brutto za wykonanie zamówienia podstawowego.

Wykonawca w wycenie prawa opcji powinien uwzględnić całkowity koszt, jaki Zamawiający będzie zobowiązany ponieść, jeśli z prawa opcji skorzysta. Uruchomienie prawa opcji uzależnione jest od wartości wynagrodzenia za daną opcję oraz od środków posiadanych przez Zamawiającego.

Dodatkowo, Zamawiający modyfikuje treść załączników do Zaprośzenia, poprzez dodanie prawa opcji 3, obejmującego łącznie opcję 1 oraz 2.