



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamieńskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101
www.wssk.wroc.pl

Szp/FZ – 22/ 252 /2019

Wrocław, dnia 7.06.2019 r.

INFORMACJA NR 7 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „*Dostawa aparatury medycznej*”.

Pytanie nr 1 - Zadanie nr 8

Zamawiający pierwotnie wymagał w sumie 37 elektrod w 8 rodzajach, natomiast w odpowiedziach na pytania dopuścił inną konfigurację sprzętu zawierającą 24 elektrody w 4 innych rodzajach. Różnica w ilości elektrod wpływać będzie znacznie na cenę, dlatego prosimy o dopuszczenie równoważnej konfiguracji zawierającej 24 sztuki elektrod w 4 następujących rodzajach:

- Elektroda tnąca, pętlowa, bipolarna, wielorazowa, do optyk o śr. 4 mm i kącie patrzenia 30°, pętla okrągła o śr. 0,3 mm, do płaszczy z ciągłym przepływem 26 Fr. - Elektroda pojedyncza (bez tzw "daszka") - 6 sztuk
- Elektroda koagulująca bipolarna, wielorazowa, do optyk o śr. 4 mm i kącie patrzenia 30°, do płaszczy z ciągłym przepływem 26 Fr - 6 szt
- Elektroda waporyzująca plazmowa bipolarna w kształcie uciętego stożka, pakowana sterylnie, do optyk o kącie patrzenia 30° do płaszczy 26 Fr – 6 szt
- Elektroda plazmowa bipolarna do enukleacji prostaty, pakowana sterylnie, do optyk o kącie patrzenia 30° do płaszczy 26 Fr – 3 szt
- Elektroda bipolarna hakowa wielorazowa – 3 szt

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie konfiguracji sprzętu zawierającej 24 elektrody o powyższej konfiguracji. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 2 - Zadanie nr 8

Zamawiający pierwotnie wymagał głowicy 1/3 CCD z zoomem optycznym min. x2, format 16:10. W odpowiedziach na pytania zgodził się na gorszy parametr – głowica bez zoomu optycznego, format 4:3. Prosimy zatem o dopuszczenie również głowicy 1/3 CCD bez zoomu optycznego, format 16:10

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie głowicy 1/3 CCD bez zoomu optycznego, format 16:10.

Pytanie nr 3 - Zadanie nr 8

Czy w celu zachowania konkurencji oraz zapewnienia Zamawiającemu możliwości otrzymania jak najlepszych ofert w niniejszym postępowaniu, Zamawiający w zadaniu nr. 8 będzie dodatkowo punktował w ocenie technicznej następujące parametry?:

Obrazowanie w wąskim paśmie światła, wykorzystujące hybrydową technologię optyczno cyfrową ze skutecznością potwierdzoną min. 3 badaniami klinicznymi	TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt
Waga głowicy kamery, zintegrowanej z adapterem do podłączenia optyki, bez kabla, max 65 g	TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt
Możliwość zmiany położenia głowicy kamery w przypadku kolizji z kanałem roboczym (narzędziem), umożliwiający obserwację bez zmiany orientacji i horyzontu obrazu	TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt

Odpowiedź:

Zamawiający będzie dodatkowo punktował w ocenie technicznej parametry zgodnie z powyższą tabelą. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

W związku z wpływaniem wniosków i zapytań w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający na podstawie art. 12a ust. 1 w związku z art. 38 ust. 1a) przesuwa termin składania i otwarcia ofert na 24.06.2019 r. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z UPOWAŻNIENIEM DYREKTORA
Z-ca DYREKTORA
ds. Finansów i Administracji

mgr inż. Jadwiga Raziuk

*Jacek
Jura*