



Wrocław, dnia 23.01.2024r

Do wszystkich uczestników zapytania ofertowego

Szp243/FZ-089/2023

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73 a przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem do zapytania ofertowego na dostawę 60 szt. Termo higrometrów wraz ze świadectwem .

Znak sprawy: Szp243/FZ- 089/2023

Pytanie nr 1 – MERAZET S.A.

Czy Zamawiający wyraża zgodą na zaoferowanie termohigrometru o poniższych parametrach

- Pomiar temperatury zewnętrznej przez wodoodporny czujnik na kablu 1,3m
- Zakres pomiarowy temp. wewn.: 0...+50°C
- Zakres pomiarowy temperatura czujnika na przewodzie: -30...+60°C
- Dokładność pomiaru +/- 1 °C
- Rozdzielczość 0,1°
- Zakres pomiarowy wilgotność: 20...90%
- Dokładność pomiaru +/- 5%
- Rozdzielczość 1%
- Zegar kwarcowy (bez funkcji budzika)
- Wyświetlanie wartości maksymalnych i minimalnych
- Zasilanie: baterie 2 x AAA 1,5 V brak w zestawie
- Wymiary: (dł.) 72 x (szer.) 16 (49) x (wys.) 121 mm
- Waga: 94g
- Wyświetlacz LCD

Czy świadectwo wzorcowania może być wystawione przez laboratorium nieakredytowane czy



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

też wymagane jest laboratorium akredytowane?

Odpowiedz :

- Zamawiający dopuszcza
- Zamawiający nie dopuszcza pomiaru temp.-ma być zgodny ze specyfikacją.
- Zamawiający dopuszcza
- Zamawiający dopuszcza
- Zamawiający dopuszcza
- Zamawiający nie dopuszcza pomiary wilgotności ma być zgodny ze specyfikacją
- Zamawiający dopuszcza
- Zamawiający dopuszcza
- Zamawiający dopuszcza
- Zamawiający dopuszcza
- Zamawiający nie dopuszcza - ma być z baterią w zestawie
- Zamawiający wymaga minimalne wymiary 130x22x78mm
- Zamawiający wymaga minimalną wagę 110 g.
- Zamawiający dopuszcza.

Świadectwo wzorcowania może być wystawione przez laboratorium nieakredytowane.

Powyższe informacje stanowią integralną część zaproszenia do składania propozycji cenowej

KIEROWNIK DZIAŁU
Zaproszenia i Zamówień Publicznych
[Signature]
Renata Kowalska

[Signature]
Kierownik Działu
Zaproszenia i Zamówień Publicznych
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
ul. H. M. Kamińskiego 73a, 51-124 Wrocław
Infolinia 45 95 95 454
Sekretariat tel. +48 71 32 70 101; e-mail: sekretariat@wssk.wroc.pl
NIP 8951645574, REGON 000977893
www.wssk.wroc.pl



**DOLNY
ŚLĄSK**