



## INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73a zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „**Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku dla Bloku operacyjnego**”

### Pytanie nr 1 – dotyczy pakietu 1

Czy Zamawiający dopuści taśmy do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet: o specyfikacji zbliżonej do wymagań Zamawiającego:

System do operacyjnego nietrzymania moczu wykonana z polipropylenu monofilamentowego, o długości 45cm, szerokości 1,1cm, grubości 0,45mm, grubości nici 0,15mm, wielkość porów: 0,90 mm, zakończona długimi niebieskimi pętelkami do implantacji (do których mocowane jest narzędzie). taśma o gramaturze 57g/m<sup>2</sup>, w bezpiecznej plastikowej osłonce, niezachodzącej na siebie, symetryczne ok.2,5cm zwężenia na końcach taśmy.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

### Pytanie nr 2 – dotyczy pakietu 3

Czy Zamawiający dopuści Pakiet 3 Zestaw drenów jednorazowego użytku do ssania i płukania z kaniulą o długości 330 mm i 450 mm do wyboru przez zamawiającego - typu Valve - z końcówką - przycisk do ssania oznaczony kolorem - przycisk do płukania oznaczony kolorem – możliwość użycia uchwytu wzdluznego pakowane papier- folia dreny silikonowe sterylne, jednorazowe.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zestaw o powyższych parametrach. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

### Pytanie nr 3 – dotyczy pakietu 5

Czy zamawiający dopuści:

Jednorazowy worek automatyczny z aplikatorem do ewakuacji preparatu umieszczony na metalowych widelkach, materiał nie ulegający pękaniu i zrywaniu się, dno dodatkowo wzmocnione podwójną warstwą materiału, dodatkowo separator tkankowy w postaci koralika umożliwiający łatwą ewakuację worka. Oznaczenie kolorystyczne i graficzne określające położenie światła worka, kompatybilny z trokarem 10 mm lub większym. Objętość 225 ml. Pakowane po 10 szt.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.



**Pytanie nr 4 – dotyczy pakietu 5**

Czy Zamawiający w pakiecie 5 w pozycji 1 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Worek laparoskopowy do ekstrakcji narządów, jednorazowy, o wymiarach 9cm, 19cm o średnicy 5cm. Wykonany z odpornego na rozciąganie tworzywa sztucznego. Woreczek stanowi torebka z umieszczoną brzeźnie linką, która po zaciągnięciu zamyka woreczek jak sakiewkę. Pojemność worka 200ml?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 5 – dotyczy pakietu 1**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1: taśmę do operacyjnego nietrzymania moczu TOT/TVT, jednorazową, niewchłaniającą, z polipropylenu monofilamentowego, w dwuczęściowej plastikowej osłonce (w środkowej części brak osłonki na odcinku min. 1,5 cm), o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, wielkość porów średnia 0,98 mm, max 2,31 mm, grubości taśmy 0,33 mm, grubości nici 0,08 mm, gramaturze 48 g/m<sup>2</sup>, porowatość 84%, wytrzymałości na rozciąganie 70 N/cm, atraumatycznych brzegach ciętych laserowo zakończonych bezpiecznymi 20 cm zielonymi pętelkami, posiadająca symetryczne 1,5 cm zwężenia na końcach, wykonaną w technologii quadriaxial?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

*Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.*

Z-ca Kierownika Działu  
Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych

mgr inż. Jacek Banaszak

**REFERENT**

ds. Zamówień i Zamówień Publicznych  
ul. H. M. Karłowicza 73a, 51-124 Wrocław

Małgorzata Cierpka

Sekretariat tel. +48 71 32 70 101; e-mail: sekretariat@wssk.wroc.pl

NIP 8951645574, REGON 000977893

[www.wssk.wroc.pl](http://www.wssk.wroc.pl)



**DOLNY  
ŚLĄSK**