

<b>Zamawiający:</b> <b>Samodzielny Publiczny Zakład Opieki</b> <b>Zdrowotnej w Konstantynowie</b> <b>Łódzkim</b>	ul. Sadowa 10, 95-050 Konstantynów Łódzki e-mail: sekretariat@spzoz.konstantynow.pl <a href="https://bip.konstantynow.pl/">https://bip.konstantynow.pl/</a> <a href="https://platformazakupowa.pl/pn/konstantynow_lodzki">https://platformazakupowa.pl/pn/konstantynow_lodzki</a>
---	--

Nr referencyjny SPZoz 1/2022

Konstantynów Łódzki, dn. 21.07.2022 r.

### **Wyjaśnienie treści SWZ**

#### **Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego**

#### **w trybie podstawowym bez negocjacji**

#### **pn. Dostawa aparatu rentgenowskiego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki**

#### **Zdrowotnej w Konstantynowie Łódzkim**

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści SWZ:

#### **Pytanie nr 1<sup>1</sup>**

Zapytanie nr 1 dotyczy Zestawienie wymaganych parametrów technicznych – L.p. 9

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat RTG z generatorem o maksymalnym prądzie do 630 mA?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści do postępowania aparat z generatorem o maksymalnym prądzie do 630 mA.

#### **Pytanie nr 2**

Zapytanie nr 2 dotyczy Zestawienie wymaganych parametrów technicznych – L.p. 10

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat RTG z generatorem o zakresie mAs: 0,5-630?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuści do postępowania aparat z generatorem o zakresie 0,5 - 630 mAs.

#### **Pytanie nr 3**

Zapytanie nr 3 dotyczy Zestawienie wymaganych parametrów technicznych – L.p. 27

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat RTG z kolumną o zakresie ruchu poprzecznego 20,4 cm?

---

<sup>1</sup>Zachowano oryginalną pisownię pytań.

<b>Zamawiający:</b> <b>Samodzielny Publiczny Zakład Opieki</b> <b>Zdrowotnej w Konstantynowie</b> <b>Łódzkim</b>	ul. Sadowa 10, 95-050 Konstantynów Łódzki e-mail: sekretariat@spzoz.konstantynow.pl <a href="https://bip.konstantynow.pl/">https://bip.konstantynow.pl/</a> <a href="https://platformazakupowa.pl/pn/konstantynow_lodzki">https://platformazakupowa.pl/pn/konstantynow_lodzki</a>
---	--

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuści do postępowania aparat z kolumną o zakresie ruchu poprzecznego 20,4cm.

**Pytanie nr 4**

Zapytanie nr 4 dotyczy Zestawienie wymaganych parametrów technicznych – L.p. 50

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat RTG ze stołem wyposażonym w szyny wzdłuż dłuższych boków chroniące blat przed uszkodzeniami i umożliwiające zastosowanie akcesoriów do blatu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści do postępowania aparat wyposażony w szyny wzdłuż dłuższych boków stołu.

**Pytanie nr 5**

Zapytanie nr 5 dotyczy Zestawienie wymaganych parametrów technicznych – L.p. 52

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat RTG ze statywem o odległości środka od podłoża wynoszącej 183 cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuści do postępowania aparat ze statywem o odległości środka panelu od podłoża wynoszącej 183 cm.

**Pytanie nr 6**

Zapytanie nr 6 dotyczy Zestawienie wymaganych parametrów technicznych – L.p. 72

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat RTG z detektorem o klasie wodoodporności wyznaczonej na IP53?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuści do postępowania aparat z detektorem o klasie wodoodporności IP33.

**Pytanie nr 7**

Dot. Parametru II/9

Czy zamawiający dopuści maksymalny prąd 630mA ?Jest to bardzo znikoma różnica względem wymaganego parametru zaledwie 2%.

<b>Zamawiający:</b> <b>Samodzielny Publiczny Zakład Opieki</b> <b>Zdrowotnej w Konstancynowie</b> <b>Łódzkim</b>	ul. Sadowa 10, 95-050 Konstancynów Łódzki e-mail: sekretariat@spzoz.konstancynow.pl <a href="https://bip.konstancynow.pl/">https://bip.konstancynow.pl/</a> <a href="https://platformazakupowa.pl/pn/konstancynow_lodzki">https://platformazakupowa.pl/pn/konstancynow_lodzki</a>
---	--

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści do postępowania aparat z generatorem o maksymalnym prądzie 630 mA.

**Pytanie nr 8**

Dot. Parametru IV/26

Czy zamawiający dopuści zakres ruchu wzdłużnego lampy 207 cm, jest on nie znacznie mniejszy od wymaganego mimo wszystko dający pełen zakres potrzebny do komfortowego użytkowania.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuści do postępowania aparat z zakresem ruchu wzdłużnego lampy 207 cm.

**Pytanie nr 9**

Dot. Parametru VI/38

Czy zamawiający dopuści wymiaru płyty stołu 226x75? Jest on nie znacznie mniejszy od wymaganego mimo wszystko dający możliwość komfortowego użytkowania.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuści do postępowania aparat ze stołem o wymiarach płyty 226x 75cm.

**Pytanie nr 10**

Dot. Parametru VI/39

Czy zamawiający dopuści regulowaną wysokość stołu w zakresie 58,9 – 87,6?? Większość wózków transportowych ma wysokość 75 cm, dlatego wysokość 58,9 cm jest wystarczająca.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści do postępowania aparat z regulacją wysokości stołu w zakresie 58,9 - 87,6 cm.

**Pytanie nr 11**

Dot. Parametru VI/41

Czy zamawiający dopuści zakres ruchu wzdłużnego równy 94 cm? Jest to tylko 6% różnicy względem wymiaru wymaganego , dający możliwość wykonania eskpozycji prawidłowo.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuści do postępowania aparat ze stołem o zakresie ruchu wzdłużnego 94cm.

<b>Zamawiający:</b> <b>Samodzielny Publiczny Zakład Opieki</b> <b>Zdrowotnej w Konstancynowie</b> <b>Łódzkim</b>	ul. Sadowa 10, 95-050 Konstancynów Łódzki e-mail: sekretariat@spzoz.konstancynow.pl <a href="https://bip.konstancynow.pl/">https://bip.konstancynow.pl/</a> <a href="https://platformazakupowa.pl/pn/konstancynow_lodzki">https://platformazakupowa.pl/pn/konstancynow_lodzki</a>
---	--

#### **Pytanie nr 12**

Dot. Parametru VI/47

Czy zamawiający dopuści obciążenie max stołu 230kg?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuści do postępowania aparat z max. obciążeniem stołu 230 kg.

#### **Pytanie nr 13**

Dot. Parametru VI/48

Czy zamawiający zrezygnuje z obrotowej szuflady umożliwiającej jej obrót bez konieczności wyjmowania detektora? Jest to parametr bardzo ograniczający, niezgodne z regułami konkurencji.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie zrezygnuje z wymogu wyposażenia stołu w obrotową szufladę na detektor umożliwiającą jego obrót bez konieczności wyjmowania detektora.

#### **Pytanie nr 14**

Dot. Parametru VI/52

Czy zamawiający dopuści 186,5 cm jako maksymalna odległość panelu od podłoża?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuści do postępowania aparat z maksymalną odległością panelu od podłoża wynoszącą 186,5 cm.

#### **Pytanie nr 15**

Dot. Parametru VII/53

Czy zamawiający dopuści minimalną odległość środka panelu od podłoża 38,5 cm?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuści do postępowania aparat z minimalną odległością środka panelu od podłoża 38,5 cm.

#### **Pytanie nr 16**

Dot. Parametru VII/57

<b>Zamawiający:</b> <b>Samodzielny Publiczny Zakład Opieki</b> <b>Zdrowotnej w Konstantynowie</b> <b>Łódzkim</b>	ul. Sadowa 10, 95-050 Konstantynów Łódzki e-mail: sekretariat@spzoz.konstantynow.pl <a href="https://bip.konstantynow.pl/">https://bip.konstantynow.pl/</a> <a href="https://platformazakupowa.pl/pn/konstantynow_lodzki">https://platformazakupowa.pl/pn/konstantynow_lodzki</a>
---	--

Czy zamawiający zrezygnuje z obrotowej szuflady umożliwiającej jej obrót bez konieczności wyjmowania detektora? Jest to parametr bardzo ograniczający, niezgodne z regułami konkurencji.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zrezygnuje z obrotowej szuflady na detektor.

**Pytanie nr 17**

Dot. Parametru VI/73

Czy zamawiający może zrezygnować z warstwy antybakteryjnej na detektorze, która z czasem zostaje starta i nie spełnia swoich właściwości natomiast nie ma ona wpływu na jakość przeprowadzonego badania?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zrezygnuje z detektora z warstwą antybakteryjną.

**Pytanie nr 18**

Dot. treści SWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie powiadomienia do rejestru wyrobów medycznych przy dostawie oferowanego produktu?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga dostarczenia powiadomienia do rejestru wyrobów medycznych wraz z ofertą.

Zamawiający  
**Dyrektor SP ZOZ**  
**w Konstantynowie Łódzkim**  
**dr n med. Sławomir Jabłoński**