



# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Znak: SZP 68/02/2024 – odp. 1

Chrzanów, 23.02.2024 r.

## Wykonawcy

**Dotyczy: odpowiedzi do postępowania przetargowego pn. „Dostawa obłożeń dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie” – sprawa nr 10/2024.**

### 1. Pytanie nr 1 – dotyczy etykiet samoprzylepnych (pakiet 1,3,4,5,9)

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie asortymentu, które opakowanie posiada etykiety samoprzylepne zawierające min. Nr REF, LOR, datę ważności i nazwę marki?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza. Jednocześnie zamawiający dodaje zapis w pakiecie 5 poz. 1 i 2 o brzmieniu: "Opakowanie posiadające etykiety samoprzylepne, zawierające numer serii, datę ważności, REF identyfikujący producenta."**

### 2. Pytanie nr 2 – dotyczy Pakietu nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

Skład:

- 1 x osłona na stół Mayo 79x145cm, wzmocnienie 66x85cm;
- 2 x taśma mocująca 9x50cm;
- 2 x ręcznik do rąk 30,5x34cm;
- 1 x serweta główna 240/215x350cm, zintegrowana z nogawicami i kieszenią na płyny z filtrem i portem, z 2 otworami przylepnymi: górnym 25 x 30 cm, dolnym 9 x 15 cm ( otoczony padem chłonnym 50x70cm, z dodatkową osłoną do zasłonięcia otworu, kiedy nie jest używany);
- 1 x serweta na stół do instrumentarium 150x190cm, wzmocnienie 75x190cm (owinięcie zestawu)

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

### 3. Pytanie nr 3 – dotyczy Pakietu nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu, dostarczanego do Państwa Placówki na podstawie obecnie obowiązującej umowy przetargowej?

Skład:

- 1 x osłona na stół Mayo 79x145cm, wzmocnienie 66x85cm;
- 1 x taśma mocująca 9x50cm; 4 x ręcznik do rąk 30,5x34cm;
- 1 x serweta dla dziecka 75x120cm z włókniny Spunlace 50g/m<sup>2</sup>;
- 1 x serweta główna do CC 225x330cm, otwór 36x36cm wypełniony folią chirurgiczną, torba na płyny 72x72cm, 4 podwójne organizatory przewodów;
- 1 x serweta na stół do instrumentarium 150x190cm, wzmocnienie 75x190cm (owinięcie zestawu)

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.**



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108  
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

## Pakiet 2:

**4. Poz. 1** - Czy można zaoferować zestaw z osłoną ortopedyczną w rozmiarach 33cm x 55cm zawierającą 1 taśmę samoprzylepną? Pozostałe parametry zgodne w wymogami s.w.z. Alternatywnie prosimy o dopuszczenie zestawu z 1 taśmą samoprzylepną pakowaną oddzielnie.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**5. Poz. 2** – Czy można zaoferować zestaw o następującym składzie: 33 357

1 serweta na stół instrumentariuszki Special 150 cm x 190 cm

4 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta do artroskopii biodra 288 cm x 360 cm z otworem 46 cm x 41 cm otoczonym folią operacyjną ( okno 20 cm x 20 cm ) ze zintegrowaną torbą na płyny ze sztywnikiem, sitem i zaworem oraz dwiema kieszeniami dwudzielnymi na narzędzia?

Alternatywnie prosimy o dopuszczenie zestawu z 1 taśmą samoprzylepną pakowaną oddzielnie.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**6. Poz. 3** – Czy można zaoferować zestaw o następującym składzie: 33 388

1 serweta na stół instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

4 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stół Mayo Special 80 cm x 145 cm

1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 75 cm x 90 cm

1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm

1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 110 cm

2 taśmy foliowe samoprzylepne 10 cm x 50 cm

1 serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna (ekran anestetyczny) 225 cm x 270 cm z wycięciem "U" 45 cm x 65 cm, z osłoną podpórek kończyn górnych ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów

1 serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna 225 cm x 280 cm z wycięciem "U" 10 cm x 100 cm ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów serweta posiada pasek samoprzylepny o szerokości 5cm zabezpieczony trzyczęściowym papierem silikonowanym, każda część zakończona fingerliftem o szerokości 2 cm w celu ułatwienia aplikacji?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

## Pakiet 3:

**7.** Czy można zaoferować zestaw o następującym składzie:

1 serweta na stół instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stół Mayo 80 cm x 145 cm

1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm

1 serweta samoprzylepna ( folia PE ) 50 cm x 50 cm

1 serweta ginekologiczna wzmocniona 230 cm x 240/260 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne, z otworem na krocze 10 cm x 15 cm, ze zintegrowaną torbą na płyny z sitkiem i zaworem?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108  
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

## Pakiet 4:

8. Czy można zaoferować zestaw o następującym składzie:

1 serweta na stół instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

4 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stół Mayo 80 cm x 145 cm

1 serweta dla noworodka 90 cm x 100 cm z miękkiej włókniny oddychającej, absorbującej płyny

1 serweta do cesarskiego cięcia 260/200 cm x 335 cm do zabiegów w pozycji z nogami prostymi, z otworem 27 cm x 33 cm w okolicy jamy brzusznej otoczonym folią operacyjną, okno 14 cm x 20 cm? Serweta posiada zintegrowaną torbę na płyny w rozmiarze 80 cm x 84 cm z usztywnieniem na całym obwodzie (wysokość ścianek worka 14,5x24,5x28,5x24,5 cm) z lejkiem odprowadzającym płyny. Serweta posiada również zintegrowane osłony podpórek kończyn górnych.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.**

9. **Pakiet 5: Poz. 1 i 2** – Czy można zaoferować fartuchy dostępne w rozmiarach: M-L-120cm, XL-130cm, XXL- 150cm? Pozostałe parametry zgodne z wymogami s.w.z.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

10. **Pakiet 10 Poz. 1** - Czy można ręczniki pakowane w opakowania po 2 sztuki z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości opakowań? Pozostałe parametry zgodne z wymogami s.w.z.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.**

**Jednocześnie zamawiający doprecyzowuje zapis w pakiecie 10 poz. 2 dotyczący zgodności z normą, otrzymuje on brzmienie: (...) Materiał obłożenia ma spełniać wymagania normy PN EN 13795 lub równoważnej (...).**

## Pakiet 11:

11. **Poz. 2** – Czy można zaoferować osłonę w rozmiarach 24cm x 80cm? 33128

Pozostałe parametry zgodne z wymogami s.w.z.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.**

12. **Poz. 3** – Czy można zaoferować osłonę w rozmiarach 32cm x 120cm? 33130

Pozostałe parametry zgodne z wymogami s.w.z.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zgodnie z SWZ.**

13. **Poz. 4** – Czy można zaoferować kieszeń w rozmiarach 30cm x 40cm? 33109

Pozostałe parametry zgodne z wymogami s.w.z.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.**

14. **Poz. 5** – Czy można zaoferować serwetę składaną w sposób umożliwiającą aseptyczną aplikację w warunkach pola operacyjnego ze wzmocnieniem w rozmiarach 75cm x 90cm?

Pozostałe parametry zgodne z wymogami s.w.z.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108  
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ. Jednocześnie zamawiający doprecyzowuje zapis w pakiecie 11 poz. 5 dotyczący zgodności z normą, otrzymuje on brzmienie: „(...) Spełniająca wymogi normy PN-EN 13795-1 lub równoważnej (...)”**

**15. Poz. 6** – Czy można zaoferować serwetę na stolik instrumentariuszki w rozmiarach 150cm x 190cm? Serweta wykonana z lamiantu 2-warstwowego składającego się z ciemnozielonej hydrofilowej włókniny polipropylenowej i niebiesko-zielono/białej folii polietylenowej. Pozostałe parametry zgodne z wymogami s.w.z.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Jednocześnie zamawiający doprecyzowuje zapis w pakiecie 11 poz. 6 dotyczący zgodności z normą, otrzymuje on brzmienie: „(...) Spełniająca wymogi normy PN-EN 13795-1 lub równoważnej (...)”**

**16. Pakiet 1, 2, 4, 9** – Czy Zamawiający oczekuje aby zaoferowana serweta na stolik Mayo wchodząca w skład zestawów składana była teleskopowo co gwarantuje możliwość jej aseptycznej aplikacji?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.**

**17. Pakiet 1, 2, 4, 9** – Czy Zamawiający oczekuje aby zaoferowana serweta na stolik Mayo wchodząca w skład zestawów była wzmocniona na całej długości wyrobu?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.**

**18. Pakiet 2, poz. 2** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu w którego składzie znajduje się serweta główna z otworem brzuszny i kroczykowy oraz osłoną palca i kieszonkami do zbirki płynów w rozmiarze 185 x 200/280 cm? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**19. Pakiet 2, poz. 3** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji biodra wykonanego z laminatu 2-warstwowego oraz z dodatkową 3-cią warstwą (chłonną) w strefie krytycznej o następującym składzie:

- 1 x serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm, składana teleskopowo
- 1 x serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 150 x 190 cm
- 1 x serweta z wycięciem U wzmocniona w obszarze krytycznym 245 x 280 cm (wycięcie U o wymiarze 10 x 95 cm)
- 1 x serweta z przylepcem wzmocniona w obszarze krytycznym 170 x 300 cm
- 1 x nogawica 35 x 120 cm
- 2 x taśma przylepna
- 4 x ręczniki do rąk
- 1 x serweta nieprzylepna wzmocniona w obszarze krytycznym 150 x 190 cm
- 1 x serweta nieprzylepna 90 x 75 cm ?

Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**





# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

**20. Pakiet 4, poz. 1** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do cięcia cesarskiego o następującym składzie:

- 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 150 x 190 cm
- 1 x serweta na stół Mayo wzmocniona 80 x 145 cm, składana teleskopowo
- 1 x serweta do cięcia cesarskiego z torbą na płyny (okno 19 x 24 cm) 315 x 250/200 cm
- 1 x serweta dla noworodka 90 x 105 cm
- 1 x taśma samoprzylepna
- 4 x ręczniki celulozowe 30 x 33 cm ?

Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że zaoferowana serweta do cięcia cesarskiego będzie miała wymiar 315x200 cm.**

**21. Pakiet 8, poz. 3** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do cewnikowania pęcherza moczowego w którego składzie znajduje się:

- 2. serweta bez rozcięcia 90 cm x 75 cm z otworem o średnicy 10 cm 1 szt ?

Pozostałe parametry oraz skład zestawu zgodnie z SWZ

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**22. Pakiet 8, poz. 3** – Czy Zamawiający oczekuje aby zaoferowany zestaw do cewnikowania pakowany był w opakowanie typu twardy blister?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**23. Pakiet 8, poz. 5** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu wkłucia lędźwiowego w którego składzie znajduje się:

- 5. igła 22 G (0,7 x 32 mm) zamiast 22 G (0,7 x 40 mm) ?

Pozostałe parametry oraz skład zestawu zgodnie z SWZ

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**24. Pakiet 9, poz. 1** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu wykonanego z laminatu 2-warstwowego oraz z dodatkową 3-cią warstwą (chłonną) w strefie krytycznej o następującym składzie:

- serweta z przylepcem wzmocniona w obszarze krytycznym rozmiar 150cm x 240cm - 1szt
- serweta z przylepcem wzmocniona w obszarze krytycznym rozmiar 200 cm x 200 cm 1szt
- serweta z przylepcem wzmocniona w obszarze krytycznym rozmiar 75cm x 90cm -2szt
- serweta na stół instrumentalny wzmocniona w obszarze krytycznym 150cm x 190cm 1szt
- serweta na stół Mayo wzmocniona 80 x 145 cm, składana teleskopowo
- taśma samoprzylepna
- serwety do osuszania rąk 4 szt ?

Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**25. Pakiet 4 poz. 1:** Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawu do cięcia cesarskiego w którym pkt.3 serweta do cięcia cesarskiego o wym.200/250x315cm z przylepnym oknem





# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

[www.szpital-chrzanow.pl](http://www.szpital-chrzanow.pl)

✉ [sekretariat@szpital-chrzanow.pl](mailto:sekretariat@szpital-chrzanow.pl)

trapezowym 32x28x18cm częściowo wypełnionym folią 28x12x18cm otoczonym torbą 360° do zbiórki płynów oraz 2 portami do podłączenia drenów i piankowym kształtownikiem

Pkt.4 serweta dla noworodka o wym.90x100cm

Pkt.6 ręczniki do rąk o wym. 30x40cm

Pozostałe wymagania zgodne.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

*W załączeniu do nin. odpowiedzi Zamawiający zamieszcza zał. 2 do SWZ- pakiety po zmianach.*

*Podpisano:*



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108

Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892