



DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM CHOROÓB PŁUC  
WE WROCŁAWIU  
53-439 WROCŁAW UL. GRABISZYŃSKA 105



Telefon centrala: (71) 334-94-00, fax: (71) 362-13-06  
NIP 894-24-56-112, REGON 000294295  
strona internetowa: www.dcchp.pl  
e-mail: dcchp@dcchp.pl

L.Dz. *DN/605/2019*

Wrocław, 25.04.2019 r.

**Dotyczy: odpowiedzi na pytania do SIWZ - sprawa BZP.3810.21.2019.TP**

**Przedmiot zamówienia: Zakup- szafy do suszenia i przechowywania endoskopów-1sztuka.**

Działając w imieniu Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu ul. Grabiszyńska 105, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2009 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający odpowiada na pytania dotyczące SIWZ:

**Część 1 - Pytanie 1**

Dotyczy zał. nr 2 pkt 10

Czy Zamawiający dopuści zapis: Informacja na ekranie LCD na który uchwyt należy powiesić dany endoskop, z którego uchwytu należy zdjąć endoskop oraz jaki jest obecnie status przechowywania endoskopu.

**Odp: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w SIWZ.**

**Pytanie 2**

Dotyczy zał. nr 2 pkt 11

Czy Zamawiający dopuści zapis: LEDowe oświetlenie wewnątrz szafy

**Odp: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 3**

Dotyczy zał. nr 2 pkt 12

Czy Zamawiający dopuści zapis: Możliwość podłączenia w szafie min 8 endoskopów różnych producentów, rodzajów i modeli w jednym czasie.

**Odp: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w SIWZ.**

**Pytanie 4**

Dotyczy zał. nr 2 pkt 17

Czy Zamawiający dopuści zapis: Wieszaki umożliwiające sprawny załadunek i rozładunek endoskopu

**Odp: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w SIWZ.**

**Pytanie 5**

Dotyczy zał. nr 2 pkt 19

Czy Zamawiający dopuści zapis: Niezależna kontrola stanu zawieszenia każdego podłączonego endoskopu.

**Odp: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w SIWZ.**

**Pytanie 6**

Dotyczy zał. nr 2 pkt 20

Czy Zamawiający dopuści Wbudowany dotykowy ekran LCD o przekątnej 5" z menu w języku polskim.

**Odp: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w SIWZ.**

**Pytanie 7**

Dotyczy zał. nr 2 pkt 22

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne polegające na zaoferowaniu ekranu LCD nie wymaganego własnej baterii czy też kontroli stanu wyświetlacza?

**Odp: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w SIWZ.**

**Pytanie 8**

Dotyczy zał. nr 2 pkt 23

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne polegające na: wbudowany czytnik RFID służący do identyfikacji użytkowników?

**Odp: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w SIWZ.**

**Pytanie 9**

Dotyczy zał. nr 2 pkt 24

Czy Zamawiający dopuści zapis: Identyfikacja endoskopów poprzez numery seryjne, wybór endoskopu z listy na ekranie LCD z możliwością ręcznego przypisania endoskopów. Możliwość wprowadzenia ilości kodów odpowiadająca ilości wieszaków z możliwością ich zmiany oraz zapisanie kodu endoskopu zastępczego?

**Odp: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w SIWZ.**

**Pytanie 10**

Dotyczy zał. nr 2 pkt 25

Czy Zamawiający dopuści zapis: identyfikacja użytkowników przy użyciu czytnika RFID, z możliwością ręcznego wprowadzenia kodów?

**Odp: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w SIWZ.**

**Pytanie 11**

Dotyczy zał. nr 2 pkt 31

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne polegające na: wyposażeniu systemu filtracji powietrza kanałów endoskopu w filtry kapsułowe HEPA 14.

**Odp: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 12**

Dotyczy zał. nr 2 pkt 42

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne polegające na automatycznym obiegu powietrza w szafie?

**Odp: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 13**

Dotyczy zał. nr 2 pkt 46

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne polegające na zamontowaniu koszyka na akcesoria endoskopowe na wieszaku na którym wisi endoskop?

**Odp: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 14**

Dotyczy zał. nr 2 pkt 48

Czy Zamawiający dopuści następujące wymiary: Szerokość 1400mm, Głębokość 535 mm, Wysokość 2200 mm?

**Odp: Zamawiający dopuszcza wymiary szafy: szerokość 1400mm, Głębokość do 450 mm, wysokość 2200 mm.**

**Pytanie 15**

Dotyczy zał. nr 2 pkt 48

Czy Zamawiający dopuści Urządzenie zasilane prądem 230V, 50-60 Hz, 1,7A?

**Odp: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 16**

Dotyczy zał. nr 2

Prosimy zamawiającego o podanie typów i modeli endoskopów jakie mają być przechowywane w szafie.

**Odp: Wykaz sprzętu:**

1. BRONCHOFIBEROSKOP INTUBACYJNY - MODEL FI - 10 RBS, PRODUCENT PENTAX
2. BRONCHOFIBEROSKOP INTUBACYJNY - MODEL FI - 10 RBS, PRODUCENT PENTAX
3. BRONCHOFIBEROSKOP OPTYCZNY - MODEL FB - 19 TV, PRODUCENT PENTAX
4. BRONCHOFIBEROSKOP INTERWENCYJNY - MODEL FI - 10 BS, PRODUCENT PENTAX
5. BRONCHOFIBEROSKOP MODEL FB - 19 TV - PRODUCENT PENTAX

**Pytanie 17**

Dotyczy zał. nr 2 pkt 57 oraz § 5 ust. 2 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji do 72 godzin i / lub następującą zmianę istniejącego zapisu: „(...)Jeżeli zgłoszenie usterki będzie miało miejsce w piątek, czas reakcji winien być liczony od kolejnego dnia roboczego.”

**Odp: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w SIWZ.**

**Pytanie 18**

Dotyczy zał. nr 2 pkt 58 oraz § 5 ust. 3 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę by termin-czas naprawy/usunięcia awarii wynosił 14 dni roboczych od zdiagnozowania usterki.

**Odp: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w SIWZ.**

**Pytanie 18**

Dotyczy zał. nr 2 pkt 58

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 8-letni okres dostępności części zamiennych?

**Odp: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w SIWZ.**

**Część 2- Pytanie 1 – do formularza parametrów technicznych – załącznik nr 2**

Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie, czy oczekuje urządzenia z wbudowaną sprężarką, czy też Zamawiający posiada już (lub zapewni) w miejscu instalacji dostęp do sprężonego powietrza?

**Odp: Zamawiający, że zapewni w miejscu instalacji dostęp do sprężonego powietrza.**

W związku z odpowiedziami na pytania do SIWZ, Zamawiający przesuwa termin składania ofert oraz wnoszenia wadium, poniżej nowy terminarz.

1. Składanie ofert elektronicznych na platformie <http://platformazakupowa.pl/pn/dcchp> do dnia **14.05.2019 roku do godziny 12:30**
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **14.05.2019r. r., o godzinie 13.00**
3. Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie i upublicznienie wczytanych na Platformie Załączników (Ofert).<http://platformazakupowa.pl/pn/dcchp>

DYREKTOR CENTRUM

Andrzej Woźny

