

**Odpowiedzi na pytania do postępowania na zadanie
Dostawa Sprzętu Medycznego**

Pytanie nr 1:

Pytania załącznika nr 1 cz. 3, strona 2. : Ssak elektryczny- 5szt

§1 Czy Zamawiający dopuści ssak osiagający podciśnienie -750kPa?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 2:

Pytania załącznika nr 1 cz. 3, strona 2. : Ssak elektryczny- 5szt

§7 Czy Zamawiający dopuści ssak o wadze 4,07kg (ze wszystkimi akcesoriami)

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 3:

Część nr 4: Ad. 6 Czy zamawiający dopuści wydruk na papierze o szerokości 8cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 4:

Część nr 4: 2Ad. 12 Czy zamawiający dopuści elektrokardiograf o następujących wymiarach: długość:

19,4 cm, szerokość: 26 cm, wysokość: 5,6 cm

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wskazane powyżej wymiary.

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 4 elektrokardiograf z papierem termoczułym o wymiarach 8 cm?

Pozostałe parametry są zgodne

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 6:

Dotyczy – Załącznik nr 1, FORMULARZ-OFERTOWY (strona druga), wymagane minimalne parametry

– Elektrokardiografu szt.3, L.p. 6. Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości Aparat EKG z wydrukiem na papierze termoczułym o szerokości 8 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 7:

Dot. § 7 ust. 1 pkt 1)-3) projektu umowy. czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej za dzień zwłoki w wykonaniu umowy do 2 % wartości niezrealizowanej części umowy netto? Biorąc od uwagę ,ze przedmiotem umowy są dostawy sukcesywne, wartość jednorazowej dostawy może być niewielka, poniżej 100 zł. Zastrzeżenie kary umownej w kwocie 50 z wydaje si być nadmierne i nieuzasadnione. Mając na względzie zachowanie równowagi kontraktowej stron, proszę o usunięcie postanowień o minimalnej kwocie kary umownej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów w projektowanych postanowieniach umowy. Tym samym Zamawiający informuje, że zadane pytanie najprawdopodobniej nie dotyczy postępowania do którego zostało skierowanie pytanie.

Odpowiedzi należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający dokonuje zmianę w dokumentacji zamówienia (oznaczone kolorem) w załączniku:

[zał_nr_1_cz_nr_4_elektrokardiograf_form_of_str._2 – korekta_23.01.2024](#)

Zamawiający

2-ca Dyrektora
ds. Ekonomicznych i Administracyjnych

Marek Moślerz