



WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ /Pytania i Odpowiedzi/

Numer referencyjny postępowania: DZP-291-3110/2021

L. dz. DZP-291-3110-735/2021

Kraków, 05.10.2021 r.

Informacja

W odpowiedzi na wniosek potencjalnego Wykonawcy o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr DZP-291-3110/2021 pn. „**Dostawa i instalacja aparatury laboratoryjnej dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie**”, Zamawiający – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z siedzibą pod adresem: 31-120 Kraków, al. A. Mickiewicza 21, na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytania i Odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi dotyczą **Zadania częściowego nr 2** tj. „**Dostawa i instalacja Maszyny wytrzymałościowej dla Katedry Inżynierii Mechanicznej i Agrofizyki**”

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie maszyny wytrzymałościowej o zakresie pomiarowym 250kN z szerokością roboczą maszyny 630 mm?

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający **dopuszcza** maszynę wytrzymałościową o zakresie pomiarowym 250 kN z szerokością roboczą 630 mm.

Pytanie nr 2:

Czy oferując maszynę wytrzymałościową o zakresie 250kN, głowica pomiarowa siły zamiast 300kN może zostać zaoferowana 250kN?

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający **dopuszcza** maszynę wytrzymałościową z głowicą pomiarową siły 250 kN zamiast 300 kN.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający wymaga, aby wraz z dostarczeniem maszyny Oferent wykonał wzorcowanie w zakresie siły i przemieszczenia trawersy zgodnie z normą ISO oraz prędkości przemieszczenia trawersy zgodnie z normą ASTM?

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający **nie wymaga**, aby wraz z dostarczeniem maszyny Oferent wykonał wzorcowanie w zakresie siły i przemieszczenia trawersy zgodnie z normą ISO oraz prędkości przemieszczenia trawersy zgodnie z normą ASTM.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający wymaga na potwierdzenie spełnienia w/w warunku na etapie składania ofert, aby Oferent przedstawił w/w zakres akredytacji uzyskany przez PCA?

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający **nie wymaga** na potwierdzenie spełnienia w/w warunku na etapie składania ofert, aby Oferent przedstawił w/w zakres akredytacji uzyskany przez PCA.

Niniejsze wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część do Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

KANCLERZ
-/ mgr Tomasz Szanser

.....
(podpis)