



**109 Szpital Wojskowy z Przychodnią**  
**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**  
**w Szczecinie**



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Szczecin, dnia 14.08.2019 r.

Znak sprawy Nr RPoZP 20/2019

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie.

**Pytania i odpowiedzi do SIWZ nr 2**

1. Nadzór autorski min 1 rok po okresie adaptacji. Parametr Oceniany

9. Wykonawca udziela gwarancji na oferowane oprogramowanie z serwerem RIS/PACS na okres..... m-cy od daty wykonania przedmiotu umowy. Warunek Zamawiającego – min. 36 miesięcy/ - dotyczy zadania nr 19\*.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza różne długości trwania nadzoru autorskiego i gwarancji.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

2. Nadzór autorski min 1 rok po okresie adaptacji. Parametr Oceniany

Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający ma na myśli przez okres adaptacji.

Odp.: Okres adaptacji tj. okres od podpisania umowy do czasu zainstalowania wdrożenia całości systemu wraz z serwerami max 8 tyg.

3. Czy Integracja ma zostać wykonana w ramach niniejszego postępowania? Jeśli tak prosimy o podanie producenta systemu HIS.

Odp.: TAK. Producent oprogramowania ASSECO POLAND , oprogramowanie INFOMEDICA , AMMS

4. 11. Wykonawca podłączy do systemu PACS urządzenia w standardzie DICOM na własny koszt.

Prosimy o podanie listy urządzeń które należy podłączyć do systemu PACS. Dla części urządzeń pomimo posiadania protokołu DICOM do podłączenia ich do systemu PACS niezbędna jest interwencja serwisu urządzenia. Bez informacji o producentach, modelach i numerach seryjnych urządzeń nie możliwe jest przygotowanie rzetelnej wyceny oferty.

Odp.:

1. Opera Swing + stacja przeglądowa, Typ TELEKOMANDO nr ser 34548

2. IBIS SIMPLY (jezdny przyłóżkowy), Typ HP32 nr ser 0391011000001

3. MULTIX PRO, Typ MULTIX PRO nr 1905

4. Aparat z ramieniem C, Typ ZIEMH SOLO z ramieniem C nr 50943

5. Aparat z ramieniem C, Typ ZIEMH SOLO z ramieniem C nr 52092

6. Skaner Direct View typ. Classic nr K-5480-6544

7. USG, Typ Prosound Alpka 6 nr M00825C

8. Stomatologia, UNIT DENTYSTYCZNY S Typ RXDL/My Ray RV DC Exted , nr 70663916 +st. Przeglądowa

9. Gamakamera, Anyscan S.C. AS – 404142-SC / MEDISO

TH 33 TH- 509115-33 / MEDISO

X- ring nucline XR 40155-RO / MEDISO

KOMENDANT

płk mgr inż. Krzysztof Pietraszko

M.J. 91/ 810 59 82

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ, ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin,  
Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy  
numer KRS 000002667

NIP 851 25 43 558, REGON 810200960

tel. 91 810 58 00, fax. 91 810 58 02

www.109szpital.pl, e-mail sekretariat@109szpital.pl