



**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny**  
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

Wrocław, 21.02.2024

**Uczestnicy postępowania**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego PN 11/24 - Wyposażenie Rehabilitacji - Dostawa łóżek i wyposażenia medycznego dla Oddziału Zadanie 1**

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (TJ Dz.U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie 1:**

Czy Zamawiający dopuści wózek inwalidzki bez regulacji wysokości podłokietników?

**Odp.:** Zamawiający dopuszcza wózek inwalidzki bez regulacji wysokości podłokietników.

**Pytanie 2:**

Czy Zamawiający dopuści wózek na leki o poniższych parametrach:

Wymiary wózka bez wyposażenia dodatkowego:

- szerokość: 650 mm
- głębokość: 550 mm
- wysokość od podłoża do blatu: 1000 mm
- wysokość wózka z nadstawką: 1700 mm

Wymiary szafki:

- szerokość: 600 mm
- głębokość: 500 mm
- wysokość: 805 mm

Wózek wyposażony w 4 szuflady:

- 3 szuflady o wysokości frontu 156 mm
- 1 szuflada o wysokości frontu 234mm

Wymiary powierzchni użytkowej szuflady:

- (przy wysokości frontu 3x156mm): 525x440x140 mm
- (przy wysokości frontów 1x234mm): 525x440x209 mm

Szuflady wyposażone w prowadnice z samodociąganiem

Szafka i szuflady wykonane ze stali lakierowanej proszkowo, kolorystyka z możliwością wyboru- 19 kolorów

Korpus szafki wyposażony w zintegrowany ze ścianką materiał wygłuszający-niechłonący wilgoci, minimalizujący wibracje, absorbujący drgania, tworzący barierę akustyczną dla różnych częstotliwości.

• zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność •



## Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

Blat górny wózka wykonany ze lakierowanej proszkowo, z pogłębieniem, otoczony z 3 stron bandami o wysokości 50 mm

Uchwyty szuflad bez ostrych krawędzi, wykonane z aluminium anodowanego lub lakierowane proszkowo

Podstawa stalowa z odbojami, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 125 mm (szare lub białe), w tym dwa z blokadą

**WYPOSAŻENIE DODATKOWE WÓZKA:**

- 1x odcinek szyny instrumentalnej do montowania wyposażenia dodatkowego wykonane ze stali kwasoodpornej, narożniki zabezpieczone i zintegrowane z korpusem wózka poprzez łącznik z tworzywa

- 4x wyciągane podziałki do szuflad, dzielące przestrzeń na 9 pól

- 1x zamek centralny do szuflad

- 1x uchwyt do przetaczania umiejscowiony z przodu wózka, nad szufladami, stalowy lakierowany proszkowo

Dodatkowe akcesoria mocowane za pomocą aluminiowych kostek w formie bryły o wymiarach ok. 54x40 mm [wysokość x szerokość], z pokrętkiem stabilnie mocującym osprzęt, nie odkształcających się podczas użytkowania, blokujących przesuwanie się osprzętu podczas jazdy, uchwyty z możliwością zawieszenia także na szynie Modur o przekroju 10x30 mm

**Odp.:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga wózka na leki z powyższą specyfikacją.

### **Pytanie 3:**

Dot. Wózka reanimacyjnego pkt 8. Proszę o udzielenie informacji jaka ilość szuflad w wózku jest wymagana 3,4 czy 5 ?

**Odp.:**

Zamawiający wymaga 5 szuflad.

### **Pytanie 4:**

Czy Zamawiający dopuści wagę medyczną ze wzrostomierzem dot. poz. 11 bez bezprzewodowej transmisji danych ?

**Odp.:**

Zamawiający wymaga bezprzewodowej transmisji danych.

### **Pytanie 5:**

Czy Zamawiający dopuści wagę medyczną ze wzrostomierzem dot. poz. 11 z bezprzewodową transmisją danych o wymiarach platformy 350x345x45 mm ?

**Odp.:**

Zamawiający dopuszcza wagę medyczną dot. poz. 11 o wymiarach platformy 350x345x45 mm.

### **Pytanie 6:**

Czy Zamawiający dopuści fotel do pobierania krwi z tapicerką o parametrach ścieralność

• zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność •





## Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

30 000 cykli, gramatura 450g/m<sup>2</sup>. Tkanina odporna na środki dezynfekcyjne, bez powłoki antybakteryjnej.

**Odp.:**

Zamawiający dopuszcza fotel do pobierania krwi z tapicerką o parametrach ścieralność 30 000 cykli, gramatura 450g/m<sup>2</sup>. Tkanina odporna na środki dezynfekcyjne, bez powłoki antybakteryjnej.

**Pytanie 7 :**

Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy na brudną pościel o wysokości 80 cm ?

**Odp.:**

Zamawiający dopuszcza wózek transportowy na brudną pościel o wysokości 80 cm.

**Pytanie 8 :**

Dot. Wózka wielofunkcyjnego pielęgniarskiego pkt 15. Proszę o udzielenie informacji jaka ilość szuflad w wózku jest wymagana 3,4 czy 5 ?

**Odp.:**

Zamawiający wymaga 4 szuflady.

**Pytanie 9 :**

Czy Zamawiający dopuści stelaż na odpady podwójny o wymiarach całkowitych wysokość 93 cm, szerokość 47 cm, długość 79,50 cm ? Wymiar jednego wózka 41,5x47x93 cm ?( długość x szerokość x wysokość) waga całkowita ok. 18 kg ?

**Odp.:**

Zamawiający dopuszcza stelaż na odpady podwójny o wymiarach całkowitych wysokość 93 cm, szerokość 47 cm, długość 79,50 cm.

Sporządziła : Barbara Wróbel

• zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność •

