



wielkopolskie centrum onkologii

ul. Garbary 15, 61-866 Poznań
tel. (+48-61) 885 05 00, fax 61 852 19 48
dyrektor 61 885 07 00

Poznań, dnia 13.05.2024r.
EZ/45/2024/..331..

Wg rozdzielnika:

do wszystkich zainteresowanych i uczestników postępowania o zamówienie publiczne nr 45/2024

dotyczy: Zakup i dostawa plastików do hodowli komórkowej i biologii molekularnej oraz drobnego sprzętu do badań histopatologicznych

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), udziela odpowiedzi:

PYTANIE

Pakiet nr 1:

Pozycja nr 1: Czy Zamawiający dopuści płytki o obszarze wzrostu 9.5 cm² oraz objętości roboczej pożywki 1.9~2.9 ml?

ODPOWIEDŹ

Tak, jeśli będą one kompatybilne z aparatem Incucyte S3

PYTANIE

Pakiet nr 1:

Pozycja nr 2: Czy Zamawiający dopuści płytki o obszarze wzrostu 3.6 cm² oraz objętości roboczej pożywki 0.76~1.14?

ODPOWIEDŹ

Tak, jeśli będą one kompatybilne z aparatem Incucyte S3

PYTANIE

Pakiet nr 1:

Pozycja nr 3: Czy Zamawiający dopuści płytki o obszarze wzrostu 1.9 cm² oraz objętości roboczej pożywki 0.38~0.57?

ODPOWIEDŹ

Tak, jeśli będą one kompatybilne z aparatem Incucyte S3

PYTANIE

Pakiet nr 1:

Pozycja nr 4: Czy Zamawiający dopuści płytki o obszarze wzrostu 0.88 cm² oraz objętości roboczej pożywki 0.19~0.285?

ODPOWIEDŹ

Tak, jeśli będą one kompatybilne z aparatem Incucyte S3

Kierownik Działu
Zamówień Publicznych / Zaopatrzenia

mgr Marcin Schneider

PYTANIE

Pytania dot. pakietu nr 1

Poz. 13:

Czy Zamawiający dopuści zbiorcze opakowanie 500sztuk (20shtx25) w ilości 6 opakowań (łącznie jak wymagana ilość podana przez Zamawiającego)?

ODPOWIEDŹ

TAK

PYTANIE

Pytania dot. pakietu nr 1

Poz. 22:

Czy Zamawiający dopuści produkt o numerze katalogowym: EP0030073479-960ea Eppendorf® epT.I.P.S.® G Reloads, Eppendorf Quality™ volume (50-1000 µL), L (71 mm), blue, pack of 960 ea (10 trays × 96 tips)

ODPOWIEDŹ

TAK

PYTANIE

Pytania dot. pakietu nr 1

Poz.9

Prosimy o dodatkowe wyjaśnienie, ponieważ Zamawiający udzielił dwóch różnych odpowiedzi dot. ilości opakowań – prosimy o wskazanie która odpowiedź jest obowiązująca

PYTANIE

Pakiet 1 pozycja nr 9:

Brak informacji o wymaganej ilości. Prosimy o doprecyzowanie wymaganej ilości w postępowaniu.

ODPOWIEDŹ

10x

PYTANIE

Poz.9 Probówki typu eppendorf, 2.0 ml Ultraszybkie wirowanie, wolne od RNazy, Dnazy i endotoksyn, autoklawowalne, niesterylne W opisie widnieje informacja o wielkości opakowania jednostkowego. Prosimy o wskazanie całkowitej liczby opakowań jednostkowych.

ODPOWIEDŹ

1 opakowanie.

ODPOWIEDŹ

1 opakowanie

PYTANIE

Pytania dot. pakietu nr 1

Po. 29

Prosimy o dodatkowe wyjaśnienie do udzielonych odpowiedzi – Czy Zamawiający w poz. 29 i 30 wymaga wyceny 24 opakowań po 24 sztuki czy też 1 opakowania zawierającego 24 sztuki?

W formularzu cenowy w poz. 29 brak ilości opakowań a w poz. 30 wskazano 1 opakowanie (24x1szt.).

PYTANIE

Pakiet 1 pozycja nr 29:

Pytanie o sposób konfekcjonowania. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie produktu w opakowaniu 50 sztuk. W tabeli brak informacji o wymaganej ilości w postępowaniu. Prosimy o doprecyzowanie.

ODPOWIEDŹ

Opakowanie 24 sztuk x 24 takie opakowania

PYTANIE

Pakiet 1 pozycja nr 30:

Pytanie o sposób konfekcjonowania. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie produktu w opakowaniu 50 sztuk.

ODPOWIEDŹ

Opakowanie 24 sztuk x 24 takie opakowania

ODPOWIEDŹ

1 opakowanie

Z poważaniem,
mgr inż. Magdalena Kraszewska



Zastępca Dyrektora ds. ekonomicznych