



**Ortopedyczno - Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny
im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu**

ul. 28 Czerwca 1956r. 135/147
61-545 Poznań
tel. 61 83 10 331/132
fax 61 83 34 421
orsk@orsk.pl
<https://orsk.pl>



znak sprawy: O-RSK.SZP.30.7.(DT-SERW/18).2024.E.HR.

Poznań, dnia 9 maja 2024 r.

Strona internetowa prowadzonego postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie pod nazwą: **„Dostawa aparatury medycznej, sprzętu rehabilitacyjnego oraz mebli medycznych”** nr rejestru: **SZP/DT-SERW/18/2024.**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR 2

W związku z zapytaniem dotyczącym treści Specyfikacji Warunków Zamówienia złożonym przez Wykonawcę, Zamawiający tj.: Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2023. poz. 1605) udziela wyjaśnień na zadane pytania.

Pytanie nr 1

Część 3 - PIŁA OSCYLACYJNA DO CIĘCIA GIPSU

1. Pkt. 2 Prosimy o dopuszczenie napięcia 230 V AC, 50 Hz

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wymagany zakres napięcia zasilania określony w OWPT wynosi 220-240V 50/60Hz, w związku z tym w/w parametr mieści się w wyznaczonym zakresie, więc jest dopuszczalny.

2. Pkt. 6 Prosimy o dopuszczenie: ok. 65 - 85 dB(A) ± 5 dB(A) (poziom 1 do 3) i ok. 95 dB(A) ± 5 dB(A) (poziom 4 do 6).

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego i podtrzymuje zapisy SWZ oraz OWPT.

3. Pkt. 10 Prosimy o dopuszczenie zakresu: 3500-24000 obr./min.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż określony w OWPT minimalny zakres regulacji oscylacji wynosi 12000-21000 obr./min.. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w pkt. 10 OWPT dopuszczalny szerszy zakres regulacji oscylacji, w związku z tym w/w parametr jest dopuszczalny.

Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego

Przemysław Daroszewski
Dyrektor Szpitala

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Opracowała: E. Hendzelewska-Redo
Sporządzono w 1 egzemplarzu
1 egz. strona internetowa prowadzonego postępowania /aa