



WSSz -NZZ –511/24

Łódź, dnia 22.10.2024 r.

**Uczestnicy postępowania
przetargowego**

dotyczy: postępowania w trybie podstawowym o wartości nieprzekraczającej progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy Pzp na dostawę sprzętu i aparatury medycznej dla Oddziału Dermatologii, sprawa ZP 39/24

Na podstawie art. 135 ustawy z dn. 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. poz. 2023 poz. 1605 ze zm.) oraz w związku z pytaniami dotyczącymi przedmiotowego postępowania Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

1. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 - Aparat do terapii fotodynamicznej - dopuszcza do postępowania urządzenie, którego gwarancja wynosi 24 miesiące?
Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.
2. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 - Aparat do terapii fotodynamicznej - dopuszcza do postępowania nowe, nieużywane i fabrycznie zapakowane urządzenie wyprodukowane w 2023 roku?
Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.
3. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 - Aparat do terapii fotodynamicznej - dopuszcza do postępowania urządzenie, którego max. intensywność promieniowania wynosi: ok. 77 mW/cm² +/- 15 % (przy odległości leczenia 5 cm)?
Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.
4. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 - Aparat do terapii fotodynamicznej - dopuszcza do postępowania urządzenie, z jednoczęściową głowicą wraz z zintegrowanym wentylatorem do chłodzenia miejsca naświetlania, umożliwiającą optymalne dopasowanie się do naświetlanej powierzchni?
Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.
5. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 - Aparat do terapii fotodynamicznej - dopuszcza do postępowania urządzenie, z ramieniem regulowanym przy pomocy sprężyn gazowych z możliwością regulacji głowicy w każdej pozycji?
Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.
6. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 - Aparat do terapii fotodynamicznej – dopuszcza do postępowania urządzenie, bez możliwości wykonywania terapii w trybach: Daylight PDT i Rejuvenate PDT?
Wyjaśnienia: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Z poważaniem

Z upoważnienia Dyrektora
KIEROWNIK DZIAŁU
ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH

mgr Paweł Lipiński