



### INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.:

**„Dostawa urządzeń medycznych stosowanych w okulistyce”.**

#### Pytanie 1 - do Zadania nr 2 pozycja 2

Z racji tego, że Głowica ultradźwiękowa Active Sentry jest to **akcesorium wielorazowe**, ale zużywalne, firma Alcon udziela 6 miesięcznej gwarancji na głowice ultradźwiękowe. Zwracamy się zatem z prośbą do Zamawiającego o skrócenie okresu gwarancji z 24 **do 6 miesięcy**.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga 6 miesięcznej gwarancji na głowice ultradźwiękowe. Jednocześnie Zamawiający modyfikuje zapis projektu umowy § 7 ust. 1 w następujący sposób:**

#### **BYŁO:**

1. 1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy objęty jest ..... miesięczną gwarancją producenta liczoną od daty podpisania protokołu odbioru urządzenia medycznego.

#### **JEST:**

1. 1.1 Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy objęty jest ..... miesięczną gwarancją producenta liczoną od daty podpisania protokołu odbioru urządzenia medycznego. – dotyczy Zadania 1 i Zadania 2.1
- 1.2 Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy objęty jest 6 miesięczną gwarancją producenta liczoną od daty podpisania protokołu odbioru urządzenia medycznego. – dotyczy Zadania 2.2

#### Pytania dot. projektu umowy zawartego w SWZ Załącznik nr 2 do SWZ

1. Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę § 2 ust. 1 umowy w następującym brzmieniu: „1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zrealizował przedmiot zamówienia w terminie do 21 dni roboczych od daty zawarcia umowy”

#### Uzasadnienie:



Wykonawca pracuje od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, zasadnym jest więc posługiwanie się jednostkami roboczymi.

**BYŁO:**

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zrealizował przedmiot zamówienia w terminie do 21 dni od daty zawarcia umowy

**JEST:**

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zrealizował przedmiot zamówienia w terminie do 21 dni roboczych od daty zawarcia umowy

**Odpowiedź:**

Zamawiający modyfikuje § 2 ust. 1 umowy w następującym brzmieniu.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zrealizował przedmiot zamówienia w terminie do 21 dni roboczych od daty zawarcia umowy. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

2. Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę § 3 pkt 2 i pkt 3 (zd. pierwsze) umowy w następującym brzmieniu:

- 2) udzielenia instruktażu w zakresie obsługi urządzenia medycznego w jednym, ~~dwóch lub trzech~~ terminie, w zależności od potrzeb Zamawiającego, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu instruktażu i ilości osób z Zamawiającym. Wzór protokołu z przeprowadzonego instruktażu stanowi załącznik nr 2 do umowy,

- 3) dostarczenia wraz z dostawą w wersji papierowej **lub** i elektronicznej następujące dokumenty:  
(...)"

**Uzasadnienie:**

Wykonawca zapewnia 1 szkolenie z obsługi urządzenia

Wykonawca nie widzi podstaw do dostarczenia dokumentów w dwóch formach – elektronicznej i papierowej.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

3. Czy Zamawiający zgodzi się zmienić §5 ust. 4 umowy w następującym brzmieniu: „**Za termin zapłaty uważa się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy**”.

**Uzasadnienie:**

Przy zobowiązaniach cywilnoprawnych, zasadą jest, że momentem zapłaty jest chwila uznania rachunku bankowego wierzyciela

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

4. Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę § 7 ust. 2 pkt 4 i pkt 6 w następującym brzmieniu:

- 4) w przypadku przedłużającej się naprawy powyżej terminu o którym mowa w pkt. 3 niniejszego ustępu, **z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy**, Zamawiający wymaga dostarczenia wyrobu medycznego zastępczego o parametrach technicznych takich samych lub wyższych,

- 6) w przypadku konieczności dostarczenia wyrobu medycznego do serwisu, Zamawiający może przesłać je niezwłocznie za pośrednictwem poczty kurierskiej na koszt **Zamawiającego**.”

**Uzasadnienie:**

Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za dostarczenie urządzenia zastępczego w przypadku, gdy przedłużająca się naprawa wynika z okoliczności obiektywnie niezależnych od niego.



Wykonawca może ponosić odpowiedzialność w tym zakresie jedynie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Koszt dostarczenia urządzenia do serwisu powinien być po stronie Zamawiającego, brak podstaw do obciążania tym kosztem Wykonawcy – przyczyną awarii może być np. niewłaściwe użytkowanie urządzenia.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.**

5. Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę § 10 ust. 1 i ust. 4 w następującym brzmieniu:

„1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:

1) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 10% wartości umownej brutto, niezrealizowanej części umowy.

2) za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wartości umownej brutto, za każdy dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10 % tej wartości;**

3) za zwłokę w naprawie przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wartości umownej brutto, za każdy dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10 % tej wartości;**

4. Maksymalna wysokość kar umownych jakimi Zamawiający może obciążyć Wykonawcę nie może przekroczyć 20% wartości umownej brutto, **a przypadku danej zwłoki 10% wartości brutto.**”

**Uzasadnienie:**

- Kara umowna w wysokości 1% dziennie jest wygórowana, prosimy o jej obniżenie. Z tego samego powodu należy obniżyć górny limit naliczania kar;

- Zasadnym jest ustanowienie osobnego limitu naliczania kar umownych dla danej zwłoki, w przeciwnym wypadku suma kar mogłaby przekroczyć wartość danej dostawy

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.**

6. Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę § 12 ust. 2 w następującym brzmieniu:

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie natychmiastowym w przypadku o której mowa w § 6 ust. 2 umowy, po wcześniejszym **co najmniej dwukrotnym** wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiającego do dokonania wymiany wyrobu medycznego.

**Uzasadnienie:**

W ocenie Wykonawcy w przedmiotowym postanowieniu jest omyłka – prawidłowym odesłaniem jest § 6 ust. 2, a nie § 7 ust. 2.

Wykonawca wnosi o co najmniej dwukrotne wezwanie do prawidłowego wykonania umowy, zanim Zamawiający zdecyduje się na odstąpienie od umowy.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza przedmiotowym postanowieniu jest omyłka – prawidłowym odesłaniem jest § 6 ust. 2, a nie § 7 ust. 2. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.**

7. Czy Zamawiający zgodzi się wykreślić § 13 umowy?

**Uzasadnienie:**

Należy wskazać, że cechą umów w sprawach zamówień publicznych jest trwałość stosunku zobowiązaniowego. W przypadku niewykonania umowy przez Wykonawcę z powodu zwłoki, Zamawiający ma prawo naliczyć kary umowne, zatem brak podstaw do wypowiedzenia umowy.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.**

8. W § 14 ust. 2 umowy wskazano, że zasady przetwarzania danych osobowych przez Wykonawcę określa odrębna umowa łącząca Strony. W załącznikach do SWZ nie ma dodatkowego projektu



umowy w zakresie przetwarzania danych osobowych. Czy w/w postanowienie znajduje zastosowanie w realizacji niniejszej umowy?

Wykonawca prosi o wyjaśnienie, ewentualnie przedłożenie stosownego projektu umowy w celu weryfikacji jej postanowień.

**Odpowiedź:** Zamawiający modyfikuje projekt umowy przez wykreślenie § 14 ust. 2

**Pytanie3 - do pakietu nr 1**

Zamawiający dopuści laser YAG/SLT o parametrach:

**Parametry techniczne**

**Zastosowanie:** Irydotomia, Kapsulotomia, Selektywna Trabekuloplastyka (SLT),

**Moduł YAG**

Typ głowicy	Q-switch, Nd:YAG ze zintegrowanym modulem SLT
Długość fali	1064nm
Średnica plamki	8 µm
Przesunięcie wiązki terapeutycznej względem celowniczej (OFFSET)	Regulowane w zakresie +/- 500 µm (przód/tył)
Impulsy	Tryb pojedynczy, podwójny, potrójny
Energia wiązki	Regulowana w zakresie 0.2 – 15.0 mJ w pulsie pojedynczym, 10-25n podwójny puls, 20-45mJ potrójny puls, max. 45mJ
Czas trwania impulsu	4ns
częstość powtórzeń	do 3 Hz
kąt stożka	16°
chłodzenie	powietrzem
Funkcje	Funkcja stabilizacji mocy
Wiązka celująca	podwójna czerwona dioda o dł. fali: 635nm, regulowana płynnie

**Moduł SLT**

Typ głowicy	Q-switch Nd:YAG o podwojonej częstotliwości
Długość fali	532 nm
Impulsy	pojedynczy impuls
Długość impulsu	3 ns
Energia wiązki	Płynna regulacja w zakresie 0.2 – 2.6 mJ , krok 0.1 mJ
Max wielkość repetycji	do 3 Hz
Średnica plamki	400 µm
kąt stożka	< 3°
Promień celujący	dioda laserowa o długości fali z zakresu 635 nm
typ	Diodowy, 2 punkty celownicze w YAG, dla SLT – czerwona dioda pokrywająca się ogniskiem, płynna regulacja natężenia światła
chłodzenie	powietrzem



**WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY  
WE WROCŁAWIU**

Zintegrowana lampa szczelinowa typ Zeiss  
Z 5 powiększeniami: 5x, 8x, 14x, 25x, 38x  
Oświetlenie LED

Wymiary lasera: 72 cm (L) x 54 cm (W) x 54 cm (H), waga: 32kg

*Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.*

W załączeniu do niniejszej informacji zmodyfikowany :

SWZ\_059

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy,

Załącznik nr 2 – projekt umowy

*Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.*

KIEROWNIK  
DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
mgr inż. Jacek Banaszak

REFERENT  
ds. Zamówień Publicznych  
Małgorzata Cierpka