

Wrocław, dnia 30.09.2021

Do wszystkich uczestników zapytania ofertowego

Szp/FZ/Spr-187 /2021

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73 a przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem do zapytania ofertowego na dostawę Wózków inwalidzkich i wózków bariatrycznych w pozycji siedzącej.

Pytanie nr.1

Pakiet 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wózek inwalidzki o szerokości siedziska 53 cm, głębokości siedziska 49, wysokości oparcia 44, szerokości całkowitej wózka 66 cm, wadze wózka 20,15 kg, maksymalnym obciążeniu 175 kg oraz bez tapicerki posiadającej właściwości antybakteryjne?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wózek inwalidzki o szerokości siedziska 53 cm, głębokości siedziska 49, wysokości oparcia 44, szerokości całkowitej wózka 66 cm, wadze wózka 20,15 kg, maksymalnym obciążeniu 175 kg oraz bez tapicerki posiadającej właściwości antybakteryjne

Pytanie nr.2

Pakiet 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści wózek inwalidzki bez tapicerki posiadającej właściwości antybakteryjne?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza wózka inwalidzkiego bez tapicerki posiadającej właściwości antybakteryjne.

Pytanie nr.3

3. Czy Zamawiający wydłuży termin dostawy do 21 dni?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wydłuży terminu dostawy do 21 dni

Pytanie nr.4

Pakiet 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści maksymalne obciążenie wózka 170 kg, oraz czy Zamawiający rozumie antybakteryjność jako możliwość stosowanie środków dezynfekcyjnych?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza maksymalne obciążenie wózka 170 kg, oraz i Zamawiający rozumie antybakteryjność jako możliwość stosowanie środków dezynfekcyjnych

Pytanie nr.5

Pakiet 1 poz. 2

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, czy Zamawiający rozumie antybakteryjność jako możliwość stosowanie środków dezynfekcyjnych oraz czy Zamawiający wymaga, aby siedzisko i oparcie było anatomiczne, czy wymaga aby było miękkie. Jednocześnie, chcielibyśmy zwrócić uwagę, że siedzisko miękkie, przy dużej wadze pacjenta, będzie ulegać szybszej deformacji.

Odpowiedź:

Zamawiający rozumie antybakteryjność jako możliwość stosowanie środków dezynfekcyjnych oraz Zamawiający dopuszcza siedzisko i oparcie anatomiczne miękkie.

Pytanie nr.6

Pakiet 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wózek inwalidzki aluminiowy lekki szerokość siedziska 53 cm, głębokość siedziska 40 cm, wysokość oparcia 44 cm, szerokość całkowita wózka 74 cm, waga wózka kompletnego 22 kg, maksymalne obciążenie 170 kg. Siedzisko i oparcie miękkie z możliwością stosowanie środków dezynfekcyjnych, zdejmowane podłokietniki i odchylane podnóżki.

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza wózek inwalidzki aluminiowy lekki szerokość siedziska 53 cm, głębokość siedziska 40 cm, wysokość oparcia 44 cm, szerokość całkowita wózka 74 cm, waga wózka kompletnego 22 kg, maksymalne obciążenie 170 kg. Siedzisko i oparcie miękkie z możliwością stosowanie środków dezynfekcyjnych, zdejmowane podłokietniki i odchylane podnóżek


Pytanie nr.6

Pakiet 1 poz. 2

Czy Zmawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy wózka transportowego do 40 dni.

Odpowiedz:

Zamawiający nie wydłuży terminu dostawy wózka transportowego do 40 dni.



KIEROWNIK BIURO
Zaproszenie
Kierownik Biura