



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



Wałbrzych, dnia 01.12.2020 r.

DZPZ-530-Zp/58/PN-55/20

**Wynik postępowania przetargowego
dla pakietu nr 4**

Dotyczy: „Dostawa jednorazowego wyposażenia pracowni cytostatycznej i roztworów płynów infuzyjnych” - Zp/58/PN-55/20.

Zamawiający Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp., unieważnia postępowanie dla Pakietu nr 4 – strzykawkki.
Uzasadnienie : dla pakietu nr 4 nie złożono ani jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

oferta nr 1 : ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka

komandytowa, ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze zostaje odrzucona z postępowania na podstawie art.89 ust.1 pkt. 2 . jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wymagania wg SIWZ dla poz. 1 : Strzykawka trzyczęściowa, jednorazowa, sterylna, z poliwęglanu, bezigłowa z końcówką Luer Lock Wewnętrzne strzykawki zawierająca silikonową powłokę. Strzykawka zawierająca pierścień zabezpieczający przed przypadkowym wycofaniem się tłoka .Uszczelniacz tłoka nie zawierający lateksu. Sterylizowana tlenkiem etylenu. Rozmiar strzykawki 1 ml, średnica cylindra odpowiadająca średnicy strzykawki 3 ml. Opakowanie 100 sztuk.

Dostarczona próbka strzykawki dla poz. 1 o numerze katalogowym 309628 nie spełnia zapisów SIWZ ponieważ nie posiada zabezpieczenia przed przypadkowym wycofaniem się tłoka.

oferta nr 2 : Becton Dickinson Polska Sp. z o.o., ul. Osmańska 14, 02-823 Warszawa zostaje odrzucona z postępowania na podstawie art.89 ust.1 pkt. 2 . jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wymagania wg SIWZ dla poz. 1 : Strzykawka trzyczęściowa, jednorazowa, sterylna, z poliwęglanu , bezigłowa z końcówką Luer Lock Wewnętrzne strzykawki zawierająca silikonową powłokę. Strzykawka zawierająca pierścień zabezpieczający przed przypadkowym wycofaniem się tłoka .Uszczelniacz tłoka nie zawierający lateksu. Sterylizowana tlenkiem etylenu. Rozmiar strzykawki 1 ml, średnica cylindra odpowiadająca średnicy strzykawki 3 ml. Opakowanie 100 sztuk.

Dostarczona próbka strzykawki dla poz. 1 o numerze katalogowym 309628 nie spełnia zapisów SIWZ ponieważ nie posiada zabezpieczenia przed przypadkowym wycofaniem się tłoka.

oferta nr 3 : SKAMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa., ul.

Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź zostaje odrzucona z postępowania na podstawie art.89 ust.1 pkt. 2 jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wymagania wg SIWZ: dla poz. 5 Strzykawka trzyczęściowa 20 ml – wykonana z polipropylenu, wolna od PVC, nie zawierająca DEHP, wysoki kontrast podziałki-trwałe oznaczenie w kolorze czarnym, stopniowanie co 1ml, centryczne zakończenie luer-lock , owalny ożebrowany kołnierz komory zapewniający pewny uchwyt i zapobiegający pewny uchwyt i zapobiegający obracaniu w rękę, blokada tłoka zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu się z komory, tłok z podwójnym gumowym uszczelnieniem wykonanym z syntetycznego materiału pozbawionego lateksu, logo lub nazwa producenta na cylindrze . Opakowania po 120szt.

Wykonawca nie złożył oferty dla poz.5 - strzykawki trzyczęściowe 20 ml.

Zatwierdzam

DYREKTOR SZPITALA

Mariola Dudziak

(Dyrektor Specjalistycznego Szpitala im.
dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu)

Sprawę prowadzi: Bernard Jach tel. 74/648-99-41



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



ISO 9001



Rozdzielnik:

- 1) Becton Dickinson Polska Sp. z o.o., ul. Osmańska 14, 02-823 Warszawa
- 2) ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze
- 3) SKAMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa., ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź