

Tarnów, 09.04.2024 r.

**Akademia Tarnowska
ul. Mickiewicza 8
33-100 Tarnów**

**Do wszystkich Wykonawców
ubiegających się o zamówienie**

WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowania pn. „Dostawa sprzętu do pracowni biochemiczno-mikrobiologicznej i biologii molekularnej Akademii Tarnowskiej” prowadzonego przez Akademię Tarnowską. Nr referencyjny: K-dzpz/382-3/2024.

Zamawiający Akademia Tarnowska działając w oparciu o art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść pytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami:

Pytania dotyczy części 4:

Pytanie nr 1:

Pytanie dotyczy Opisu Przedmiotu Zamówienia, Część 4. Urządzenie do analizy białek i materiału genetycznego; 5. Termocykler gradiendowy:

1. Czy Zamawiający zaakceptuje parametr szybkości grzania i chłodzenia wynoszący 4 °C/sek?

Wyjaśnienia Akademii Tarnowskiej:

Zamawiający nie akceptuje urządzenia, którego szybkość grzania i chłodzenia wynosi 4°C/sek. Szybkość grzania i chłodzenia nie może być mniejsza niż 5°C/sek.

Zgodnie z art. 284 ust. 3 Pzp, Zamawiający przedłuża termin składania ofert w niniejszym postępowaniu, co skutkuje, że zmianie w SWZ ulegają:

W rozdziale 17 Termin składania i otwarcia ofert

Było:

1. Oferty należy złożyć w terminie do dnia **10.04.2024 r. godz. 12.00** za pośrednictwem Platformy Zakupowej Akademii Tarnowskiej.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **10.04.2024 r. godz. 12.30** za pośrednictwem Platformy Zakupowej Akademii Tarnowskiej.

Jest:

1. Oferty należy złożyć w terminie do dnia **12.04.2024 r. godz. 12.00** za pośrednictwem Platformy Zakupowej Akademii Tarnowskiej.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **12.04.2024 r. godz. 12.30** za pośrednictwem Platformy Zakupowej Akademii Tarnowskiej.

W rozdziale 18 Termin związania ofertą

Było:

1. Wykonawca jest związany złożoną ofertą do dnia **09.05.2024 r. włącznie**, czyli przez 30 dni licząc od dnia w którym upływa termin składania ofert.

Jest:

1. Wykonawca jest związany złożoną ofertą do dnia **11.05.2024 r. włącznie**, czyli przez 30 dni licząc od dnia w którym upływa termin składania ofert.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia treści SWZ oraz zmiana treści SWZ stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz są wiążące dla Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki
z up. dr Małgorzata Martowicz, prof. Uczelni

Otrzymują:
1x strona internetowa prowadzonego postępowania.
1x aa