



„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
99-300 Kutno ul. Kościuszki 52
tel. centr.24 38 80 200 tel./fax 24 38 80 201
e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl www.szpital.kutno.pl
REGON 100974785; NIP 7752631681

Kutno, dnia 05.01.2022 r.

WYJAŚNIENIA Nr 1 DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawę gazów medycznych wraz z dzierżawą butli**

Nr postępowania: **ZP/21/21**

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129 tj. z późn. zm.), udziela odpowiedzi na następujące pytania:

- Dot. formularza cenowego** - W celu umożliwienia dostąpienia do przetargu, zwracamy się z prośbą o wydzielenie z formularza cenowego do odrębnych pakietów pozycji:
 - nr 1,2 dotyczących tlenu medycznego skroplonego
 - nr 12, 13, 15 dotyczących mieszanki entonox

Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie następujących pozycji, tworząc z nich dodatkowe Pakiety: Nr 1, 2 i 3:

Pakiet Nr 1	
Lp.	Przedmiot zamówienia
1.	Tlen medyczny skroplony o składzie Tlen (O ₂) >= 99,5% Wilgoć (H ₂ O) <= 67vpm Tlenek węgla(CO) <= 5vpm Dwutlenek węgla (CO ₂) <= 30vpm
2.	Transport (koszt transportu w przeliczeniu na 1t)

Pakiet Nr 2	
1.	Tlen medyczny w butlach o pojemności 40L
2.	Tlen medyczny w butlach o pojemności 3L
3.	Tlen medyczny w butlach o pojemności 10L
4.	Tlen medyczny w butlach o pojemności 2L z zaworem zintegrowanym
5.	Dzierżawa butli 2L 20 szt./dzień X 365 dni (12 m-cy) = 7 300 b/d
6.	Dwutlenek węgla typu laparox C 7,5 kg
7.	Dzierżawa butli 3 szt./dzień X 365 dni (12 m-cy) = 1 095 b/d
8.	Dwutlenek węgla typu krio 7,5 kg
9.	Dzierżawa butli 5 szt./dzień X 365 dni (12 m-cy) = 1 825 b/d
10.	Transport butli

Pakiet Nr 3	
1.	Entonox 10L (50% O ₂ i 50% N ₂ O)
2.	Dzierżawa butli 3 szt./dzień x 365 dni (12 m-cy) 1 095 b/d
3.	Ustniki do podawania Entonox (1 op. 100 szt)
4.	Transport butli

2. **Dot. formularza cenowego poz. 1** - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy dostawa ciekłego tlenu medycznego będzie się odbywać do zbiornika, będącego własnością Zamawiającego ? czy ma on być przedmiotem dzierżawy? W przypadku wyspecyfikowania usługi dzierżawy zbiornika prosimy do stosowną modyfikację formularza cenowego.
Zamawiający potwierdza, że dostawa ciekłego tlenu medycznego będzie odbywać się do zbiornika będącego własnością Zamawiającego.
3. **Dot. formularza cenowego poz. 6** - Czy Zamawiający opisując przedmiot zamówienia w zakresie poz. 6 ***Tlen medyczny w butlach o pojemności 2L z zaworem zintegrowanym*** miał na myśli: butle tlenowe z (na stałe zintegrowanym z butlą) modułem wyposażonym w reduktor ciśnienia, manometr wskazujący ciśnienie tlenu w butli, przepływomierz z 12 różnymi zakresami przepływu, o zakresie pracy 0,5 – 15 l/min, wyjście do podłączenia maski tlenowej lub kaniuli donosowej oraz system szybkiego łączenia (Quick Connector) typu AGA do podłączenia urządzeń przenośnych wymagających dostarczenia tlenu medycznego np. respirator transportowy.
Zamawiający miał na myśli: butle tlenowe z (na stałe zintegrowanym z butlą) modułem wyposażonym w reduktor ciśnienia, manometr wskazujący ciśnienie tlenu w butli, przepływomierz z 12 różnymi zakresami przepływu, o zakresie pracy 0,5 – 15 l/min, wyjście do podłączenia maski tlenowej lub kaniuli donosowej oraz system szybkiego łączenia (Quick Connector) typu AGA do podłączenia urządzeń przenośnych wymagających dostarczenia tlenu medycznego.
4. **Dot. formularza cenowego poz. 15** - W związku z opisem przedmiotem zamówienia zawartym w poz. 15 formularza cenowego „**Ustniki do podawania Entonox**” prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy pod w/w pojęciem (opisem) rozumie jednorazowy zawór wydechowy zintegrowany z jednorazowym ustnikiem z filtrem antybakteryjnym do podawania mieszaniny gazu medycznego tlenu i podtlenku azotu (50% O₂ i 50% N₂O), uniemożliwiający bezpośrednio (bez udziału wielorazowej części systemu – przyłącza) powrót wydychanego powietrza do zaworu dozującego, eliminując potencjalne zagrożenie zakażeń zaworu dozującego, pakowany w jedno wspólne opakowanie jednostkowe od tego samego producenta (tj. ustnik, zawór wydechowy) ?
Zamawiający pod ww. pojęciem rozumie: jednorazowy zawór wydechowy zintegrowany z jednorazowym ustnikiem z filtrem antybakteryjnym do podawania mieszaniny gazu medycznego tlenu i podtlenku azotu (50% O₂ i 50% N₂O), uniemożliwiający bezpośrednio (bez udziału wielorazowej części systemu – przyłącza) powrót wydychanego powietrza do zaworu dozującego, eliminując potencjalne zagrożenie zakażeń zaworu dozującego, pakowany w jedno wspólne opakowanie jednostkowe od tego samego producenta (tj. ustnik, zawór wydechowy).
5. **Dot. formularza cenowego poz. 14-15** - Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie przedmiotu zamówienia i wskazanie oczekiwanych ilości w/w pozycji asortymentowych – kolumna: Zapotrzebowanie na 12 miesięcy.
Zamawiający omyłkowo usunął ilości ww. pozycji asortymentowych i wynoszą one odpowiednio (zapotrzebowanie na 12 miesięcy):
- poz. 14. Transport butli – 30 dostaw
- poz. 15. Ustniki do podawania Entonox (1 op. 100 szt.) – 4 op.
6. **Dot. formularza cenowego poz. 3-5** - Prosimy o wydłużenia czasu dostawy (pełnienia) w przypadku tlenu w butlach o poj. 40L, 3L, 10L, będących własnością Zamawiającego do 5 dni roboczych.
Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie czasu dostawy.
7. **Dot. formularza cenowego** - W związku z faktem, iż do podawania wyspecyfikowanej mieszaniny (50% O₂ i 50% N₂O) niezbędny jest wielorazowy zawór dozujący, prosimy Zamawiającego o wprowadzenie

w/w pozycji do opisu przedmiotu zamówienia wraz z umieszczeniem jej w formularzu cenowym z podaniem oczekiwanej ilości dzierżaw niniejszego zaworu – stosowna modyfikacja.

Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje Pakiet Nr 3 poprzez dodanie nowej poz. 3 Dzierżawa zaworu dozującego – w ilości 365 b/d, do nowo utworzonego Pakietu Nr 3

Pakiet Nr 3	
1.	Entonox 10L (50% O ₂ i 50% N ₂ O)
2.	Dzierżawa butli 3 szt./dzień x 365 dni (12 m-cy) 1 095 b/d
3.	Dzierżawa zaworu dozującego 365 b/d
4.	Ustniki do podawania Entonox (1 op. 100 szt)
5.	Transport butli

Podpisał:
„Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.
Prezes Zarządu
Artur Gur

Do wiadomości

Wyjaśnienia zostają umieszczone
na stronie internetowej prowadzonego postępowania