



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W RADZIEJOWIE**

ul. Szpitalna 3, 88-200 Radziejów
REGON 910333036 NIP 889-12-69-126
tel. 54/285-62-00; fax 54/285-37-01
e-mail: sekretariat@szpitalradziejow.pl
<https://www.szpitalradziejow.pl>

Radziejów, dnia 20.03.2024 r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy udzielenia zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku” (oznaczenie sprawy ZP-01/2024) – ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 09 lutego 2024 r. pod numerem: **29/2024**

Niniejszym, na mocy przysługujących nam jako Zamawiającemu uprawnień i obowiązków wynikających z dyspozycji art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) poniżej przekazujemy treść zapytań i udzielonych wyjaśnień.

1. pyt. 1 Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 18?

Poz.18.1 igłę insuflacyjną jednorazowego użytku o długości 150 mm

Odpowiedź Zamawiający nie dopuszcza.

Poz. 18.6

IGŁA VERESSA sterylna, jednorazowego użytku, z sygnałem dźwiękowym i wizualnym określającym wejście do jamy brzusznej 150 mm

Odpowiedź Zamawiający nie dopuszcza.

2. pyt. 2 Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 20?

Poz. 20.1

GINEKOLOGIA: ZESTAW DO KOREKЦИИ WYSIŁKOWEGO NIETRZYMANIA MOCZU

Sterylny, taśma wykonana z polipropylenu monofilamentowego o grubości 0,34mm i gramaturze 45g/m² dwa wielorazowe narzędzia o kształcie helikalnym do zakładania taśmy metodą przezzasłonową techniką od środka na zewnątrz (inout)

Odpowiedź Zamawiający nie dopuszcza.

Poz. 20.2

GINEKOLOGIA: ZESTAW DO KOREKЦИИ CYSTOCELE

- sterylny

- siatka wykonana z polipropylenu monofilamentowego o kształcie anatomicznym z podwójnymi ramionami z każdego boku do przeprowadzenia przez otwory zasłonowe (double TOT)
- jedno wielorazowe narzędzie do zakładania siatki metodą przezzasłonową techniką „out-in” parametry techniczne siatki: - wymiary: 50 mm x 60 mm
- wielkość oczek: 1 x 1,25 mm
- grubość: 0,34 mm
- gramatura: 45 g/m²

Odpowiedź Zamawiający nie dopuszcza.

Poz. 20.3

GINEKOLOGIA: ZESTAW DO KOREKCJI CYSTOCELE

- sterylny
- siatka wykonana z polipropylenu monofilamentowego o kształcie anatomicznym z podwójnymi ramionami z każdego boku do przeprowadzenia przez otwory zasłonowe (double TOT)
- jedno jednorazowe narzędzie do zakładania siatki metodą przezzasłonową techniką „out-in” parametry techniczne siatki: - wymiary: 50 mm x 60 mm
- wielkość oczek: 1 x 1,25 mm
- grubość: 0,34 mm
- gramatura: 45 g/m²

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza.

Istniejący zapis pakietu wskazuje na zasoby konkretnego Wykonawcy bez opcji złożenia oferty konkurencyjnej.

Niewielkie techniczne różnice nie wpływają na technikę operacyjną ani na oczekiwany, pożądaný efekt terapeutyczny.

Prosimy o dopuszczenie w/w materiałów w przetargu. Możliwość złożenia oferty konkurencyjnej, pozwoli na znaczne obniżenie ceny zakupów, finansowanych ze środków publicznych oraz obniżenie kosztów leczenia.


3. pyt. 3 Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 27?

Poz.27.1

GINEKOLOGIA: TAŚMA DO KOREKCJI WYSIŁKOWEGO NIETRZYMANIA MOCZU

- sterylna
- wykonana z polipropylenu monofilamentowego
- posiada atraumatyczne brzozy o kształcie wydłużonej pętelki na całej długości taśmy oraz specjalny splot, który warunkuje prawidłowe rozłożenie taśmy pod cewką parametry techniczne:
- szerokość: 11 mm
- długość: 45 mm

- średnica włókna: 0,15 mm
- grubość taśmy: 0,34 mm
- porowatość: 55-60%
- rozmiar porów: 1 mm x 1,25 mm
- gramatura 45 g/m²





Odpowiedź Zamawiający nie dopuszcza.

LUB

GINEKOLOGIA: TAŚMA DO KOREKCJI WYSIŁKOWEGO NIETRZYMANIA MOCZU

- sterylna
- wykonana z polipropylenu monofilamentowego
- posiada atraumatyczne brzegi o kształcie wydłużonej pętli na całej długości taśmy oraz specjalny splot, który warunkuje prawidłowe rozłożenie taśmy pod cewką
- na końcach taśma musi posiadać symetryczne 2,5 cm zwężenia, które ułatwiają przewleczenie przez igłę parametry techniczne:
- szerokość: 12 mm w środkowej części, ramiona szer. 8 mm
- długość: 550 mm
- średnica włókna: 0,15 mm
- grubość taśmy: 0,34 mm
- porowatość: 55-60%
- rozmiar porów: 1x1,25 mm
- gramatura 45 g/m²



Odpowiedź Zamawiający nie dopuszcza.

Istniejący zapis pakietu wskazuje na zasoby konkretnego Wykonawcy bez opcji złożenia oferty konkurencyjnej.

Niewielkie techniczne różnice nie wpływają na technikę operacyjną ani na oczekiwany, pożądaný efekt terapeutyczny.

Prosimy o dopuszczenie w/w materiałów w przetargu. Możliwość złożenia oferty konkurencyjnej, pozwoli na znaczne obniżenie ceny zakupów, finansowanych ze środków publicznych oraz obniżenie kosztów leczenia.

4. pyt. 4 Proszę o wydzielenie do odrębnego zadania z pakietu nr 34?

Poz. 34.4 Poz. 34.5 Poz. 34.6 Poz. 34.7

Odpowiedź Zamawiający nie wydzieli.

Istniejący zapis pakietu wskazuje na zasoby konkretnego Wykonawcy bez opcji złożenia oferty konkurencyjnej.

Prosimy o pozytywne odniesienie się do naszego pytania, dzięki temu otrzymacie Państwo ofertę konkurencyjną, zyskując tym samym możliwość racjonalnego zarządzania środkami publicznymi.

5. Dotyczy Pakietu nr 31, pozycji nr 9: Czy Zamawiający dopuści do oceny testy pakowane po 400szt?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości wymaganych przez Zamawiającego

6. Dotyczy Pakietu nr 31, pozycji nr 16: Czy Zamawiający dopuści do oceny torebki pakowane po 250 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości wymaganych przez Zamawiającego

7. Dotyczy Pakietu 31, pozycji nr 11: Czy Zamawiający dopuści etykiety w rozmiarze 102 x 55mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

8. Dotyczy Pakietu nr 31, pozycji nr 32: Czy Zamawiający dopuści do oceny osłonki przezroczyste z tworzywa sztucznego z otworem 15mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

9. Dotyczy Pakietu nr 31, pozycji nr 33: Czy Zamawiający dopuści do oceny osłonki przezroczyste z tworzywa sztucznego z otworem 30mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

1. Zamawiający modyfikuje treść rozdziału XIX SWZ pkt 1. – Termin związania ofertą.

Z: Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez okres 90 dni (tj. **do dnia 18.06.2024 r.**)

Na: Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez okres 90 dni (tj. **do dnia 24.06.2024 r.**)

2. Zamawiający modyfikuje treść rozdziału XXIII (pkt 1) – Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Z: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy w nieprzekraczalnym terminie: do dnia **21.03.2024 r. do godziny 8:45**

Na: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy w nieprzekraczalnym terminie: do dnia **27.03.2024 r. do godziny 8:45**

3. Zamawiający modyfikuje treść rozdziału XXIII (pkt 3) – Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Z: Otwarcie ofert na Platformie dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert w dniu **21.03.2024 r. o godz. 09:00**

Na: Otwarcie ofert na Platformie dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert w dniu **27.03.2024 r. o godz. 09:00**

4. Zamawiający modyfikuje formularz asortymentowo-cenowy, Pakiet 29, pozycja 29.4

Z: jednostka miary – op. (50 szt.) łącznie 20 000 szt.

Na: jednostka miary – op. (1 szt.) łącznie 400 szt.

5. Zamawiający modyfikuje formularz asortymentowo-cenowy, Pakiet 30, pozycja 30.1

Z: jednostka miary – op. (100 szt.) łącznie 52 000 szt.

Na: jednostka miary – op. (1 szt.) łącznie 520 szt.

Radziejów, dnia 20 marca 2024 r.

DYREKTOR

dr Sebastian JANKIEWICZ