

pakiet 1
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Przedmiot przetargu: Zestawy do punkcji żyły podobojczykowej przy wszczepianiu elektrod endokawitarnych - 2000 szt.

Producent/Firma:

UWAGA: Oferent wypełniając rubryki trzeciej kolumny powinien wpisać w nie słowa „TAK” lub „NIE” bez podawania wartości liczbowych parametrów technicznych.

Parametry graniczne - odcinające stymulatora	Warunek graniczny	
zestaw składający się z rozszerzacza (dylatora) wykonanego z HDPE (z dodatkiem 15% siarczanu baru) umieszczonego w koszulce wykonanej z PTFE (z dodatkiem 9% tlenku bizmutu)	Tak	
średnica 6-9 Fr. w zależności od zapotrzebowania	Tak	
rozrywalna koszulka widoczna w rtg	Tak	
niski opór przy przechodzeniu przez tkanki	Tak	
Długość koszulki 13 cm +/- 1 cm	Tak	
Oferta powinna uwzględniać 100 koszulek o długości 20-23cm oraz 100 koszulek długości 30-33 cm	Tak	
Styk koszulka/dylator zamykany na gwint lub zatrzask – tak aby uniknąć rozdzielenia elementów podczas przechodzenia przez tkanki	Tak	
Igła 18G, 7-9 cm	Tak	
Strzykawka niskooporowa 10 ml	Tak	
Prowadnik ze stali nierdzewnej zakończony z jednej strony końcówką prostą, z drugiej strony końcówką „J” z elementem prostującym ułatwiającym wprowadzenie do igły	Tak	
Do oferty należy dołączyć oferowany zestaw - <u>próbka</u>	Tak	

Depozyt - 50 sztuk

Wykonawca powinien przedłożyć ofertę zgodnie z n/w tabelą:

Lp.	Nazwa	Nazwa własna	Producent	Nr katalogowy	Jedn. miary	Cena netto (w zł/jedn.)	Ilość	Wartość netto	VAT (w %)	Wartość brutto
1.	Zestaw do punkcji żyły podobojczykowej przy wszczepianiu elektrod endokawitarnych				Szt.		2000			
					RAZEM					

Łączna wartość netto wynosi, słownie:.....

Łączna wartość brutto wynosi, słownie:.....

Termin płatności wynosi dni

Termin uzupełnienia depozytu wynosi dni