



sekretariat@pogotowie-ratunkowe.pl

tel. 71 77 31 400 fax. 71 367 66 18

NIP: 899-23-54-460

www.pogotowie-ratunkowe.pl

tel. kom. 506 374 965 , 506 734 979, wew. 400, 500

REGON: 932207142

KRS: 0000207618

ZP / 173 / 2020

Wrocław, dn. 10.12.2020 r.

DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA

INFORMACJA NR 1

Dotyczy: odpowiedzi na pytania Wykonawców złożone do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa 3 ambulansów wraz z wyposażeniem” – znak: ZP/PR/ 31 /2020

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) – dalej: uPzp – przekazuje treść zapytań dotyczących wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie dotyczy Noszy głównych:

1. W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy wymaga aby dostarczone nosze były zgodne z aktualnymi normami ambulansowymi w Polsce tj. PN EN 1789 oraz PN EN 1865, normy te są zharmonizowane i ujęte w Obwieszczeniu Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego i w związku z tym czy Zamawiający oczekuje dostarczenia dokumentów zgodnych z harmonizowanymi normami tj. certyfikatu wystawionego przez niezależną jednostkę notyfikującą zgodnie z uprawnieniami wg dyrektywy medycznej 93/42/EEC, dodatkowo zwracamy uwagę na fakt, że nie istnieje pojęcie norm równoważnych w odniesieniu do norm zharmonizowanych?

Wyjaśniamy, iż zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia i NFZ oraz zgodnie z przepisami Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym Zespół Ratownictwa Medycznego (ZRM) wyposażony jest w specjalistyczny środek transportu sanitarnego,

spełniający cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących Europejskie Normy zharmonizowane, przynajmniej w zakresie minimalnym, który określa Norma i dotyczy to w szczególności wyposażenia medycznego. Normy powoływane są w sposób normatywny, co oznacza, że ich zastosowanie jest wymagane. Stosuje się najnowszą, aktualną wersję Norm, dodatkowo zgodnie ze stanowiskiem PKN (Polski Komitet Normalizacyjny) spełnienie danej normy może potwierdzić jedynie organ wyznaczony w systemie oceny zgodności czyli specjalna jednostka certyfikowana uprawniona do weryfikacji wyrobu medycznego. W związku z tym tylko niezależna jednostka notyfikująca może potwierdzić, że nosze reanimacyjne spełniają wymagania norm PN EN 1789 i PN EN 1865 w całym zakresie normy, a nie tylko w wybranych punktach. Brak spełnienia jakiegokolwiek parametru normy oznacza, że nosze takiej normy nie spełniają.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dostarczenie dokumentów zgodnych z harmonizowanymi normami tj. certyfikatu wystawionego przez niezależną jednostkę notyfikującą zgodnie z uprawnieniami wg dyrektywy medycznej 93/42/EEC.

2. W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy czy Zamawiający dopuści nosze główne z transporterem firmy Medirol model Clinic Extero zgodne z aktualnymi normami ambulansowymi obowiązującymi w Polsce, wyposażone w system niezależnego składania się goleni przednich i tylnych przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu noszy z/do ambulansu pozwalający na bezpieczne wprowadzenie/wyprowadzenie noszy z pacjentem nawet przez jedną osobę – pełna kontrola w trakcie wprowadzania i wyprowadzania noszy z/do ambulansu uruchamiany dźwignią blokady – przy czym blokada uruchamiana jest tylko w momencie wprowadzania noszy do ambulansu, w momencie wyjazdu noszy golenie rozkładają się i blokują automatycznie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dostarczenie noszy głównych z transporterem wskazanych w zapytaniu.

3. W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy czy Zamawiający dopuści nosze z poręczami bocznymi składanymi ergonomicznie równoległe do osi wzdłużnej pacjenta, o takiej budowie noszy umożliwiającej przenoszenie ich przez więcej niż 4 osoby, bez dodatkowych wysuwanych bocznych rączek?

Wyjaśniamy, że proponowane rozwiązanie bez rączek bocznych wysuwanych będzie tańsze, trwalsze w użytkowaniu (każdy ruchomy element przy obciążeniu narażony jest na szybsze uszkodzenie), jednocześnie Zamawiający nie traci na faktycznej funkcjonalności noszy głównych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nosze z poręczami bocznymi składanymi ergonomicznie równoległe do osi wzdłużnej pacjenta, i o budowie noszy umożliwiającej przenoszenie ich przez więcej niż 4 osoby, bez dodatkowych wysuwanych bocznych rączek.

4. Pkt. 14.1 – Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności nosze główne posiadające możliwość składania i rozkładania goleni transportera za pomocą systemu z przyciskiem i dźwignią, które zapobiegają niekontrolowanemu złożeniu i rozłożeniu goleni transportera podczas jego użytkowania?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nosze główne wyspecyfikowane w zapytaniu.

5. Pkt. 14.5 – Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności nosze umożliwiające płynne uniesienie tułowia do kąta 75°?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nosze umożliwiające płynne uniesienie tułowia do kąta 75°

6. Pkt. 14.20 – Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności nosze o wadze całego zestawu transportowego 55 kg.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nosze o wadze całego zestawu transportowego 55 kg.

7. 12.21 - Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności nosze o dopuszczalnym minimalnym obciążeniu transportera 227 kg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nosze o dopuszczalnym minimalnym obciążeniu transportera 227 kg.

8. Pkt 14.13 - Czy Zamawiają dopuści na zasadzie równoważności nosze bez dodatkowych składanych lub chowanych rączek bocznych. Nosze, które chcemy Państwu zaoferować, posiadają sztywną konstrukcję ramową, umożliwiającą przenoszenie i podnoszenie ciężaru na całym obwodzie noszy przez dowolną ilość osób. Proponowane rozwiązanie jest przy tym odporne na skręcenia i rotacje.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

z up. Dyrektora
Pogotowia Ratunkowego
we Wrocławiu

wykonano w 1 egz.

sporządziła: Marzena Paszulewicz

tel. 71/ 773 15 63

do wiadomości: wszyscy uczestnicy postępowania

Z-ca Dyrektora
ds. Administracyjno-Organizacyjnych
Pogotowia Ratunkowego
we Wrocławiu
Anna Komiec
Anna Komiec

