

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY:

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Czarnkowie

Zaprasza do złożenia oferty w trybie art. 275 pkt 1 (trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji) o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.1710) – dalej ustawy PZP na Dostawy pn:

Dostawa aparatu RTG do Pracowni we Wronkach

Nr postępowania: ZP/TP/9/2023

Zatwierdził:

DYREKTOR
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Czarnkowie
.....
Krzysztof Szadłowski
(pieczęć i podpis)

07.08.2023r

SPIS TREŚCI

- I. Nazwa oraz adres Zamawiającego
- II. Ochrona danych osobowych
- III. Tryb udzielania zamówienia
- IV. Opis przedmiotu zamówienia
- V. Wizja lokalna
- VI. Podwykonawstwo
- VII. Termin wykonania zamówienia
- VIII. Warunki udziału w postępowaniu
- IX. Podstawy wykluczenia z postępowania
- X. Podmiotowe środki dowodowe. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw wykluczenia
- XI. Poleganie na zasobach innych podmiotów
- XII. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
- XIII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów
- XIV. Opis sposobu przygotowania ofert oraz dokumentów wymaganych przez Zamawiającego w SWZ
- XVI. Wymagania dotyczące wadium
- XVII. Termin związania ofertą
- XVIII. Miejsce i termin składania ofert
- XIX. Otwarcie ofert
- XX. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
- XXI. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
- XXII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
- XXIII. Informacje o treści zawieranej umowy oraz możliwości jej zmiany
- XIV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy
- XXV. Zalecenia Zamawiającego
- XXVI. Spis załączników

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

ADRES: ul. Kościuszki 96

64-700 Czarnków

NIP 763 17 48 697

NR TELEFONU ORAZ ADRES E-MAIL 67 35 28 172 przetargi@zsozczarnkow.x.pl

Uwaga! Zamawiający przypomina, że w toku postępowania zgodnie z art. 61 ust. 2 ustawy PZP komunikacja ustna dopuszczalna jest jedynie w toku negocjacji lub dialogu oraz w odniesieniu do informacji, które nie są istotne. Zasady dotyczące sposobu komunikowania się zostały przez Zamawiającego umieszczone w rozdziale XIII pkt 3 SWZ.

II. Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie.
2. administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: sekretariat@zsozczarnkow.x.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji.
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania, o której mowa w art. 74 ustawy PZP
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8. posiada Pani/Pan:
 - a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
 - b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w

zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

- c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (*prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego*);
 - d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
- a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

III. Tryb udzielania zamówienia

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1 ustawy PZP oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”.
2. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia negocjacji.
3. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich mowa w art. 3 ustawy PZP.
4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
5. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.
6. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.
7. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy PZP
8. Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. 2020 r. 1320 t.j. z dnia 2020.07.30) obejmują następujące rodzaje czynności:
Nie dotyczy
9. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy PZP

IV. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest :

Dostawa aparaty RTG do Pracowni we Wronkach

Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem dostawę aparatu RTG, dostosowanie istniejącej pracowni do obowiązujących przepisów prawnych,

integrację informatyczną dostarczonego aparatu z funkcjonującym u Zamawiającego systemem informatycznym, uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich wymaganych prawem pozwoleń umożliwiających pracę aparatu.

- **Szczegółowy opis** przedmiotu zamówienia przedstawiony został w zał. Nr 5 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia. *Do składanej oferty należy załączyć wypełnione tabele.* W tabelach należy podać nazwę materiału i producenta, ewentualnie nr katalogowy. Należy także dołączyć koncepcje prac dostosowawczych w pracowni RTG oraz karty katalogowe oferowanego aparatu.

Wymagania dotyczące płatności: min. 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Termin realizacji zamówienia - 12 tygodni od dnia podpisania umowy

1. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
CPV – [33111000-1](#) Aparatura rentgenowska
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.
4. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) i 8) ustawy PZP
5. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiący Załącznik nr 5 do SWZ- do składanej oferty należy dołączyć podpisany załącznik

V. Wizja lokalna

Zamawiający wymaga przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej w Pracowni RTG we Wronkach oraz sprawdzenia dokumentów dotyczących zamówienia jakie znajdują się w dyspozycji Zamawiającego, a jakie będą udostępniane podmiotom zgłaszającym chęć udziału w postępowaniu.

UWAGA! Nie uczestniczenie w wizji lokalnej spowoduje odrzucenie oferty zgodnie z treścią art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy Pzp.

Proponowany termin wizji lokalnej: **18.08.2023r. o godz. 10:00**. Dokładny termin należy ustalić z Zamawiającym w formie pisemnej. W celu umówienia terminu wizji lokalnej należy kontaktować się bezpośrednio z osobami wyznaczonymi do komunikowania się z Wykonawcami. **Zamawiający wymaga by do oferty został załączony podpisany przez obie strony protokół z wizji lokalnej.**

VI. Podwykonawstwo

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).
2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć

podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.

VII. Termin wykonania zamówienia

1. Termin realizacji zamówienia - 12 tygodni od podpisania umowy.
2. Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 4 do SWZ.

VIII. Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
 - 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
 - 2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
 - 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
 - 4) zdolności technicznej lub zawodowej:
wykonawca powinien zatrudniać dietetyka z udokumentowanymi kwalifikacjami.
3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

IX. Podstawy wykluczenia z postępowania

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:
 - 1) w art. 108 ust. 1 ustawy PZP ;
 - 2) w art. 109 ust. 1 pkt. 4, 5, 7 ustawy PZP, tj.:
 - a. w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
 - b. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów;
 - c. który z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne

zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady;

3) Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, zarówno prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, jak i zamówienia publicznego lub konkursu wyłączonych spod ustawy, w tym również z uwagi na wartość, wyklucza się:

- a. wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka w postaci wykluczenia z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
- b. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka w postaci wykluczenia z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
- c. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka w postaci wykluczenia z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy PZP

X. Podmiotowe środki dowodowe. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw wykluczenia

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ;
2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w ust 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
 - 1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.

- o ochronie konkurencji i konsumentów (DZ.U. 2021.275 t.j. z dnia 2021.02.11), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 3 do SWZ;
- 2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) prawa PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 4 pkt 2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 2, zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.
7. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
- 1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2021.670 t.j. z dnia 2021.04.12) , o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP dane umożliwiające dostęp do tych środków;
 - 2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP
8. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
9. W zakresie nieuregulowanym ustawą PZP lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. 2020.2415 z dnia 2020.12.30) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. 2020.2452 z dnia 2020.12.31)

XI. Poleganie na zasobach innych podmiotów

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają świadczenie do realizacji którego te zdolności są wymagane.

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.
5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
6. UWAGA: Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
7. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych w Rozdziale X SWZ.

XII. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

XIII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów

1. Informacje ogólne:

- 1) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
- 2) Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Barbara Wicher – Kierownik Działu Logistyki i Zamówień Publicznych
- 3) Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 t.j. z dnia 2020.03.03).

- 4) W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
- 5) Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. Zamawiający dopuszcza, awaryjnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami: przetargi@zzozczarnkow.x.pl
- 6) Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert w Postępowaniu Nr ZP/TP/9/2023 Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
- 7) Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
- 8) Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem platformazakupowa.pl, tj.:
 - a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
 - b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
 - c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
 - d) włączona obsługa JavaScript,
 - e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
 - f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
 - g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
- 9) Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
 - a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej <https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin> w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący,
 - b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej <https://platformazakupowa.pl/strona/46-instrukcje>
- 10) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty dot. Postępowania Nr ZP/TP/9/2023 przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”).

- 11) Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/46-instrukcje>

2. Zalecenia Zamawiającego:

- 1) Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Załącznikiem nr 2 do “Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”, zwanego dalej Rozporządzeniem KRI.
- 2) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf
- 3) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z rozszerzeń:
 1. .zip
 2. .7Z
- 4) Wśród rozszerzeń powszechnych a niewystępujących w Rozporządzeniu KRI występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
- 5) Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi maksymalnie 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi maksymalnie 5MB.
- 6) W przypadku stosowania przez wykonawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
 - a) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na rozszerzenie .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w formacie PAdES.
 - b) Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć podpisem w formacie XAdES o typie zewnętrznym. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
 - c) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.
- 7) Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie dokumentów w Postępowaniu Nr ZP/TP/9/2023 różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.

XIV. Opis sposobu przygotowania ofert oraz dokumentów wymaganych przez Zamawiającego w SWZ

1. Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych środkach dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny Wykonawca może złożyć bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu (opcja rekomendowana przez platformazakupowa.pl) oraz dodatkowo dla całego pakietu dokumentów w kroku 2 Formularza składania oferty lub wniosku (po kliknięciu w przycisk Przejdź do podsumowania).

2. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podWykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.
3. Oferta powinna być:
 - 1) sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim,
 - 2) złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl,
 - 3) podpisana [kwalifikowanym podpisem elektronicznym](#) lub [podpisem zaufanym](#) lub [podpisem osobistym](#) przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.
4. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać "Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku".
5. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES.
6. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy PZP, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzeżł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.
7. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>
8. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje podlegać będzie odrzuceniu.
9. Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść Wykonawca, aby zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty.
10. Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być w języku polskim, chyba że w SWZ dopuszczono inaczej. W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, Wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski.
11. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art.3 pkt 2) Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez podwykonawcę.
12. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.

XV. Sposób obliczania ceny oferty

1. Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem Formularza Ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ.
2. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi postanowieniami umowy określonymi w niniejszej SWZ.
3. Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
4. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.
6. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia w trakcie realizacji zamówienia.
7. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 t.j. z dnia 2021.04.14), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W ofercie, o której mowa w ust. 1, Wykonawca ma obowiązek:
 - 1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;
 - 2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
 - 3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;
 - 4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.
8. Wzór Formularza Ofertowego został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT. W przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego, to winien odpowiednio zmodyfikować treść formularza.

XVI. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty w postaci wadium.

XVII. Termin związania ofertą

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 28.09.2023 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą wskazanego w pkt. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

XVIII. Miejsce i termin składania ofert

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: www.platformazakupowa.pl w myśl ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania **do dnia 30.08.2023r. do godziny 09.00**
2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.
3. Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.
4. Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, Wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust 1 oraz ust.2 ustawy PZP, gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy PZP sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci lub formie elektronicznej i opatruje się odpowiednio w odniesieniu do wartości postępowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
5. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.
6. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>

XIX. Otwarcie ofert

1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. przewidywany termin to 30.08.2023.r. godz. 09.15
2. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.
3. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
4. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
5. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
 - 1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;
 - 2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na platformazakupowa.pl w sekcji „Komunikaty” .

Uwaga! Zgodnie z ustawą PZP Zamawiający nie ma obowiązku przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert w sposób jawny z udziałem Wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line a ma jedynie takie uprawnienie.

XX. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

Cena (C) – waga kryterium	60	%;
Jakość (J) – waga kryterium	40	%

2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:

1) Kryterium „Cena” w PLN:

- a) znaczenie kryterium – 60% (60 pkt);
- b) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Ceny”:

$$\text{PKT} = \frac{\text{Najniższa cena spośród nieodrzuconych ofert}}{\text{Cena nieodrzuconej oferty badanej}} \times 100 \times 60\%$$

2) Kryterium „Jakość” w PLN:

- c) znaczenie kryterium – 40% (40 pkt); Ocena punktowa wskazana w Opisie przedmiotu zamówienia
- d) Oferta może zdobyć maksymalnie 40 pkt zgodnie ze skalą wskazaną w opisie przedmiotu zamówienia

3) Ocena całkowita:

PKT uzyskane w Kryterium „Cena” + PKT uzyskane w kryterium „Jakość”

Uwaga! – przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

- e) Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
- f) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

XXI. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę.
3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli jego wniesienie było wymagane) w wysokości i formie określonej w Rozdziale XX SWZ.

4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
5. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

XXII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XXIII. Informacje o treści zawieranej umowy oraz możliwości jej zmiany

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 PZP oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

XIV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy PZP.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15) ustawy PZP oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
 - 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
 - 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie internetowej.
6. Odwołanie wnosi się w terminie:
 - 1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
 - 2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia
8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".
11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

XXV. Zalecenia Zamawiającego

1. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.
2. Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.
3. Ofertę należy przygotować z należyłą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert/wniosków.
4. Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik o rozszerzeniu .zip, zaleca się wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.
5. Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty.

XXVI. Spis załączników

1. Wzór formularza oferty
2. wzór oświadczenia Wykonawcy
3. wzór oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
4. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego.
5. Opis przedmiotu zamówienia
6. Rzut pomieszczeń dotychczasowej Pracowni RTG we Wronkach
7. Scan obliczeń osłon stałych obecnie zamontowanych w pracowni RTG we Wronkach

Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty

FORMULARZ OFERTOWY
DLA TRYBU PODSTAWOWEGO

Na:

Dostawa aparatu RTG do pracowni we Wronkach

ZP/TP/9/2023

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

ZAMAWIAJĄCY:

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie, ul. Kościuszki 96, 64-700 Czarnków

WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

Nazwa wykonawcy:

Siedziba wykonawcy:

Adres wykonawcy:

Województwo:

Nr telefonu:

Nr faksu:

Adres e-mail:

Miejsce i numer rejestracji lub wpisu do ewidencji:

nr REGON:

nr NIP:

Nr konta Wykonawcy:

Firma jest zaliczana do mikro/małych /średnich / dużych przedsiębiorstw (odpowiednie podkreślić)

Osoba reprezentująca firmę wskazana do podpisania umowy:

8. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

Imię i nazwisko	
Adres	
Nr telefonu	
Nr faksu	

Adres e-mail	
--------------	--

4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:
- 1) zapoznałem się z treścią SWZ dla niniejszego zamówienia,
 - 2) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji, niniejsza oferta wiąże nas przez 30 dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert,
 - 3) niniejsza oferta wiąże nas przez 30 dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert,
 - 4) akceptuję(my) bez zastrzeżeń wzór umowy.,
 - 5) W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(my) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego,
 - 6) nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia. / następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom¹:

L.p.	Części / zakres zamówienia	Nazwa (firma) podwykonawcy
1.		
2.		
1.		

- 7) Wybór oferty prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie1
- 8) cena mojej (naszej) oferty za realizację niniejszego zamówienia wynosi:

Lp.		Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
1.	Aparat RTG			
2.	Dostosowanie pomieszczeń			
3.	Integracja informatyczna			
Razem				

Termin wykonania zamówienia - 12 tygodni od podpisania umowy
Termin płatności – zgodny z projektem umowy

9) Zamawiający oświadcza, iż dysponuje następującymi dokumentami:

1. W przypadku oferowania wyrobów medycznych klasy I, które posiadają deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność z dyrektywą 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych, wprowadzonych do obrotu przed 26 maja 2021 r.:
 - deklaracji zgodności EC(WE) sporządzonej przez producenta lub upoważnionego przedstawiciela producenta, poświadczającą zgodność oferowanego wyrobu z dyrektywą 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych

1 Niepotrzebne skreślić

oraz

- oświadczenie wykonawcy, importera, producenta lub upoważnionego przedstawiciela producenta, w języku polskim lub angielskim, że oferowane wyroby zostały wprowadzone do obrotu przed dniem 26 maja 2021 r.;

2. W przypadku oferowania wyrobów medycznych, o których mowa w art. 120 ust. 2 i 3 rozporządzenia UE nr 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych tj. korzystających z okresów przejściowych:

- deklaracji zgodności oferowanych wyrobów, wystawiona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela, poświadczającej zgodność wyrobów z wymaganiami dyrektywy nr 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącej wyrobów medycznych lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania

oraz

- oświadczenia dostawcy, importera, producenta lub upoważnionego przedstawiciela producenta, w języku polskim lub angielskim, że oferowany wyrób medyczny jest objęty okresem przejściowym, o którym mowa w ww. przepisie

oraz

- notyfikowaną zgodnie z wymaganiami dyrektywy Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. lub dyrektywy nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania dotyczącej wyrobów medycznych (nie dotyczy wyrobów klasy I zgodnie z dyrektywą 93/42/EWG, w przypadku których rozporządzenie nr 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych wymaga udziału jednostki notyfikowanej w procedurze oceny zgodności);

3. W przypadku oferowania wyrobów medycznych nieobjętych punktami a lub b:

- deklaracji zgodności, wystawionej przez producenta lub upoważnionego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanych wyrobów z wymaganiami rozporządzenia nr 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych

oraz

- w przypadku wyrobów klasy innej niż klasa I: certyfikatu odnoszącego się do oferowanych wyrobów, wystawionego przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z wymaganiami rozporządzenia nr 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych;

10) Zamawiający oświadcza, że w przypadku wyboru jego oferty w terminie 7 dni od podpisania umowy dostarczy dokumenty zgodnie z oświadczeniem z pkt 9)

DLA TRYBU PODSTAWOWEGO

Na:

Dostawa aparatu RTG do pracowni we Wronkach

ZP/TP/9/2023

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

1. ZAMAWIAJĄCY:

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie, ul. Kościuszki 96, 64-700 Czarnków

2. WYKONAWCA:

I.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)	Numer telefonu i faksu
1.			
2.			

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r.

Prawo zamówień publicznych (dale jako ustawa PZP):

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn

Dostawa aparatu RTG do pracowni we Wronkach

ZP/TP/9/2023, prowadzonego przez Zespół Zakładów Opieki

Zdrowotnej w Czarnkowie, oświadczam co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108. Ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4), 5) i 7) ustawy PZP
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie [art. 7 ust. 1](#) ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego” (Dz.U.2022.835 z dnia 2022.04.15)

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108. Ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4), 5) i 7) ustawy PZP

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w SWZ

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez zamawiającego: polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów /
*jestem podmiotem udostępniającym zasoby : **

1.

.....

* jeśli dotyczy należy wybrać prawidłowy, a niepotrzebny skreślić

**w przypadku braku wypełnienia proszę przekreślić lub wpisać „NIE DOTYCZY”

2.

.....

3.

.....

Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy PZP

DLA TRYBU PODSTAWOWEGO

Na

Dostawa aparatu RTG do pracowni we Wronkach

ZP/TP/9/2023

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

1. ZAMAWIAJĄCY:

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie, ul. Kościuszki 96, 64-700 Czarnków

OŚWIADCZAM(MY) ŻE:

Składając ofertę o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam(y) że:

Należę/należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16. Lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2021.275 t.j. z dnia 2021.02.11) i przedkładamy poniższą listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....

Lub

nie należę/nie należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2021.275 t.j. z dnia 2021.02.11)

UMOWA – PROJEKT

zawarta w dniu r. w Czarnkowie pomiędzy

1. Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie, ul. Kościuszki 96, 64-700 Czarnków, KRS 0000013947, NIP 763-17-48-697 - reprezentowanym przez Dyrektora uprawnionego do jednoosobowej reprezentacji - Bożenę Sadowską
- zwanym dalej Zamawiającym,

a

2.(przedsiębiorcą), prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą - na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej z siedzibą w, ul. (kod) (.poczta) - REGON..... NIP,
(kopia wydruku CEiDG stanowi załącznik nr 2 do umowy)
(dla osób prawnych)
..... - z siedzibą ul. (kod) (.poczta)
- KRS, NIP, (wydruk z KRS on-line stanowi załącznik nr 2 do umowy) - reprezentowanym przez:
.....
- zwanym dalej Wykonawcą,
zwanymi dalej łącznie Strony

Wyboru Wykonawcy dokonano na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022.1710).

I. Zapisy wstępne

§ 1

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:
 - 1) wykonanie projektu ochrony radiologicznej zgodnie z którą zostaną wykonane osłony stałe w pomieszczeniu gdzie zostanie zamontowany aparat RTG.
 - 2) robotę budowlaną polegającą na adaptacji (dostosowaniu) pomieszczeń w celu montażu aparatu RTG, zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy i koncepcją złożoną przez Wykonawcę oraz demontaż dotychczasowego aparatu rentgenowskiego wraz z jego utylizacją.
 - 3) dostawę, montaż i uruchomienie aparatu RTG (firma, model, rok produkcji) wraz z wyposażeniem, zwanego dalej „aparatem” bądź „urządzeniem”, zgodnie z załącznikiem nr 1A do oferty (Opis przedmiotu zamówienia), szkolenie personelu Zamawiającego, podłączenie urządzenia do systemu RIS (Esculap) i PACS PIXEL funkcjonującego u Zamawiającego, integracje z użytkowanym przez Zamawiającego szpitalnym systemem informatycznym Eskulap oraz wszelkie inne czynności konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

2. Wykonawca oświadcza, że aparat spełniać będzie przewidziane zastosowanie oraz normy jakościowe określone przepisami ustawy z dnia 7.04.2022r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2022.974).
3. Wykonawca zapewnia, że aparat odpowiada ściśle parametrom i wymogom technicznym określonym w specyfikacji warunków zamówienia i ofercie przetargowej Wykonawcy (fabrycznie nowy, **rok produkcji 2022 lub 2023**).
4. Wykonawca oświadcza, że dostarczony aparat jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do podjęcia wykonywania wszystkich swoich funkcji bez konieczności dokonywania dodatkowych zakupów i inwestycji, za wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych.
5. Wykonawca dostarczy aparat do pracowni RTG usytuowanej we Wronkach przy ul. Partyzantów 14 na swój koszt i ryzyko wraz z instrukcjami obsługi w języku polskim i kartą gwarancyjną oraz zmontuje i ustawi w miejscu przeznaczenia.
6. Wykonawca gwarantuje szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi aparatu i oprogramowania oraz bezpieczeństwa jego użytkowania potwierdzone pisemnym protokołem i wydaniem imiennych certyfikatów osobom biorącym udział w szkoleniu.
7. Wykonawca zobowiązuje się posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością oraz kontynuować to ubezpieczenie przez czas trwania umowy. Kopie polisy obejmującej to ubezpieczenie Wykonawca przekaze Zamawiającemu w dniu podpisania umowy.

§ 2

Zakres umowy obejmuje następujące części:

1. Część I - prace projektowe:

- a) Wykonanie projektu ochrony radiologicznej (w tym wystąpienie w imieniu Zamawiającego z wnioskiem o zatwierdzenie projektu osłon stałych). Wykonawca w imieniu Zamawiającego podejmie następujące czynności: skompletowanie dokumentów formalnych, przygotowanie obiektu do odbioru i uruchomienie kompletnej, w pełni funkcjonalnej i nie wymagającej dodatkowych inwestycji pracowni mogącej funkcjonować zgodnie z aktualnymi przepisami prawa, a w szczególności instalację aparatu.

2. część II - roboty budowlane, obejmujące wykonanie :

- a) Niezbędnych prac adaptacyjno – instalacyjnych zawierających dostosowanie pomieszczeń pracowni RTG, sterowni, przebieralni. Dostosowanie podłóg, ścian i sufitów oraz instalacji według norm przewidzianych dla tego typu pomieszczeń.

W razie konieczności Wykonawca zobowiązuje się do wykonania niezbędnych projektów oraz uzyskania wszelkich wymaganych pozwoleń, zgód, decyzji. (Prace oparte na podstawie niezbędnych uzgodnień przewidzianych przepisami Prawa Budowlanego oraz Prawa Atomowego).

- Wykonawca zobowiązuje się przy udziale przedstawicieli Zamawiającego do przeprowadzenia wizji lokalnej pomieszczeń Pracowni RTG oraz do wykonania koncepcji i harmonogramu prac adaptacyjnych.
- Wykonawca zobowiązuje się do uzgodnienia z Zamawiającym zakresu i rozwiązań projektowych i wykonawczych

- b) demontaż i utylizację „starego” analogowego aparatu RTG wraz z przekazaniem Zamawiającemu dokumentów potwierdzających te czynności.

- c) wykonanie pomiarów dozymetrycznych szczelności osłon stałych.

3. Część III – dostawa, montaż i uruchomienie aparatu, przeprowadzenie testów akceptacyjnych i specjalistycznych aparatu oraz przeszkolenie osób Zamawiającego, podłączenie urządzeń do systemu RIS (Esculap) i PACS (PIXEL) funkcjonującego u Zamawiającego (zakup niezbędnych licencji i usług leży po stronie Wykonawcy), integracje z użytkowanym przez Zamawiającego,

szpitalnym systemem informatycznym Eskulap (zakres integracji obejmuje przesyłanie i odbiór zleceń i opisów badań oraz umożliwienie wyświetlenia obrazów z modułu zleceń i wyników systemu Eskulap).

§ 3

Wykonanie Projektu

1. Wykonawca niezwłocznie po zawarciu umowy przystąpi do wykonania projektu ochrony Radiologicznej.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać projekt ochrony radiologicznej zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz normami i normatywami.
3. Projekt ochrony radiologicznej, o którym mowa w § 2 ust.1, obejmuje wykonanie dokumentacji zawierającej wszystkie niezbędne elementy potrzebne do wykonania Robót.
4. Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego pozytywną opinię Oddziału Higieny Radiologicznej właściwej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej.

§ 4

Wykonanie Robót

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać prace adaptacji pomieszczeń zgodnie ze sztuką budowlaną i warunkami technicznymi dla robót budowlanych, do uzgodnienia z Zamawiającym daty rozpoczęcia robót adaptacyjno- instalacyjnych i protokolarnego przejścia miejsca wykonywania adaptacji pomieszczeń.
2. Standard wykończenia pomieszczeń Pracowni RTG powinien odpowiadać wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. 2022.402 t.j.) oraz przepisów regulujących wymagania dla przegród narażonych na promieniowanie radiologiczne.
3. Ze względu na czynny obiekt Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia wszelkich robót z zachowaniem szczególnych warunków bezpieczeństwa i zachowania czystości w obiekcie, gdzie znajduje się Pracownia RTG (w przychodniach usytuowanych we Wronkach, ul. Partyzantów 14).
4. Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy uzyskać zgodę właściciela obiektu – Urzędu Gminy i Miasta Wronki.
5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymać na swój koszt: zabezpieczenie terenu budowy, strzec znajdującego się tam mienia, zapewnić warunki bezpieczeństwa osób i mienia znajdującego się na jego terenie oraz strzec teren budowy przed wstępem osób nieupoważnionych.
6. W okresie realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, a zbędne materiały, odpady, śmieci, gruz budowlany, opakowania i inne pozostałości po zużytych przez Wykonawcę materiałach niezwłocznie usuwał poza teren budowy. W przypadku zaniechania przez Wykonawcę czynności porządkowych, czynności te mogą zostać wykonane bez dodatkowego wezwania przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy, co nastąpi przez potrącenie z wynagrodzenia Wykonawcy.
7. Po zakończeniu Robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu.
8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za miejsce wykonywania adaptacji pomieszczeń z chwilą ich przejścia od Zamawiającego.

§ 5

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać adaptację pomieszczeń z materiałów własnych które dostarczy do miejsca jej wykonywania na własny koszt.
2. Materiały i urządzenia użyte przez Wykonawcę powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2023. 682 t.j.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów.
3. Wykonawca zobowiązany jest bez dodatkowego wezwania dostarczyć Zamawiającemu wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty, świadectwa jakości, instrukcje obsługi itp. na zastosowane materiały i urządzenia nie później niż w dniu odbioru roboty budowlanej, pod rygorem dokonania przez Zamawiającego odbioru.
5. Wykonawca jest zobowiązany w razie uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych robót lub ich części, bądź kradzieży urządzeń naprawić je, doprowadzić do stanu poprzedniego, ewentualnie uzupełnić brakujące urządzenia.
6. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić do odbioru końcowego przedmiot umowy w zakresie adaptacyjnych co najmniej na 5 dni przed terminem zakończenia Robót.
7. Wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego Robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację odbiorową zawierającą:
 - a) dokumentację powykonawczą w 2 egzemplarzach + 1 komplet w wersji elektronicznej uniemożliwiającej ingerencję osób trzecich (PDF).
 - b) atesty na materiały, świadectwa zgodności itp.,
 - c) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę badań i prób,
 - d) oświadczenie Wykonawcy o zgodności wykonania przedmiotu zamówienia z dokumentacją, ofertą oraz przepisami i obowiązującymi normami.
8. Zamawiający dokona odbioru końcowego w terminie do 5 dni od otrzymania kompletnej dokumentacji odbiorowej.
9. Z czynności odbioru końcowego wykonanych robót adaptacyjnych spisany będzie protokół odbioru końcowego, który zawierać będzie wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak również terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.
10. Termin wykonania robót adaptacyjnych ustala się na tygodni od dnia protokolarnego przekazania Wykonawcy miejsca wykonywania.

§ 6

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
2. Funkcje kierownika budowy (robót) pełnić będzie p. posiadający uprawnienia nr.....
3. Ze strony Zamawiającego bieżący nadzór nad robotami adaptacyjnymi pełnić będzie p.

§ 7

Dostawa, montaż, uruchomienie aparatu

1. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do Pracowni Diagnostycznej RTG we Wronkach, zlokalizowanej w Budynku Przychodni przy ul. Partyzantów 14.
2. Dostawa aparatu do Zamawiającego a także jego rozładunek oraz transport z miejsca rozładunku do Pracowni Diagnostycznej RTG nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
3. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest tej samej jakości co określony w SWZ i spełnia wszystkie określone tam warunki.

4. W przypadku dostarczenia przedmiotu wadliwego lub niezgodnego z przedstawionym w ofercie, Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrotu urządzenia w całości lub w części w celu jego wymiany przez Wykonawcę na wolny od wad zgodny z opisem w SWZ, na koszt Wykonawcy.
5. W przypadku powtórzenia się wadliwej dostawy Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.
6. Termin przekazania aparatu do eksploatacji Wykonawca poda Zamawiającemu z min.5 dniowym wyprzedzeniem na adres e-mail:
7. Dokonanie przez Wykonawcę montażu i pierwszego uruchomienia/przekazania do eksploatacji musi zostać potwierdzone przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego na protokole montażu i pierwszego uruchomienia (część B załącznika nr 3 do umowy).
8. Dokonanie dostawy odpowiednio częściowej lub całościowej przedmiotu zamówienia, jego montaż, pierwsze uruchomienie i przekazanie do eksploatacji, szkolenie personelu oraz odbiór końcowy, muszą być potwierdzone protokolarnie przez przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiającego na protokole będącym załącznikiem nr 3 do niniejszej umowy.
9. Odbiór końcowy urządzenia określonego w załączniku nr 1 do umowy będzie następował po dostawie urządzenia określonego w ww. załączniku, dokonaniu jego montażu, pierwszym uruchomieniu oraz przeszkoleniu personelu.
10. Protokół dostawy, montażu, pierwszego uruchomienia, szkolenia personelu i odbioru końcowego, którego wzór określono w załączniku nr 3 do niniejszej umowy, przygotowuje Wykonawca co najmniej w 2 egzemplarzach – 1 dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy. Inne dokumenty dotyczące dostaw również przygotowuje Wykonawca.
11. Ostateczny termin sporządzenia protokołu odbioru (częściowych i końcowego) określonego w załączniku nr 3 do umowy musi nastąpić najpóźniej w dniu określonym w § 12 ust. 1 niniejszej umowy.
12. Za szkody powstałe na majątku Zamawiającego w czasie dostaw odpowiada Wykonawca w pełnym zakresie do wartości rzeczywiście poniesionej i udowodnionej szkody.

§ 8

1. W terminie 14 dni od dnia podpisania przez strony każdego z Protokołów odbioru, o których mowa w § 7 ust.7, 8 Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 1 przeszkoli personel Pracowni Diagnostycznej RTG w zakresie obsługi aparatu, jako szkolenie wstępne dla całego personelu medycznego (techników), a następnie po uzyskaniu wszelkich zezwoleń na uruchomienie aparatu wykona szkolenie wskazanego przez Zamawiającego personelu technicznego w zakresie konserwacji, drobnych napraw, sprawdzania aparatu. Ze szkoleń tych Wykonawca wystawi personelowi uczestniczącemu w szkoleniu stosowne zaświadczenia.
2. Po upływie dwóch miesięcy od dnia zakończenia szkolenia, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca wykona dla tego samego personelu w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 1 szkolenie uzupełniające w celu wyjaśnienia wątpliwości, które pojawią się w trakcie użytkowania aparatu.
3. Szkolenia, o których mowa w ust. 2 dokonywane będą na podstawie harmonogramu, który strony wspólnie ustalą w terminie 14 dni od dnia podpisania Protokołów odbioru, o których mowa w ust. 1.

§ 9

1. Wykonawca wraz z aparatem dostarczy Zamawiającemu szczegółową instrukcję obsługi w języku polskim, która określać będzie również relacje techniczne pomiędzy aparatem oraz urządzeniami z nim współpracującymi, z tego dwa egzemplarze w formie papierowej oraz jeden egzemplarz w formie elektronicznej. Ponadto Wykonawca dostarczy Zamawiającemu stanowiskową

instrukcję BHP (§ 41 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U.2003.169.1650 t.j.).

2. Wykonawca wraz z aparatem dostarczy Zamawiającemu szczegółowy wykaz prac, jakich producent wymaga do wykonania przez serwis podczas ich okresowych lub doraźnych przeglądów technicznych, w czasie trwania eksploatacji. W szczególności Wykonawca prześle Zamawiającemu informacje czy w zakresie przeglądów wykonywanych przez serwis są badania bezpieczeństwa urządzeń medycznych wg norm PN-EN 60601 oraz PN-EN 62353.
3. Wykonawca wraz z aparatem dostarczy Zamawiającemu wykaz adresów z telefonami autoryzowanych przedstawicieli serwisowych oraz powiadomi Zamawiającego o każdym przypadku zmiany tych informacji.
4. Poza innymi dokumentami wymienionymi w umowie Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z aparatem odrębny dokument zawierający :
 - a) dane aparatu:
 - nazwa
 - model
 - nazwa producenta/autoryzowanego przedstawiciela
 - numer seryjny
 - rok produkcji
 - b) okres obowiązywania lub datę zakończenia gwarancji lub kopie warunków gwarancji.
 - c) harmonogram lub częstotliwość wymaganych przez producenta przeglądów lub innej obsługi serwisowej,
 - d) deklaracje zgodności CE.

§ 10

Wartość umowy

1. Ustala się wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy określony w § 1 na kwotę:

Łączna wartość umowy :..... PLN **brutto**

(słownie:złotych)

w tym wartość netto w kwocie..... PLN

(słownie:.....złotych)

oraz podatek VAT% w kwocie PLN (słownie:złotych).

z czego:

- a) za część I – prace projektowe z brutto,
 - b) za część II – roboty budowlane (adaptacji pomieszczeń) zł brutto,
 - c) za część III – za dostawę, montaż, uruchomienie i szkolenie pracowników, integracja z systemem informatycznym zł brutto
2. Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty realizacji przedmiotu umowy, w tym: koszty opakowania, koszty opakowania zwrotnego, załadunku i rozładunku, transportu, ceł, opłat granicznych, zezwoleń na wyjazdy i przejazdy jeśli takie wystąpią, ubezpieczenia, jak również koszt projektu osłon radiologicznych, wszystkich koniecznych prac adaptacyjnych, uzyskania decyzji, szkolenia pracowników, świadczenie usług gwarancyjnych i serwisowych wobec całości dostarczonego i zrealizowanego przedmiotu zamówienia przez okres min. 24 miesięcy od dnia odbioru (warunki i okresy gwarancji wyszczególnione w SWZ) oraz wszelkie inne koszty nie wymienione powyżej, a niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.

§ 11

TERMIN I WARUNKI PŁATNOSCI

1. Płatność realizowana będzie po podpisaniu przez Wykonawcę i Zamawiającego protokołu odbioru potwierdzającego przekazanie aparatu do eksploatacji, po przekazaniu prawidłowo wystawionej faktury, na konto wskazane w fakturze w następujący sposób:
 - w terminie 60 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego, wystawionej na podstawie podpisanego ostatecznego protokołu zdawczo-odbiorczego.
2. Płatność, o której mowa w ust. 1 dokonana będzie przelewem bankowym na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
3. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego.

§ 12

TERMIN REALIZACJI

1. Realizacja całości zamówienia opisanego w § 1 (zakończenia dostaw oraz podpisania protokołu odbioru końcowego określonego w załączniku nr 3 do umowy) nastąpi w terminie do 12 tygodni od dnia podpisania umowy.
2. Kończącym terminem realizacji całości przedmiotu zamówienia będzie dzień podpisania ostatniego protokołu odbioru końcowego.

§ 13

PRZEDSTAWICIELE STRON

1. Upoważnionymi przedstawicielami ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami są:
 - a) w zakresie prac budowlanych p. Krzysztof Antkowiak – tel.,
 - b) p. Barbara Wicher – 66 22 67 138,
2. Upoważnionymi przedstawicielami ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym są:
.....

§ 14

KARY UMOWNE

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - a) za niedotrzymanie terminu wykonania zamówienia – w wysokości 0,02 % łącznej wartości umowy brutto określonej w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia,
 - b) za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy, z przyczyn leżących po jego stronie – w wysokości 10% wartości umowy brutto określonej w § 10 ust. 1 umowy,
 - c) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wartości umowy brutto określonej w § 10 ust. 1 umowy,
 - d) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w dokonaniu naprawy przedmiotu zamówienia w okresie gwarancyjnym – w wysokości 0,02 % wartości brutto określonej w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia,
 - e) za opóźnienie w dokonaniu wymiany na nowy element lub urządzenie – w wysokości 0,02 % wartości brutto określonej w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia,
 - f) za opóźnienie w dokonaniu bezpłatnych przeglądów serwisowych z oprzyrządowaniem - w wysokości 0,02 % wartości brutto określonej w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia po terminie wynikającym z instrukcji obsługi i/lub z zobowiązania określonego w niniejszej umowie,
 - g) za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu dokumentów, o którym mowa w niniejszej umowie - w wysokości 0,01 % wartości brutto określonej w § 10 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z należności Wykonawcy po wystawieniu noty obciążeniowej.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 w razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Zamawiający.
4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania za szkody przewyższające kary umowne. W sytuacji, gdy kary umowne nie pokryją szkody, Stronom przysługuje prawo o dochodzenie odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 15

GWARANCJA I REKLAMACJE (dotyczy aparatu)

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia
2. Okres gwarancji na przedmiot zamówienia, wynosi(min. 24 miesiące) (wyszczególnione zgodnie z SWZ dla aparatu, oprogramowania itp.) miesiące licząc od dnia protokolarnego przekazania urządzenia do eksploatacji.
3. Bieg terminu gwarancji dostarczonego przedmiotu zamówienia rozpoczyna się w dniu podpisania ostatniego protokołu odbioru końcowego.
4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się :
 - a) dokonać bezpłatnej naprawy zgłoszonej przez Zamawiającego usterki dostarczonego urządzenia lub jego wyposażenia (niewielka wada powodująca zakłócenia w pracy urządzenia oraz wymagająca wymiany standardowych części o niskiej wartości) w ciągu 48 godzin od chwili zgłoszenia. Za zgłoszenie rozumie się zgłoszenie telefoniczne, za pomocą fax-u lub pocztą elektroniczną,
 - b) dokonać bezpłatnej naprawy zgłoszonej przez Zamawiającego awarii dostarczonego urządzenia lub jego wyposażenia (uszkodzenie urządzenia powodujące jego niesprawność, uniemożliwiające jego funkcjonowanie lub powodujące jego unieruchomienie) w ciągu 72 godzin od chwili zgłoszenia (bez konieczności sprowadzenia części zamiennych), w przypadku sprowadzenia części zamiennych max. termin 10 dni,
 - c) w ciągu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego wymienić na nowy element (moduł/podzespół), który pomimo trzech dokonanych uprzednio napraw nadal wykazuje wady. W przypadku, gdy ze względów konstrukcyjnych urządzenia nie ma możliwości wymiany wadliwego elementu Wykonawca wymieni urządzenie na nowe,
 - d) dokonać bezpłatnych przeglądów serwisowych dostarczonego urządzenia łącznie z oprzyrządowaniem w ilości 1 na rok, o ile producent nie przewiduje częstszych przeglądów – to ilość przeglądów zgodnie ze wskazaniem producenta. Szczegółowy termin przeglądu zostanie uzgodniony z Zamawiającym,
 - e) w przypadku naprawy trwającej dłużej niż określono w ust. 4 lit. a i b dni od chwili zgłoszenia Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia i zainstalowania w siedzibie Zamawiającego na czas naprawy urządzenia zastępczego lub elementu zastępczego o takich samych lub lepszych parametrach. Powyższe nie ogranicza prawa Zamawiającego do naliczania kar umownych z tytułu nieterminowych napraw, jeśli naprawa ta będzie wynosiła więcej niż 10 dni,
 - f) do ponoszenia kosztów testów akceptacyjnych i specjalistycznych w przypadku wymiany lampy lub innych napraw w okresie gwarancji wymagających zgodnie z prawem ich przeprowadzenia.
5. W okresie gwarancji, o której mowa w ust. 2 Wykonawca na własny koszt usunie niezwłocznie wszystkie wady, jak również w terminie uzgodnionym każdorazowo z Zamawiającym, dokona wszelkich przeglądów okresowych i modyfikacji zalecanych przez producenta urządzenia potwierdzone każdorazowo wpisem do paszportu technicznego urządzenia. Wszelkie koszty (w

tym koszty elementów zużywalnych) związane z naprawami gwarancyjnymi i wszelkimi przeglądami gwarancyjnymi, oględzinami, ekspertyzami, transportem, dojazdami ponosi Wykonawca.

6. Każda naprawa trwająca dłużej niż 3 dni powoduje przedłużenie gwarancji o czas przestoju urządzenia.
7. Wykonawca zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny urządzenia w siedzibie Zamawiającego.
8. W przypadku ujawnienia się wad fizycznych przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany produktu zamówienia na wolny od wad, zgodnie z odpowiednimi przepisami Kodeksu Cywilnego.
9. Na miesiąc przed upływem gwarancji Wykonawca dokona przeglądu technicznego przedmiotu umowy (na swój koszt).
10. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia aparatu spowodowane nieprzestrzeganiem przez pracowników Zamawiającego instrukcji obsługi aparatu.

§ 16

Gwarancja Wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi (dotyczy robót budowlanych tj. prac adaptacyjnych)

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy przez okres trzydziestu sześciu miesięcy od daty Odbioru końcowego robót, na zasadach określonych w KC.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego.
3. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki wynikające z serwisowania i konserwacji zabudowanych urządzeń, instalacji i wyposażenia mających wpływ na trwałość gwarancji producenta.
4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 7 dni lub dłuższym, technicznie uzasadnionym licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.
5. Wady, które wystąpiły w okresie gwarancyjnym nie zawinione przez Zamawiającego, Wykonawca usunie w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia lub dłuższym, technicznie uzasadnionym.
6. Usunięcie wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.
7. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub usunie wady w sposób nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie KC, może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 7 dni roboczych.
8. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
9. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.
10. Udzielona rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w KC.
11. Na 30 dni przed upływem terminu gwarancji i rękojmi, Zamawiający zorganizuje przegląd przedmiotu umowy z udziałem Wykonawcy w celu ustalenia czy nie istnieją wady wymagające naprawy przedmiotu umowy.

§ 17

ODSTĘPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszej umowy w sytuacji zaistnienia okoliczności powodującej, iż wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym. Odstąpienie od umowy nastąpi w trybie art. 456 ust pkt 1 Pzp
2. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
 - a) zaistnienia okoliczności opisanych w § 7 ust. 4 lub 5,
 - b) opóźnienia w realizacji umowy z winy Wykonawcy przekraczającego 30 dni.
3. W przypadku rozwiązania przez Zamawiającego umowy ze skutkiem natychmiastowym, z przyczyn opisanych w ust 2 powyżej, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie jedynie za tę wykonaną część umowy, która z punktu widzenia Zamawiającego, jest mu przydatna do dalszej realizacji przedmiotu umowy przez innego Wykonawcę. W takim przypadku Wykonawca odpowiada za szkodę, jaką poniósł Zamawiający na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

§ 18

ZMIANA UMOWY

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą zostać wprowadzone w myśl art. 455 Prawa Zamówień Publicznych i wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany te dotyczyć mogą:
 - a) zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku opóźnienia, utrudnienia lub przeszkód spowodowanych przez Zamawiającego lub wynikłych z okoliczności dających się przypisać Zamawiającemu (np. przekazanie obiektu) lub okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, o ile okoliczności te nie są zawinione przez którąkolwiek ze stron,
 - b) zmiany terminu realizacji zamówienia ze względu na niezależne od Wykonawcy przekroczenie terminu uzyskania niezbędnych pozwoleń, pod warunkiem, że Wykonawca dochował należytej staranności w dochowaniu terminów składania wniosków,
 - c) możliwości zwiększenia zakresu wykonywanych prac adaptacyjnych w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy,
 - d) możliwości zmniejszenia zakresu tj. rezygnacji z wykonywania części (elementów) przewidzianych w opisie w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy,
 - e) możliwości wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w opisie przedmiotu zamówienia w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy,
 - f) zmiany terminu wykonania prac adaptacyjnych (np. w przypadku zaistnienia konieczności zwiększenia zakresu wykonywanych prac adaptacyjnych),
 - g) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,
 - h) zmiany danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.),
 - i) obniżenia ceny przedmiotu umowy przez Wykonawcę.
 - j) zmiany stawki podatku VAT, a w konsekwencji zmianę wartości umowy brutto,
 - k) zmiany wynikającej z nowelizacji przepisów prawa.

2. Zmiany umowy ujęte w ust. 1 nie mogą skutkować zmianą, która jest niekorzystna dla Zamawiającego.
3. Zmiana umowy odbywa się na wniosek stron umowy i wymaga wykazania przez stronę występującą z wnioskiem o zmianę umowy okoliczności uprawniających do dokonania tej zmiany. W szczególności wniosek winien zawierać: opis zmiany, uzasadnienie zmiany, czas wykonania zmiany; wpływ zmiany na termin zakończenia umowy; koszt zmiany i sposób jego obliczenia, wpływ zmiany na wysokość wynagrodzenia.
4. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej i zgody Zamawiającego w formie sporządzonego i podpisanego aneksu do umowy.

§ 20

1. Do niniejszej umowy stosuje się przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022.1710) i Kodeksu Cywilnego.
2. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z wykonaniem umowy, Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądowni powszechnemu właściwemu dla siedziby Zamawiającego.

§ 21

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (jeden dla Wykonawcy, jeden dla Zamawiającego).
2. Integralną część umowy stanowią:
 - Opis przedmiotu zamówienia (oferta Wykonawcy)– zał. nr 1
 - Wydruk CEiDG lub KRS - zał. nr 2
 - Protokół dostawy, montażu, pierwszego uruchomienia, szkolenia personelu i odbioru końcowego – zał. nr 3

ZAMAWIAJACY:

WYKONAWCA:

Załącznik nr 3 do umowy
z dnia

.....
Pieczęć nagłówkowa Podmiotu leczniczego

**PROTOKÓŁ DOSTAWY, MONTAŻU, PIERWSZEGO URUCHOMIENIA, SZKOLENIA
PERSONELU
I ODBIORU KONCOWEGO**

DOTYCZY UMOWY z dnia

CZESC A – DOSTAWA

W dniu dzisiejszym dostarczono do w n/w wyroby z niezbędnym
oprzyrządowaniem:

Nazwa wyrobu	Dostarczona ilość	Wartość brutto (zł)

....., dnia

.....
(podpis osoby upoważnionej przez Zamawiającego)

CZESC B – MONTAŻ I PIERWSZE URUCHOMIENIE

Opisane w części A wyroby **wymagaly*/nie wymagaly*** montażu. Stwierdzam, że dokonano
prawidłowego montażu wyrobów wymienionych w części A protokołu zgodnie z poniższym
postanowieniem:

Miejsce montażu	Ilość zamontowanych urządzeń

Opisane w części A wyroby **wymagały*/nie wymagały*** dokonania pierwszego uruchomienia. Stwierdzam, że wszystkie w/w urządzenia zostały uruchomione i działają bez zarzutu. Dostarczono wszelką niezbędną dla w/w wyrobów dokumentację, w tym karty gwarancyjne, w wymaganej ilości egzemplarzy.

....., dnia

.....

(podpis osoby upoważnionej przez Zamawiającego)

CZESC C – SZKOLENIE PERSONELU

Dostawca dokonał szkolenia personelu w zakresie działania i obsługi wyrobu opisanego w części A.

Nazwa wyrobu	Ilość przeszkolonych osób	Potwierdzenie dokonania szkolenia

CZESC D – ODBIÓR KONCOWY

Stwierdzono **terminowe*/nieterminowe*** wywiązanie się Dostawcy z postanowień zawartej z nim umowy w zakresie dostawy wyrobów opisanych w części A.

Opóźnienie Dostawcy podlegające naliczeniu kar umownych wynosi dni.

DOSTAWCA

ZAMAWIAJACY

* - niepotrzebne skreślić

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opis Przedmiotu Zamówienia

Lp.	Opis parametrów	Potwierdzenie wymagań	Punktacja dotyczy parametrów ocenianych	Parametr oferowany
1.	Producent	podać		
2.	model	podać		
3.	Kraj pochodzenia	Podać		
4.	Rok produkcji	podać		
I	WYMAGANIA OGÓLNE			
	Certyfikaty urzędzenia – CE, zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych	TAK		
	Aparat cyfrowy typu DR z detektorem cyfrowym sterowany z jednej konsoli operatora	TAK		
	Główne elementy aparatu pochodzą od jednego producenta (min. stół, stawy płucny, kolumna lampy, generator, oprogramowanie)	TAK		
	Integracja z systemem RIS działającym u Zamawiającego w zakresie komunikatów DICOM Worklist	TAK		
	Integracja z systemem PACS działającym u Zamawiającego w zakresie komunikatów DICOM Store, Send, Query/Retrieve	TAK		
	Aparat fabrycznie nowy, nie powystawowy, nie rekondukcjonowany	TAK		
	Wykonanie projektu instalacji aparatu; kanały, zasilanie elektryczne wraz z montażem aparatu.	TAK		
	Wykonanie projektu osłon w pracowni RTG wraz z ich montażem	TAK		
	Wykonanie testów specjalistycznych i akceptacyjnych zamontowanego aparatu RTG	TAK		
	Uzyskanie pozwoleń na funkcjonowanie pracowni i aparatu RTG na podstawie pełnomocnictwa	TAK		

	zamawiającego			
	Licencja/wdrożenie z posiadanym oprogramowaniem PACS/RIS firmy Pixel Technology oraz ESKULAP NEXUS z firmy Konsultant IT		TAK	
II	GENERATOR			
	Generator wysokiej częstotliwości ≥ 100 kHz		TAK, podać	≥ 200 kHz - 5pkt < 200 kHz - 0pkt
	Moc wyjściowa generatora ≥ 65 kW		TAK, podać	
	Zakres napięcia roboczego $\geq 40 - 150$ kV		TAK, podać	
	Minimalny czas ekspozycji ≤ 1 ms		TAK, podać	
	Maksymalny czas ekspozycji ≥ 6000 ms		TAK, podać	≥ 10000 ms - 5pkt < 10000 ms - 0pkt
	Zakres prądowy ekspozycji $\geq 20 - 800$ mA		TAK, podać	
	Zakres obciążenia prądowo-czasowego $\geq 0,4 - 630$ mAs		TAK, podać	≥ 800 mAs - 5pkt < 800 mAs - 0pkt
	Automatyczna kontrola ekspozycji (AEC)		TAK	
	Ręczny ustawianie parametrów ekspozycji		TAK	
	Synchronizacja nastaw programów anatomicznych z generatorem		TAK	
	Autodiagnostyka generatora z komunikatami o błędach		TAK	
III	LAMPA RTG, KOLIMATOR			
	Wielkość małego ogniska $\leq 0,6$ mm		TAK, podać	
	Moc małego ogniska ≥ 30 kW		TAK, podać	
	Wielkość dużego ogniska $\leq 1,2$ mm		TAK, podać	
	Moc dużego ogniska ≥ 70 kW		TAK, podać	
	Pojemność cieplna anody ≥ 300 KHU		TAK, podać	
	Pojemność cieplna kolpaka ≥ 1200 KHU		TAK, podać	
	Prędkość obrotowa anody ≥ 8000 obr./ min.		TAK, podać	
	Prezentacja wartości dawki na konsoli operatora i zapis w pliku DICOM		TAK, podać	
	Kolimacja manualna i automatyczna		TAK, podać	
	Zabezpieczenie lampy przed przegrzaniem		TAK, podać	
	Monitorowanie poziomu wykorzystania pojemności cieplnej lampy		TAK, podać	
	Obrót kolimatora min. $\pm 45^\circ$		TAK, podać	
	Dotykowy panel LCD min 9" na kolpaku z możliwością min.: zmiany warunków ekspozycji i pola komory układu AEC, prezentacja SID, miejsce pracy, kąt obrotu lampy, status baterii detektora		TAK, podać	
	Dotykowy panel LCD na kolpaku pozwalający na wyświetlenie danych o badaniu i pacjencie		TAK, podać	
	Pole promieniowania automatycznie regulowane przy zmianie SID		TAK	

	Automatyczne wyłączenie światła kolimatora	TAK	
	Oświetlenie pola ekspozycji typu LED	TAK	
	Miarka centymetrowa	TAK	
	Wskaźnik laserowy centrowania	TAK	
	Filtry pediatryczne	TAK, podać	
IV	KOLUMNNA LAMPY PODŁOGOWA		
	Kolumna lampy podłogowa	TAK	
	Możliwość wykonywania badań na statywie płucnym, stole i poza nimi (wolna ekspozycja)	TAK	
	Zakres ruchu wzdłużnego kolumny lampy $\geq 180\text{cm}$	TAK, podać	
	Zakres zmotoryzowanego ruchu pionowego lampy RTG $\geq 120\text{cm}$	TAK, podać	
	Automatyczne nadążanie lampy za ruchem pionowym detektora w statywie płucnym	TAK	
	Zmotoryzowany obrót lampy RTG wokół osi poziomej	TAK	
	Obrót kółka z lampą RTG wokół osi poziomej $\geq \pm 120^\circ$	TAK, podać	
	Obrót kolumny wokół osi pionowej $\geq 270^\circ$	TAK, podać	
	Funkcja autocentrowania detektora w statywie do osi lampy po naciśnięciu przycisku na kółku lampy RTG	TAK	
V	STÓŁ Z PLYWAJĄCYM BLATEM		
	Automatyczna kontrola ekspozycji min. trzypolowa	TAK, podać	
	Szerokość blatu $\geq 84\text{cm}$	TAK, podać	
	Długość blatu $\geq 230\text{cm}$	TAK, podać	
	Zakres ruchu poprzecznego blatu $\geq 24\text{cm}$	TAK, podać	
	Zakres ruchu wzdłużnego blatu $\geq 100\text{cm}$	TAK, podać	
	Zakres ruchu szuflady detektora w stole $\geq 50\text{cm}$	TAK, podać	
	Dopuszczalne obciążenie stołu przez pacjenta $\geq 250\text{kg}$	TAK, podać	
	Kratka przeciwrozproszeniowa do badań w stole SID110cm, 40l/cm, 10:1	TAK, podać	
	Wymaganie kratki przeciwrozproszeniowej bez użycia narzędzi	TAK	
	Odległość powierzchni płyty stołu-detektor $\leq 70\text{mm}$	TAK, podać	
	Pochłaniania blatu stołu RTG $\leq 1\text{ mm Al.}$	TAK, podać	$\leq 0,8\text{mm Al.} -$ 5pkt. $>0,8\text{mm Al.} -$ 0pkt.
	Śledzenie poziomego ruchu lampy przez detektor w stole	TAK, podać	
	Ładowanie detektora w szufladzie stołu	TAK	
	Uchwyt do detektora do ekspozycji promieniem poziomym	TAK	
	Wyłącznik bezpieczeństwa montowany w stole	TAK	

	Generator HV ukryty w obudowie stołu		TAK/NIE	TAK – 5pkt. NIE – 0pkt.
VI	STOJAK DO ZDJĘĆ ODLEGŁOŚCIOWYCH			
	Automatyczna kontrola ekspozycji min. trzypolowa		TAK, podać	
	Najniższe położenie punktu centralnego detektora w stojaku $\leq 35\text{cm}$ do podłogi		TAK, podać	
	Zakres zmotoryzowanego ruchu pionowego detektora w Bucky $\geq 150\text{cm}$		TAK, podać	
	Możliwość wykonywania badań odległościowych o zakresie min. 110-180cm		TAK	
	Kratka przeciwrozproszeniowa wymiowana bez użycia narzędzi SID180cm, 40l/cm, 10:1		TAK, podać	
	Trwałe oznaczenie obszaru aktywnego detektora oraz położenia komór jonizacyjnych systemu AEC		TAK	
	Odległość płyta statywu – detektor $\leq 45\text{mm}$		TAK, podać	
	Pochlaniałość płyty statywu $\leq 0,8\text{ mm Al.}$		TAK, podać	$\leq 0,5\text{mm Al.} - 5\text{pkt.}$ $>0,5\text{mm Al.} - 0\text{pkt.}$
	Komplet uchwytów pacjenta do projekcji PA i LAT		TAK, podać	
	Przycisk autocentrowania lampy RTG do pozycji detektora na statywie		TAK	
	Podążanie za zmianą pozycji detektora przez lampę RTG		TAK	
	Motorowy ruch Bucky góra-dół w stojaku		TAK	
	Przyciski załączania pola świetlnego i zmiany rozmiaru pola promieniowania na statywie		TAK	
	Wyrównanie pola promieniowania względem pola detektora: centralne, górna krawędź, dolna krawędź		TAK	
	Statyw do wykonywania zdjęć łączonych kości długich (stitching)		TAK	
VII	CYFROWY PŁASKI DETEKTOR WIFI PRZENOSNY			
	Płaski detektor cyfrowy do wykonywania badań w statywie, stole oraz wolnych ekspozycji		TAK	
	Rozmiar aktywny detektora min. 43x43cm $\pm 1\text{cm}$		TAK, podać	
	Rozdzielczość detektora wyrażona liczbą pikseli $> 9,0\text{mln}$		TAK, podać	
	Rozmiar piksela $\leq 140\ \mu\text{m}$		TAK, podać	
	Głębokość akwizycji $\geq 16\ \text{bit}$		TAK, podać	
	Maksymalne DQE $\geq 65\%$		TAK, podać	
	Ładowanie detektora statywie		TAK	
	Ochrona przed zalaniem min. IPX4		TAK, podać	
	Waga detektora $\leq 3,9\text{kg}$		TAK	
	Możliwość wymiennego stosowania detektorów w stole i statywie płucnym		TAK	
	Detektor wyposażony w superkondensator w celu przyspieszenia ładowania		TAK/NIE	TAK - 5 pkt NIE – 0 pkt

	Czas ładowania akumulatora do 100% ≤ 90 min	TAK, podać	≤30min – 5pkt. >30min – 0pkt.
	Maksymalna ilość ekspozycji na jednym ładowaniu ≥ 60	TAK, podać	
VIII	KONSOLA OPERATORA APARATU RENTGENOWSKIEGO		
	Obsługa aparatu zintegrowana w jednej konsoli do sterowania generatorem RTG i systemem obrazowania cyfrowego	TAK	
	Kolorowy monitor LCD o rozdzielczości min. 1920x1200 pikseli stacji technika do ustalania warunków ekspozycji i wysyłania obrazów o przekątnej min. 23"	TAK, podać	
	Stacja technika, min. 16 GB RAM, dysk min. 1 TB, win10	TAK	
	Możliwość obsługi za pomocą klawiatury i myszy	TAK	
	Wprowadzanie danych pacjenta za pomocą klawiatury bezpośrednio na stanowisku oraz z systemu RIS z pomocą systemu Dicom Worklist	TAK	
	Możliwość przypisywanie konkretnym projekcjom parametrów okna, kontrastu, jasności i ostrości i ich zapamiętanie w systemie	TAK	
	Ilość obrazów w pamięci (w pełnej matrycy) ≥ 20000 obrazów	TAK	
	Przypisywanie kodów RIS do poszczególnych procedur	TAK	
	Wzmocnienie krawędzi i redukcja szumów	TAK	
	Regulacja okna obrazu, jasności, kontrastu	TAK	
	Blendowanie, ręczne i automatyczne	TAK	
	Funkcja obrotu obrazu o dowolny kąt	TAK	
	Powiększenia i odbicia obrazu	TAK	
	Funkcja pozytyw – negatyw	TAK	
	Pomiary długości i kątów	TAK	
	Zarządzanie bazą wykonanych badań oraz listą pacjentów	TAK	
	Funkcja wprowadzania tekstu w dowolnym miejscu na obrazie z możliwością predefiniowania własnych	TAK	
	Zmiana wielkości czcionki adnotacji tekstowych	TAK	
	Interfejs DICOM : DICOM 3.0, Work List Manager(WLM), Print, Send, SC	TAK	
	Przypisywanie i zmiana własnych ustawień do programów anatomicznych przez użytkownika	TAK	
	Import danych pacjenta systemu RIS poprzez DICOM Worklist. Obsługa standardu kodowania min. Latin 2 lub UTF-8 umożliwiająca wyświetlanie polskich znaków diakrytycznych (ą, ć, ę, ł, ń, itd.)	TAK	
	Menadżer zdjęć odrzuconych	TAK	
	Podział wielkowy (min. 3 grupy) i wagowy pacjenta (min. 3 grupy)	TAK, podać	
	Funkcjonalność przywrócenia obrazu do pierwotnej postaci, cofnięcie wprowadzonych zmian wyglądu obrazu	TAK	

	Możliwość przypisywania instruktażowego obrazu pozycjonowania pacjenta dla wybranego programu	TAK/NIE	TAK – 5pkt. NIE – 0pkt.
	Oprogramowanie do automatycznego łączenia obrazów przy obrazowaniu kości długich (stitching)	TAK	
	Interkom do komunikacji z pacjentem	TAK	
	Wielopoziomowy dostęp dla użytkowników zabezpieczony hasłem	TAK	
	Zdalna diagnostyka i usuwanie części usterek bez konieczności wizyt serwisu w miejscu instalacji aparatu rtg.	TAK	
	UPS do podtrzymania zasilania konsoli w przypadku braku napięcia	TAK	
	Dodatkowy monitor, rozdzielczość min 1600x1200, min. 21"	TAK	
IX	Komputer w rejestracji		
	z systemem Windows 11 PRO	TAK	
	- procesor minimum i5 11 generacji		
	- 16 GB RAM DDR4 3200 MHz		
	- dysk SSD M.2 NVMe min. 512 GB		
	- karta sieciowa RJ45, min. 1 GB		
	- medyczna karta graficzna pasująca do monitora w zestawie		
	- monitor radiologiczny minimum 27" SWAWS		
	- klawiatura, mysz		
	- zasilacz awaryjny UPS, moc pozorna minimum 1600 VA		
X	INNE		
	Okres gwarancji, liczony od daty podpisania ostatecznego protokołu dostawy urządzenia: min 24 m-ce	TAK, podać	
	Autoryzowane punkty serwisowe na terenie Polski.	TAK	
	Czas reakcji na zgłoszenie max 48h	TAK, podać	
	Integracja z systemami RIS oraz PACS funkcjonującymi u Zamawiającego w tym zakup niezbędnych licencji i usług konfiguracyjnych - po stronie Wykonawcy.	TAK	
	Przeglądy techniczne wymagane lub zalecane przez producenta w okresie gwarancji wykonane będą na koszt Wykonawcy.	TAK	
	Ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji.		
	Szkolenie z obsługi aparatu dla personelu wskazanego przez zamawiającego	TAK	
	Min. 10-cio letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych	TAK, podać	

