

Zagłębiowskie Centrum Onkologii
Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza
ul. Szpitalna 13
41-300 Dąbrowa Górnicza
fax. 032 621 20 50
zamowienia.publiczne@zco-dg.pl

Dąbrowa Górnicza, 18.11.2019r

*Do uczestników przetargu nieograniczonego
„Dostawa sprzętu medycznego”*

Dot.: „Dostawa sprzętu medycznego” - ZP/59/ZCOSzpSp/2019

**WYJASNIENIE I ZMIANA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Na podstawie dyspozycji art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych udziela w niniejszym postępowaniu wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w odpowiedzi na następujące pytania Wykonawcy

Pytanie nr 1

Dotyczy: Pakiet 14, Załącznik nr 4 do SIWZ, §4 ust. 7.

Prosimy o zmianę ww. ustępu na: Przy drugim zgłoszeniu reklamacji co do tej samej usterki tego samego podzespołu/części przedmiotu umowy, Wykonawca uznając reklamację zobowiązany jest wymienić podzespół/część przedmiotu umowy na zgodny z Umową. Wyjaśniamy, że przywrócenie sprawności skomplikowanego urządzenia, jakim jest aparat rentgenowski, w przypadku usterki/awarii jednego z wielu podzespołów nie wymaga wymiany całego urządzenia na nowe. Zgodnie z procedurami producenta wymianie podlega wyłącznie element, który uległ awarii.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę ww. ustępu.

- Zamawiający modyfikuje odpowiedzi z dnia 15.11.2019 na pytanie nr 92 w poz.13 oraz w poz. 15 na następujące:

poz. 13

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pomp bez jednostek: uU, ummol.

Odpowiedź:

Zgodnie z siwz.

poz. 15

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pomp z 8 trybami infuzji i 5 cyklami.

Odpowiedź:

Zgodnie z siwz.

- Zamawiający modyfikuje odpowiedzi dnia 15.11.2019 na pytanie nr 142 na następującą:

Pytanie nr 142

Dot. Fotel laryngologiczny 2 szt.

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści fotel opisany poniżej?

Fotel laryngologiczny

Nazwa		
Typ		
Wytwórca		
Kraj pochodzenia		
Rok produkcji: 2019		
OPIS	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI	PARAMETRY OFEROWANE
Fotel laryngologiczny osadzony na kółkach z hamulcem.	TAK	
Podstawa fotela stalowa malowana proszkowo na biało.	TAK	
Tapicerka bezszwowa, skóropodobna odporna na dezynfekcję.	TAK	
Wysokość regulowana za pomocą bezprzewodowego pilota ręcznego.	TAK	
Oparcie i podnóżek regulowany za pomocą sprężyn gazowych.	TAK	
Regulowane podłokietniki.	TAK	
Wieszak na podkład w rolce, stojak kroplówki, półka boczna.	TAK	
Wysokość min. od 510 mm do 710 mm	TAK	
Długość min. 186 cm	TAK	
Szerokość min. 66 cm	TAK	
Dopuszczalne obciążenie min. 150 kg	TAK	
Regulacja kąta nachylenia podnóżka min. 0° do 25°	TAK	
Regulacją kąta podłokietników (w poziomie) min. 180°	TAK	
Regulacja kąta oparcia min. 0° do 70°	TAK	

Odpowiedź:

Zgodnie z siwz

Z-ca Dyrektora dr. Irena Jędrzejka
Zagłębiowskie Centrum Onkologii
Szpital Specjalistyczny im. Śr. Starkiewicza
w Dąbrowie Górniczej
dr n. med. *[Signature]* Biedrzycki