
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

System aspiracyjno - próżniowy

Wymagane właściwości w/w systemu:

1. System zamknięty powinien gwarantować całkowitą ochronę przed kontaktem z krwią.
2. Wszystkie elementy systemu muszą pochodzić od jednego producenta.
3. Możliwość wyboru techniki pobierania (aspiracyjna i próżniowa).
4. Probówki muszą posiadać korek, który eliminuje efekt aerozolowy.
5. Probówki muszą być wykonane z nietłukącego i niełamliwego tworzywa sztucznego.
6. Igła systemowa musi być jednoczęściowa (kaniuła zespolona z nasadką).
7. Probówki muszą być nasadzane w igłę systemową bez konieczności utrzymywania ich podczas pobierania.
8. Sposób wytwarzania próżni musi gwarantować brak możliwości utraty szczelności podczas przechowywania.
9. Termin ważności probówek min 12 miesięcy od dnia dostawy do Zamawiającego.
10. Probówki muszą posiadać naklejone etykiety z nr serii, datą ważności, danymi dotyczącymi antykoagulantów, aktywatorów wykrzepiania itp.
11. **Dla pozycji 1 i 2 Zamawiający wymaga specyfikacji technicznej zawierającej informacje na temat parametrów wirowania.**