

Zagłębiowskie Centrum Onkologii
Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza
ul. Szpitalna 13
41-300 Dąbrowa Górnicza
Tel.: 032 621 20 50/51
zamowienia.publiczne@zco-dg.pl

Dąbrowa Górnicza, 20.08.2020r

Do uczestników przetargu nieograniczonego

„Dostawa endoprotez, nośnika antybiotyku oraz dodatkowych wyrobów ortopedycznych”

Dot.: „Dostawa endoprotez, nośnika antybiotyku oraz dodatkowych wyrobów ortopedycznych”

ZP/73/ZCO/2020

WYJASNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie dyspozycji art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych udziela w niniejszym postępowaniu wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w odpowiedzi na następujące pytania Wykonawcy

Zestaw pytań nr 1

Pakietu 6:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie śrub Herberta według własnych rozwiązań konstrukcyjnych producenta o poniższym opisie:

W poz. 1-śruby kaniulowane kompresyjne 2,0/3,0

Długości dostępne od 10 do 30 mm co 2 mm, śruba samowiercząca wykonana ze stopu tytanu.

W części bliższej gwint o średnicy 2,0mm, rdzeń o średnicy 1,5mm, w części dalszej gwint o średnicy 3,0mm na długości 4mm, kaniula 0,95mm, gniazdo T7

W poz. 2-śruby kaniulowane kompresyjne 2,5/3,2

Długości dostępne od 10 do 30 mm co 2 mm, śruba samowiercząca wykonana ze stopu tytanu

W części bliższej gwint o średnicy 2,5mm, rdzeń o średnicy 1,7mm, w części dalszej gwint o średnicy 3,2mm na długości 4mm, kaniula 0,95mm, gniazdo T7

W poz. 3-śruby kaniulowane kompresyjne 4,0/5,0

Długości dostępne od 20 do 50 mm co 2 mm, śruba samowiercząca wykonana ze stopu tytanu

W części bliższej gwint o średnicy 4,0mm, rdzeń o średnicy 2,8mm, w części dalszej gwint o średnicy 5,0mm na długości 7mm, kaniula 1,1mm, gniazdo T10

Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

2. Czy Zamawiający w poz. nr 1-3 wyrazi zgodę na zaoferowanie śrub niesterylnych?

Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

3. Zapis w formularzu cenowym oraz w §2 ust. 7 umowy- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na depozyt w ilości ustalonej pomiędzy stronami umowy składający się z rozmiarów najczęściej stosowanych, zamiast pełnej rozmiarówki?

Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

4. Czy Zamawiający doprecyzuje, iż instrumentarium do usuwania implantów po wygaśnięciu umowy będzie dostarczane na konkretny zabieg?

Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

Zapytania do w/w postępowania, dot. Istotnych warunków umowy:

1. Czy Zamawiający w §3 ust. 9 odstąpi od wymogu posiadania przez towar daty ważności i o ile przepisy tego nie wymagają?

Zgodnie z przepisami nie ma obowiązku umieszczania na produktach niesterylnych informacji na temat ważności produktu. Wszystkie produkty mają oznaczenia, które umożliwiają identyfikację produktu, w związku z czym nie ma konieczności umieszczania daty ważności na opakowaniu.

Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

2. Czy Zamawiający zmieni termin z „dni” na „dni robocze” określony w §4a ust. 4

Z uwagi na odległość pomiędzy siedzibą Wykonawcy a Zamawiającego termin dostawy wyznaczony w dniach jest dla Wykonawcy niekorzystny, ponieważ w sytuacji gdy zgłoszenie zapotrzebowania wpłynie w piątek pod koniec dnia pracy, Wykonawca nie będzie w stanie zrealizować zgłoszenia na czas.

Odpowiedź: Tak

3. Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych §8 ust. 1

a. tiret 1 z 1% na 0,5% wartości niedostarczonego w terminie towaru”

Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt wygórowanej kary umownej.

Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

4. Czy Zamawiający doda zapis w §8 ust. 2, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami?

Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne z zasadami społeczno – gospodarczymi określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu.

Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

Zestaw pytań nr 2

Pytanie nr 1 do pakietu nr 3 - Dostawa nośnika antybiotyku do stosowania śródoperacyjnego w infekcjach narządu ruchu

Prosimy o doprecyzowanie jakich ilości poszczególnych wielkości opakowań Zamawiający oczekuje w pakiecie nr 3 :

z opakowania 5 cc otrzymujemy 12cc,

z opakowania 10cc otrzymujemy 25cc,

z opakowania 20cc otrzymujemy 50cc.

Odpowiedź: Zamawiający poprawia omyłkę pisarską w zakresie formularza asortymentowo-cenowego tj. Załącznik nr 3 do Siwz- ” (...) Opakowania z których można otrzymać 12,5 cc granulatu”

Zamawiający przesyłam w załączeniu Załącznik nr 3 w zakresie tylko pakietu nr 3 cele przedłożenia do oferty.

Załącznik nr 3

Formularz asortymentowo- cenowy

Pakiet nr 3 – Dostawa nośnika antybiotyku do stosowania śródoperacyjnego w infekcjach narządu ruchu

Lp	Nazwa sprzętu	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa netto za j.m.	Wartość netto	Wartość brutto	VA Tw %	Nazwa handlowa / nr katalogowy	Wytwórca /klasa wyrobu medycznego
1.	Biodegradowalny i biokompatybilny nośnik antybiotyku do leczenia infekcji	kpl	20						

kości i tkanek miękkich Biodegradowalny i biokompatybilny nośnik antybiotyku - dwuwodny czysty siarczan wapnia ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) do stosowania w infekcjach tkanek miękkich, kości i szpiku w trakcie leczenia operacyjnego. Dostępny jako pasta lub granulki o różnej wielkościach: 3mm, 4,8mm, 6mm. Antybiotyki uwalniają się w sposób kontrolowany ciągu 21-40 dni w dawce ponad 1000 krotnie wyższej niż dawka terapeutyczna. Opakowania z których można otrzymać 12,5 cc granulatu.										
Suma										

Wykonawca gwarantuje dostawę zestawu po telefonicznym zgłoszeniu do 48godz.

.....
/miejscowość, data/

.....
/podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy/

Zestaw pytań nr 3

1. Czy Zamawiający w Pakiecie 5 poz. 1 dopuści możliwość zaoferowania: Tytanowe płytki anatomiczne do zespożeń złamań nasady dalszej kości ramiennej i wyrostka łokciowego. W skład systemu wchodzi a) płytki blokowane od strony przyśrodkowej (prawe i lewe) b) płytki blokowane od strony grzbietowo-bocznej (prawe i lewe) c) płytki blokowane od strony grzbietowo -bocznej z hakiem (prawe i lewe) d) płytki blokowane do złamań przynasadowych przyśrodkowe (uniwersalne do obu kończyn) i e) płytki blokowane na wyrostek łokciowy (prawe i lewe). Ilość otworów: od 4 do 12. W głowie płytki otwory gwintowane pod śruby blokowane śr. 3,5 mm oraz otworyumożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. W części trzonowej płytki otwory blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. W części trzonowej płytki otwory blokująco-kompresyjne?

Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

2. Czy Zamawiający w Pakiecie 5 poz. 2 dopuści możliwość zaferowania: Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń złamań kości obojczykowej. W skład systemu wchodzi a) płytki górne trzonowe lewe i prawe, b) płytki przednie trzonowe uniwersalne, c) płytki górno boczne lewe i prawe, d) płytki przednio boczne uniwersalne. Otwory w płytce blokowane 2,4/2,7/3,5 oraz dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejsiówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. W części trzonowej płytki otwory blokująco-kompresyjne?

Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

3. Czy Zamawiający w Pakiecie 5 poz. 3 dopuści możliwość zaferowania: Śruba blokowana tytanowa śr. 2,4 dł. 10-40 mm i 2.7 mm, dł. 10-60 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

4. Czy Zamawiający w Pakiecie 5 poz. 4 dopuści możliwość zaferowania: Śruba blokowana tytanowa śr. 3,5 dł. 10-70 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

5. Czy Zamawiający w Pakiecie 5 poz. 5 dopuści możliwość zaferowania: Śruba korowa tytanowa śr. 2,7 dł. 8-40 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

6. Czy Zamawiający w Pakiecie 7 poz. 4 dopuści możliwość zaferowania: pręt węglowy prosty Ø8mm w długości 120-400mm?

Czy Zamawiający w Pakiecie 7 poz. 5 dopuści możliwość zaferowania wkreta do grotów i klamer kompatybilnych z zaferowanym stabilizatorem?

Odpowiedź: Zgodnie z siwz.


Zestaw pytań nr 4

Pytanie nr 1. Czy pakiet nr 7- Dostawa stabilizatora zewnętrznego stawu skokowego będzie realizowany w ramach dostawy czy też depozytu? Jeżeli pakiet 7 będzie realizowany w ramach dostawy, a nie depozytu, wnosimy o stosowny zapis w umowie, iż pakiet nr 7 będzie realizowany w ramach dostawy i nie jest wymagane w jego zakresie utworzenie depozytu.

Odpowiedź : Zamawiający informuje, iż Pakiet nr 7- Dostawa stabilizatora zewnętrznego stawu skokowego będzie realizowany w ramach dostawy.

Zamawiający informuje, że termin składania ofert został przesunięty na dzień: 28.08.2020v do godziny 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.08.2020v o godzinie 10:30 w Dziale Zamówień Publicznych pokój 213 , w siedzibie Zamawiającego

Sporządziła; M.Malinowska



Kierownik Działu Zamówień Publicznych
Zagłębiowskie Centrum Onkologii
Szpital Specjalistyczny im. Św. Starkiewicza
w Dąbrowie Górniczej

dr n. pr. Anna Wojczyk

Z-ca Dyrektora
ds. Pielęgniarstwa, Koordynator
i Spraw Organizacyjnych
Zagłębiowskie Centrum Onkologii
Szpital Specjalistyczny im. Św. Starkiewicza
w Dąbrowie Górniczej
mgr Agnieszka Ruszt