



WSSz -NZIP – 522.../23

Łódź, dnia 07.07.2023 r.

Uczestnicy postępowania przetargowego

dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne określone na podstawie art. 3 ustawy Pzp na dostawę leków oraz wyrobów medycznych do aparatów nerkozastępczych, sprawa ZP 25/23

I. Na podstawie art. 135 ustawy z dn. 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. poz. 2022 poz. 1710 ze zm.) oraz w związku z pytaniami dotyczącymi przedmiotowego postępowania Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

1. Pytania do zadani 13,14,15 Przelotowe mandryny: jaki cewnik posiada przelotowe mandryny i jak działają? Przelotowe mandryny to mechanizm w cewnikach, który umożliwia przepływ płynów przez cewnik, nawet jeśli wewnątrz znajduje się jakaś przeszkoda, na przykład skrzep krwi. Prosimy o wyjaśnienie jakie istotne dla zamawiającego zalety przelotowych mandrynów i jak wpływają na funkcjonalność cewnika.

Wyjaśnienia: Zamawiający modyfikuje SWZ w zakresie pozycji 13, 14 oraz 15 – patrz punkt II niniejszego pisma.

2. Pytania do zadani 13,14,15 Cewnik współosiowy: jak działa cewnik współosiowy i jakie są jego zastosowania? Cewnik współosiowy to cewnik, w którym jedna rurka znajduje się wewnątrz drugiej, co pozwala na jednoczesne wprowadzenie lub wydobycie substancji przez dwa oddzielne otwory. Prosimy o informacje jakie są zalety cewnika współosiowego istotne dla zamawiającego i w jakich sytuacjach ma być stosowany.

Wyjaśnienia: Zamawiający modyfikuje SWZ w zakresie pozycji 13, 14 oraz 15 – patrz punkt II niniejszego pisma.

3. Dotyczy: ZP 25/23 pakiet zbiorczy pozycja 20 termin składania ofert: 1.08.2023 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 20 z pakietu zbiorczego i stworzy osobny pakiet dla tych pozycji?

Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.

II. Zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie załącznika nr 2 do SWZ – Formularz cenowy, poprzez zmianę opisu w pozycji 13, 14 oraz 15. Zmodyfikowana treść załącznika nr 2 w załączeniu.

III. Zgodnie z art. 137 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi przedłuża termin składania i otwarcia ofert.

Ofertę należy złożyć w terminie do **03.08.2023r. do godz. 08:00.**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **03.08.2023r. o godz. 09:00.**

Integralnym załącznikiem do niniejszego pisma jest:

1. Zmodyfikowany załącznik nr 2 do SWZ – Formularz Cenowy
2. Zmodyfikowane ogłoszenie

Z poważaniem

DYREKTOR
Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala
im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi

mgr Krzysztof Zarychta