



**„SZPITAL POWIATOWY WE WRZEŚNI”
SPÓŁKA Z O.O. w restrukturyzacji
62-300 Września, ul. Słowackiego 2**



Września, dn 18.08.2021r.

SA-381-9/21

Dotyczy postępowania: „zakup i dostawa wyrobów medycznych i niemedycznych”

W związku z wniesieniem pytania przez Wykonawców, Zamawiający przedstawia treść pytania i udziela pisemnych wyjaśnień, zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późniejszymi zmianami).

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
1	<u>Pakiet 37 poz. 6.</u> Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania worków spełniających wymagania SIWZ o średnicy otworu 15-90 mm (do przycięcia)?	Zamawiający dopuszcza
2	<u>Postanowienia umowy</u> Prosimy w § 6 ust. 1 a), 1 b) i ust. 2) o zmianę zapisów dotyczących kar umownych i zamiast naliczania kar od wysokości kwoty brutto określonej w § 4 ust. 3 na naliczanie kar umownych od niezrealizowanej części umowy.	Zgodnie z SWZ
3	Pakiet 64 Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie szczotek do zaworów o długości 20 cm, średnica 5/12 mm	Zgodnie z SWZ
4	Pakiet 64 Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie szczotek do zaworów o długości 15,5 cm, średnica 5/10 mm.	Zgodnie z SWZ
5	Pakiet 64 Czy Zamawiający w pozycji 6 dopuści zaoferowanie pętli o śr. cewnika 2,4 mm, długość narzędzia 240 cm, rękojeść skalowana co 10 mm.	Zgodnie z SWZ
6	Pakiet 64 Czy Zamawiający w pozycji 9 dopuści zaoferowanie igieł o średnicy osłonki 2,4 mm, śr.05mm długość igły 4mm lub 6mm.	Zgodnie z SWZ
7	Pakiet 64. Poz. 1, 2. Czy Zamawiający w tych pozycjach oczekuje kleszczy jednorazowych czy wielorazowych?	Zamawiający oczekuje jednorazowych
8	Pakiet 64. Poz. 4. Czy Zamawiający dopuści zestaw szczotek zwierający: -dwustronna szczotka do kanałów o długości 230 cm, średnica szczotki 6/6 mm, śr. cewnika 1,7 mm	Zgodnie z SWZ

„Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o. o. w restrukturyzacji ul. Słowackiego 2, 62-300 Września
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000290122, NIP 789-16-92-746, REGON 300706140
Wysokość kapitału zakładowego: 36.650.000,00 zł
centrala: +48 61 437 05 00 sekretariat: +48 61 437 05 90 fax: +48 61 437 97 30
www.szpitalwrzesnia.home.pl; e-mail: sekretariat@szpitalwrzesnia.home.pl;

	-dwustronna szczotka do zaworów o długości 20 cm, średnica szczotki 5/12 mm?	
9	Pakiet 64. Poz. 5. Czy Zamawiający dopuści kleszcze w osłonce z polietylenu, pokrytej substancją hydrofilną bezpieczną dla kanału endoskopu?	Zgodnie z SWZ
10	Pakiet 64. Poz. 7. Czy Zamawiający dopuści pułapkę, z której wszystkie komory wyjmowane są jednocześnie?	Zgodnie z SWZ
11	Pakiet 64. Poz. 9. Czy Zamawiający dopuści igły w osłonce 2,4 mm, o średnicy 0,6 mm lub 0,8 mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ	Zamawiający dopuści igły o średnicy 0,8 mm, nie dopuszcza 0,6 mm
12	Pakiet 22: Prosimy zamawiającego o wskazanie po jakim czasie test powinien dać jednoznaczny zarówno dodatni jak i ujemny wynik. Na rynku polskim dostępne są zarówno błyskawiczne testy dające wynik w 5 minut, testy dające wynik w kilkadziesiąt minut oraz takie, które mogą ostateczny wynik wskazać dopiero po upływie kilkudziesięciu godzin.	Zamawiający wymaga: <u>wynik pozytywny</u> : 1-15 min. <u>wynik negatywny</u> : 15 minut

Przez Zarządu
„Szpitala Powiatowego we Wrześni”
Sp z o.o w restrukturyzacji
Zbigniew Hępała