

Lubań, 18.03.2022r.

## Wszyscy Wykonawcy Wyjaśnienia dotyczące SWZ Nr 1

**dotyczy: Dostawy rękawic diagnostycznych dla NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o., post. ZP/02/2022**

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

### **Pytanie 1**

Czy Zamawiający dopuści rękawice w rozmiarze S do XL?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

### **Pytanie 2**

Czy Zamawiający dopuści rękawice zgodne z poniższym opisem:

Rękawice diagnostyczne nitylowe, bezpudrowe, niesterylne, kształt uniwersalny - pasujące na prawą i lewą dłoń, powierzchnia rękawic teksturowana na końcach palców, rant mankietu równomiernie zrolowany. AQL 1,5. Minimalna długość rękawicy 240 mm, wzmocnienie na palcach. Grubość: palec 0,08mm +/- 0,03mm, dłoń 0,06mm +/- 0,02 mm, mankiet 0,06mm +/- 0,02mm. Rękawice zgodne z normami EN 455 (1-4) oraz EN 374 -1,2,4,5. Dopuszczalne do kontaktu z żywnością (potwierdzone piktogramem na opakowaniu). Na opakowaniu fabryczne oznakowanie: data produkcji, termin ważności, numer serii, nazwa i adres producenta, poziom AQL. Rozmiary: S, M, L, XL - kodowane kolorystycznie na opakowaniu. Środek ochrony indywidualnej oraz wyrób medyczny. Opakowanie 100 szt.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

### **Pytanie 3**

#### **Pyt do SWZ**

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie przedmiotowe środki dowodowe będzie można uzupełnić na wezwanie Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zgodnie z rozdziałami II i V, XII SWZ.**

### **Pytanie 4**

#### **Pyt do Umowy**

Prosimy o zmianę zapisów Umowy § 6 Kary umowne pkt 1 ppkt b zgodnie z poniższą treścią:

b. w razie zwłoki w dostarczeniu towaru albo zwłoki w usunięciu stwierdzonych wad, braków lub niezgodności towaru z Umową ponad terminy określone w Umowie, Wykonawca – niezależnie od obowiązku określonego w § 5 ust. 5 – zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% wartości zamówionej dostawy netto, licząc za każdy dzień zwłoki.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**PREZES ZARZĄDU**

**KRZYSZTOF KONOPKA**