

COZL/DZP/MBK/3411/PN- 121/24

Lublin, dnia 23.09.2024 r.

## Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

### **„Dostawa zestawów do znakowania technetem 99m-Tc oraz innych produktów radiofarmaceutycznych na potrzeby Zakładu Medycyny Nuklearnej.”**

Działając w oparciu o zapisy art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) informuję, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

#### **Pytanie Nr 1**

W par. 8 wzoru umowy prosimy o dodanie punktu nr 5 o następującej treści: W przypadku opóźnienia przez Zamawiającego w zapłacie należności z tytułu zrealizowanych dostaw, wynikających z co najmniej 3 faktur Wykonawca uprawniony jest do powstrzymania się z wykonaniem dostaw, stanowiących przedmiot umowy do czasu całkowitego uregulowania przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy wymagalnych należności.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

#### **Pytanie Nr 2**

##### **Dotyczy SWZ, V Opis Przedmiotu Zamówienia, pkt. 11**

Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej w pkt. 11 tj. „(...)Ważność przedmiotu zamówienia (przydatność do użycia) musi wynosić minimum 72 godziny od daty i godziny kalibracji. Kalibracja rozumiana jako dzień i godzina produkcji (dotyczy części 3 SWZ). „ W tym postępowaniu przetargowym są 2 części.

**Odpowiedź: Zamawiający poprawia zapisy dotyczące SWZ, V Opis Przedmiotu Zamówienia, pkt. 11, nadając brzmienie:**

*„Ważność przedmiotu zamówienia (przydatność do użycia) musi wynosić minimum 4 miesiące licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego. (dotyczy części 1 ).*

*Ważność przedmiotu zamówienia (przydatność do użycia) dla Części 2 zgodnie z zestawieniem wymagań jakościowych dotyczących Części 2 ”.*