

Przeгляд i diagnostyka napraw urządzeń firmy Pentax.

LP	Opis przedmiotu zamówienia	Spełnianie parametru	Parametr oferowany
1	Dokonywanie okresowych przeglądów oraz diagnostyki napraw urządzeń, zgodnie z zaleceniami, wymogami i instrukcją obsługi producenta sprzętu, obowiązującymi normami, przepisami oraz z zachowaniem przepisów BHP i P. Poż. oraz zasad bezpiecznej eksploatację aparatury zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)	TAK	
2	Odnotowanie faktu wykonania czynności serwisowych poprzez wpis do paszportu technicznego urządzenia i wykonanie raportu serwisowego.	TAK	
3	Umożliwienie utrzymania stałego kontaktu telefonicznego Zamawiającego z Wykonawcą w dni robocze 8.00-15.00	TAK	
4	Diagnostyka uszkodzeń wykonana do 48 godzin od otrzymania uszkodzonego urządzenia przez serwis Wykonawcy, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.	TAK-20 pkt NIE -0 pkt	
5	Usługi przeglądów oraz napraw mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające kwalifikacje i aktualne uprawnienia potwierdzone przez producenta, wymagane jest przedłożenie certyfikatów potwierdzających zdolność do wykonywania napraw i przeglądów (wykaz osób uprawnionych).	TAK	
6	Doświadczenie serwisantów w naprawach i przeglądach sprzętu endoskopowego firmy Pentax- oświadczenie Wykonawcy.	5 lat- 20 pkt. 2 lata- 10 pkt. poniżej 2 lat- 0 pkt.	
7	Gwarancja na wymienione części nie może być krótsza od gwarancji danej przez producenta .	TAK	
8	Wykonawca zobowiązuje się do stosowania w czasie przeglądów i napraw oryginalnych części zamiennych producenta sprzętu.	TAK	
9	Wykonanie przeglądów technicznych (planowane czynności konserwacyjne), realizowane zgodnie z zaleceniami producenta, wynikające ze specyfikacji użytkowanego wyrobu obejmują w szczególności: - Kontrole wizualną: ocenę stanu wizualnego, ocenę stanu przewodów, ocenę stanu uziemienia, ocenę stanu wyposażenia - Czyszczenie podzespołów wewnętrznych urządzenia z kurzu i zabrudzeń - Wymianę wszystkich części zgodnie z wymogiem producenta - Wykonanie regulacji i kalibracji serwisowych - Wykonanie testów serwisowych - Wykonanie testów funkcjonalnych - Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego	TAK	

	- Wystawienie Raportu Serwisowego		
10	<p>Zakres podstawowych czynności serwisowych dla urządzeń endoskopowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wykonanie testu szczelności - Kontrola jakości obrazu (ostrość, balans bieli) - Kontrola stanu kanałów wewnętrznych endoskopu - Kontrola działania przycisków sterujących - Pomiar wydajności podawania powietrza i wody oraz ssania - Kontrola stanu zaworów i gniazd AW i SS - Kontrola luzów i zakresu odchylenia końcówki dystalnej - Kontrola części sterujących: obudowy rękojeści, dźwigni hamulców <p>- Sprawdzenie stanu rzeczywistego elementów: tuba wzornikowa, segment zginalny, guma osłonowa, soczewki światłowodowe, soczewka obiektu, dysze, kanały: operacyjny, wodny, powietrzny.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sprawdzenie stanu osłony światłowodowej, obudowy wtyku, styków elektrycznych i soczewki światłowodowej wtyku - Ocena wyglądu zewnętrznego sondy endoskopowej - Ocena wyglądu zewnętrznego pozostałych elementów endoskopu - Kontrola wydajności systemu oświetlającego - Kontrola wnętrza wtyczki endoskopu - Wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego 	TAK	
11	<p>Zakres podstawowych czynności serwisowych dla urządzeń peryferyjnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego - Sprawdzenie działania wyłącznika sieciowego - Kontrola bezpieczników sieciowych i przewodu zasilającego - Kontrola działania przełączników sterujących pracą urządzenia - Sprawdzenie działania kontrolki i lampek sygnalizacyjnych - Sprawdzenie działania kontrolki i lampek sygnalizacyjnych - Kontrola wykonywania przez urządzenie prawidłowo wszystkich funkcji - Kontrola wartości parametrów będących warunkiem prawidłowego działania urządzenia - Kontrola działania pamięci nastaw urządzenia - Oczyszczenie wnętrza urządzenia - Regulacja elementów mechanicznych - Ocena stanu styków i przewodów elektrycznych 	TAK	
12	Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości urządzeń podlegających konserwacji i przeglądom technicznym w ramach przeprowadzonych postępowań kasacyjnych lub zmiany związane ze zwiększeniem zakresu przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w przypadku wygaśnięcia gwarancji w okresie trwania umowy.	TAK	
13	Instalacji aktualizacji oprogramowania urządzeń, udostępnionej przez producenta sprzętu.	TAK	

UWAGA!

Parking na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu jest parkingiem płatnym. Cennik udostępniony jest na stronie internetowej Szpitala.”