

**Samodzielny Publiczny Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Gryficach**

ul. Niechorska 27
72 - 300 Gryfice

Nasz znak
SPZZOZ/411/1/20

Data
Gryfice 2020-08-17

Sprawa dotyczy:

Przetarg nieograniczony 41/20 na: „Dostawę rękawic chirurgicznych dla SPZZOZ w Gryficach”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843) Zamawiający przytacza pytania i udziela odpowiedzi:

1. Pakiet 1: Czy Zamawiający dopuści rękawice nitylowe o AQL: 1,5?

ODP.: TAK.

2. Pakiet 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby zgodność z normami: EN 455, EN 374, EN 420 została potwierdzona kartą danych technicznych wystawioną przez producenta? Karta danych zawiera informację potwierdzającą wyniki z przeprowadzonych badań. Taki dokument jest wystarczający aby zapewnić zamawiającego, o spełnianiu wszystkich wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia.





ODP.: TAK.

Pytania do umowy:

Czy Zamawiający zgodzi się na obniżenie kar umownych w ramach tylko pakietu pierwszego, w następujący sposób §3 pkt. 2:

- „ przy zwłoce do 3 dni w wysokości 0,1% wartości niezrealizowanej części zamówienia za każdy dzień zwłoki”
- „przy zwłoce powyżej 3 dni w wysokości 0,25% wartości niezrealizowanej części zamówienia za każdy dzień zwłoki”?





Prośba dotyczy tylko zadania nr 1, z powodu pandemii zwłoka może być niezależna od dostawcy i wynikać np. z zamknięcia fabryk bądź zmniejszenia ilości pracowników na skutek lokalnych rozporządzeń.

ODP.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet 3, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie ilości nieodpłatnych uchwytów, które Wykonawca ma przekazać Zamawiającemu. Informacja ta pozwoli dokładniej wyliczyć cenę rękawic.

ODP.: Zamawiający dysponuje znaczną częścią uchwytów, dlatego trudno na tym etapie dokładnie doprecyzować wymaganą ilość.

Pakiet 3, poz. 1

Czy Zamawiający wymaga aby uchwyty dostarczone wraz z rękawicami były wykonane z trwałego tworzywa z wbudowanym dodatkiem antybakteryjnym, a w przypadku uchwytów kompatybilnych z szyną modura z jednolitego stopu (nie drucziane) odpornego na środki dezynfekcyjne?

ODP.: Zamawiający dopuszcza uchwyty z tworzywa z wbudowanym dodatkiem antybakteryjnym. Zamawiający potrzebuje 10 sztuk uchwytów z kompatybilnych z szyną modura.

Pakiet 4, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice lateksowe, których grubość na palcu wynosi $0,11 \pm 0,02$ mm, poziom protein $\leq 50 \mu\text{g/g}$, przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN16523-1, 5 substancji chemicznych (poza cytostatykami) z czego 3 na min. Trzecim poziomie odporności (potwierdzone niezależnym raportem)?






ODP.: TAK.

Pakiet 9, poz. 1-6

Czy Zamawiający dopuści rękawice o następujących parametrach: Rękawice chirurgiczne, lateksowe, pudrowane, mikroteksturowane na całej powierzchni chwytnej, mankiet rolowany, sterylizowane radiacyjnie, AQL max 1,0, grubość na palcu $0,16 \pm 0,02$, na dłoni $0,14 \pm 0,02$, mankiecie $0,12 \pm 0,02$; długość min 280 mm. Poziom protein poniżej $90 \mu\text{g/g}$ i średnia siła zrywu przed starzeniem min. 13N (badania z jednostki notyfikowanej wg EN 455). Zgodne z ASTM D3577, EN 455-1,2,3, ASTM F1671, EN 374-3. Dostępne w rozmiarach 6-9, w opakowaniu wewn. papier, zewn. Foliowe?

ODP.: Zamawiający nie wyraża zgody.





Pakiet 1, 4

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający w celu weryfikacji dopuści potwierdzenia parametrów zaofertowanych rękawic Kartą techniczną Producenta? Pragniemy zauważyć, że producent Kartę Techniczną wystawia na podstawie szeregu licznych testów dla wielu serii, nie tylko jednej jak w przypadku raportu i dzięki temu deklaruje powtarzalność parametrów dla wszystkich stosowanych przez użytkownika rękawic.

ODP.: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic niejałowych bezpudrowych o grubości rękawicy na palcu min. 0,11mm, o zawartości protein <35µg/g, przebadanych na przenikanie 6 substancji chemicznych na min. 3 poziomie odporności (wg EN 16523-1).

ODP.: TAK.

Pakiet 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic niejałowych bezpudrowych o grubości rękawicy na palcu min. 0,10mm, przebadanych na przenikanie 8 substancji chemicznych na min. 3 poziomie odporności wg EN 374-3.

ODP.: TAK.

Z poważaniem


 GŁÓWNY KIERUJĄCY
 SPZ ZO w Gryficach
 Elżbieta Przystał

