

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY  
we Wrocławiu  
ul. H. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław  
DZIAŁ ZAPATRZENIA I ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH  
Tel. 0 71-32-70-490, Fax 0 71-32-70-425

Wrocław, dnia 19.05.2023r.

Do wszystkich uczestników zapytania ofertowego

Szp242/FZ- 112/2023

#### INFORMACJA NR 4 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73 a przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem do zapytania ofertowego na dostawę 2 szt. Szaf Chłodniczych Medycznych .  
Znak sprawy: Szp242/FZ- 112/2023

#### Pytanie nr 1 – jkowska@danlab.pl

1. Czy Zamawiający dopuści pojemność 340 l ?
2. Czy Zamawiający dopuści szafę chłodniczą z wejściem na kartę SD (wraz z kartą) do rejestracji i odczytu danych temperaturowych na komputerze, zamiast portu USB?
3. Czy Zamawiający dopuści zakres temperatury od + 2 do + 8 st. C ?
4. Czy Zamawiający dopuści wymiary 1510 x 600 x 700 (mm): wys. x szer. x głęb ?

Odpowiedz :

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametrów szaf.

Powyższe informacje stanowią integralną część zaproszenia do składania propozycji cenowej.

KIEROWNIK DZIAŁU  
Zapotrzenia i Zamówień Publicznych  
Romana Komora