

Gdańsk, dnia 24.10.2024 r.

Nr postępowania: **GUM2024ZP0113**

## DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: **Dostawa termobloku (Pakiet 1) oraz systemu mikroskopii podczerwieni FTIR (Pakiet 2)**

Gdański Uniwersytet Medyczny, jako Zamawiający, zawiadamia, iż na zgłoszone pisemnie pytania udziela odpowiedzi w oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, jak niżej:

### DOTYCZY PAKIETU 1.

**Pytanie 1.** Prosimy o dopuszczenie termobloku z zakresem temperatury od +5°C powyżej temp. otoczenia do 120°C.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza termoblok z temperaturę nastawną w zakresie od 5°C powyżej temperatury otoczenia do 120°C.

**Pytanie 2.** Prosimy o dopuszczenie termobloku z dokładnością nastawy przy 37°C wynoszącą +/- 0,2°C .

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 3.** Prosimy o dopuszczenie termobloku z jednorodnością nastawy przy 37°C wynoszącą +/- 0,2°C .

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 4.** Prosimy o dopuszczenie termobloku wyposażonego w blok grzewczy umożliwiający wygrzewanie 20 probówek o pojemności 2 ml z głębokością dołka 38,1 mm.

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

*p.o. Kanclerza  
prof. dr hab. Jacek Bigda*

*Sprawę prowadzi: Joanna Laskowska*