

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: zakup i dostawa odczynników, krwinek oraz dzierżawa systemu do mikrometody kolumnowej wraz z odczynnikami dla Pracowni Serologii z Bankiem Krwi- nr spr 89 /24.

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR sprawy 89/2024

W oparciu o art. 90 ust. 1 Ustawy Pzp w związku z opublikowaniem się Sprostowania Ogłoszenia Zmian do niniejszego ogłoszenia o zamówieniu na podstawie art. 137 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz.1320), działając w imieniu Zamawiającego, wprowadzam do treści specyfikacji warunków zamówienia następujące zmiany:

Rozdział 10 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres **90 dni** od dnia upływu terminu składania ofert tj. **do dnia 27 marca 2025 r**”

Rozdział 11 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

- „1. Termin składania ofert Zamawiający wyznacza do dnia **27 grudnia 2024 r** do godziny 09:00.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **27 grudnia 2024 r** o godz. 9:30.”

Ponadto Zamawiający wprowadza:

I.

Zamawiający zmienia zapisy SWZ w Rozdziale 3 pkt. 3.2 i pkt. 3.3 w Zakresie nr 2:

Pkt. 3.2 na następujący:

ZAKRES	NAZWA
2	Standard anty D

Ponadto Zamawiający dodaje dodatkowo nowy nr CPV 33696100-6 – Odczynniki do klasyfikacji grup krwi.

oraz pkt. 3.3 – Zakres nr 2 na następujący:

Zakres 2 - Standard anty D

L.p.	Nazwa towaru	j.m.	Ilość na 2 lata
1.	Standard anty D używany do prawidłowości wykonania testów serologicznych oraz ujednoczenia parametrów wirowania o stężeniu 0,1 IU/ml	Szt.	80 amp x 2 ml
2.	Standard anty D używany do mikrometody o stężeniu 0,05 IU/ml	Szt.	80 amp x 2 ml

