

COZL/DZP/AK/3412/TP-154/24

Lublin, dnia 15.11.2024 r.

„Dostawa odczynników immunochemicznych wraz z dzierżawą automatycznego analizatora.”

Działając w oparciu o zapisy art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2024 r., poz. 1320), Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie 1:

Pytanie 1 – dotyczy załącznika nr 2 – Kosztorys ofertowy

Czy ze względu na fakt, iż chlorek metylenu (używany przy oznaczaniu kortyzolu w moczu) jest jednym z podstawowych odczynników chemicznych, rutynowo stosowanych w laboratorium, Zamawiający wyrazi zgodę na nie oferowanie go przez Wykonawcę, a tym samym nie wpisanie go do tabeli asortymentowo-cenowej?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wszystkich odczynników chemicznych potrzebnych do wykonania oznaczeń.

Pytanie 2:

Pytanie 2 – dotyczy załącznika nr 2.1- Parametry techniczne, pkt 21 i załącznika nr 3 – wzór umowy § 4, pkt 18.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na kontrolę zewnątrzlaboratoryjną wykonywaną dwa razy w roku?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Powyższe należy uwzględnić w załączniku nr 2.1. SWZ – Parametry techniczne.

Pytanie 3:

Pytanie 3 – dotyczy załącznika nr 3 - wzór umowy § 2, pkt 2 i SWZ, roz. IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, pkt 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę by okres ważności (przydatności do użycia) odczynników wynosił minimum 4 miesiące licząc od daty dostawy do Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Powyższe należy uwzględnić w Ofercie.

Pytanie 4:

Pytanie 4 – dotyczy załącznika nr 3 - wzór umowy do SWZ Ochrona danych osobowych

Prosimy o wyrażenie zgody na dodanie dodatkowego paragrafu do Umowy z poniższymi zapisami:

"W celu realizacji przedmiotu Umowy zachodzi powierzenie danych osobowych. Strony zobowiązują się najpóźniej w dniu podpisania Umowy do zawarcia umowy powierzenia zgodnej z postanowieniami art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W."

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający zmieni zapisy przyszłej umowy.

Pytanie 5:

Pytanie 5 – dotyczy załącznika nr 3 - wzór umowy § 3, pkt 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na umieszczanie na fakturach zbiorczych numerów zamówień?

Z uwagi na ograniczenia techniczne systemu do wystawiania faktur umieszczanie numerów dokumentów potwierdzających wykonanie dostaw (WZ) jest niemożliwe.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający zmieni zapisy przyszłej umowy.

Pytanie 6:

Dotyczy Załącznika nr 2.1- Parametry techniczne Pkt. 5

Czy Zamawiający dopuści analizator nabladowy z oddzielnym komputerem do zarządzania aparatem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Powyższe należy uwzględnić w załączniku nr 2.1. SWZ – Parametry techniczne.

Pytanie 7:

Dotyczy Załącznika nr 2.1- Parametry techniczne Pkt. 7

Czy Zamawiający dopuści aparat o wydajności większej niż 85 testów na godzinę?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 8:

Dotyczy Załącznika nr 2.1- Parametry techniczne Pkt. 12

Czy Z dopuści analizator wyposażony w pipetor pokryty teflonem oraz płukany od wewnątrz i z zewnątrz pomiędzy każdą pipetowaną próbką celem uniknięcia kontaminacji?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 9:

Czy liczba oznaczeń wyszczególniona w tabeli zawiera już oznaczenia dodatkowe na kontrole i kalibracje? Jeśli nie prosimy o informacje z jaką częstotliwością będą wykonywane.

Odpowiedź: Liczba oznaczeń w tabeli zawiera oznaczenia dodatkowe, tj. kontrole oraz kalibracje.

Pytanie 10:

Dotyczy Załącznika nr 2 - Kosztorys ofertowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie lub pozostawienie niewypełnionych wierszy kalibracje i kontrole w tabeli A? Testy charakteryzują się tym, że opakowanie zawiera kasetę odczytnikową z

kalibratorem i kontrolę i nie ma możliwości rozdzielania zestawu a co za tym idzie koszt odczynnika jest kosztem całkowitym (odczynnik, kalibracja i kontrola).

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Zmiany wchodzi w życie z dniem podpisania. Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.