

DOZ.240.1.2023

Bydgoszcz, 20 lutego 2023 r.

## ODPOWIEDZI NA PYTANIA

*Dotyczy: postępowania przetargowego na „Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy”*

*Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00092521/01; data ogłoszenia: 13.02.2023 r.*

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.) w związku z pytaniami zadanyymi przez Wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający udziela wyjaśnień:

### **Pytanie nr 1**

Zamawiający opisując przedmiot zamówienia w „części 4” tj. urządzenie do kompresji klatki piersiowej wskazuje na konkretne parametry techniczne, które w całości spełnia tylko jeden producent, tj. STRYKER Polska Sp. z o.o., oferujący urządzenie LUCAS 3. Działanie to nawet w aspekcie KOMPATYBILNOŚCI, narusza zasady równości oraz uczciwej konkurencji preferując de facto dotychczasowych dostawców, co wskazuje na podmiotowy charakter kryterium oceny oferty, którego stosowania zakazuje wprost ustawa PZP.

Prosimy zatem o dopuszczenie na zasadzie równoważności nowoczesnego urządzenia do kompresji klatki piersiowej o wadze poniżej 9,1 kg, wyposażonego w intuicyjny dotykowy wyświetlacz 3,5”, wielorazowe ssawki tłoka oraz:

Dwa ładowalne akumulatory, pozwalające do aż 90 minut pracy, wewnętrzną ładowarkę 10 – 28 V DC, a także możliwość ładowania urządzenia z zewnętrznego źródła zasilania AC. Głębokość i częstotliwość kompresji zgodnie z wytycznymi ERC tj. regulowana głębokość ucisków w zakresie 3-5,3 cm (+/- 3%) cm oraz częstość ucisków 110 uc./min. (+/- 3%). Nieposiadającego; funkcji bezprzewodowej transmisji danych, wbudowanej pamięci. Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga aby urządzenie posiadało funkcję bezprzewodowej transmisji danych z wbudowanej pamięci. Umożliwia ona i ułatwia kontrolę jakości świadczonych usług przez zespoły ratownictwa medycznego. Ponadto mając na uwadze, iż Zamawiający prowadzi dokumentację medyczną tylko w wersji elektronicznej system bezprzewodowej transmisji danych jest niezbędny.

Sporządziła: Anna Mrozik-Gliszczyńska