

Nr sprawy D25M/251/N/17-37rj/20

Gdynia, dnia 28.07.2020

Wykonawcy biorący  
udział w postępowaniu

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego: aparatu USG i ramienia C na potrzeby SOR w ramach Projektu pn.: „Przystosowanie pomieszczeń szpitalnych SOR wraz z zakupem wyposażenia w Szpitalu Św. Wincentego a Paulo” w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego, Oś priorytetowa IX Wzmocnienia strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”

Szpital Pomorskie Sp. z o. o. (dalej Zamawiający), na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 288 z późn. zm.), udziela następujących wyjaśnień:

1. Prosimy o potwierdzenie, że w punkcie 17. „ Zakres ruchu poziomego ramienia C”, Zamawiający popełnił oczywistej omyłki pisarskiej i będzie wymagał zakresu min. 20 cm ? jest to wartość standardowa dla tego typu aparatów.  
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zakresu ruchu poziomego ramienia C min 20 cm.
2. Prosimy Zamawiającego o zmianę parametru w punkcie 31. „ Waga wózka z ramieniem C  $\leq$  320 kg” oraz wprowadzenie punktacji w następujący sposób :  $\leq$  310 kg – 10 pkt,  $>$  310 kg – 0 pkt.  
Odpowiedź: Zamawiający wprowadza zmianę w zapisie SIWZ parametru punktu 31 z  $\leq$  300 kg na  $\leq$  320 kg oraz zamienia zakres punktacji.
3. Prosimy o potwierdzenie, że w punkcie 54. „ Archiwizacja obrazów...”, Zamawiający miał na myśli format BMP, nie BMO.  
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w punkcie 54. Zamawiający miał na myśli format BMP nie BMO.
4. Prosimy Zamawiającego o zmianę wymaganego parametru w punkcie 68. „ Współczynnik DQE  $\geq$  70%” na „ Współczynnik DQE  $\geq$  60%” oraz wprowadzenie punktacji w następujący sposób: „ DQE  $\geq$  65% - 10 pkt,  $<$  64% - 0 pkt”. Pragniemy zauważyć, wartość tego współczynnika dla tego typu aparatów wynosi 65%. Wartości powyżej 70% charakterystyczne są dla aparatów z płaskim detektorem.  
Odpowiedź: Zamawiający wprowadza zmianę w zapisie SIWZ parametru punktu 68 „ Współczynnik DQE  $\geq$  70%” na „ Współczynnik DQE  $\geq$  60%” oraz zmienia zakres punktacji.
5. § 8 ust.10 - Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu dostarczenia aparatu zastępczego na czas naprawy. Przedmiotem zamówienia jest wysoce specjalistyczny aparat RTG z ramieniem C i w tym przypadku nie ma możliwości dostarczenia aparatu zastępczego w tak krótkim czasie, gdyż wymaga to przede wszystkim uzyskania pozwolenia Sanepidu na eksploatację

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332  
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201  
| kapitał zakładowy: 172 650 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148  
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | [szpitalpomorskie.eu](http://szpitalpomorskie.eu)

zastępczego aparatu. Uruchomienie zastępczego aparatu jest możliwe po wcześniejszym uzyskaniu przez Zamawiającego pozwolenia od Sanepidu na uruchomienie i eksploataowanie zastępczego aparatu, co wiąże się z długim okresem oczekiwania, który może wynieść nawet do miesiąca, a w tym czasie można już naprawić uszkodzony system. W związku z powyższym, prosimy o przychylenie się do naszej prośby, poprzez odstąpienie od wymogu dostarczenia urządzenia zastępczego, jako niezasadnego w przypadku specjalistycznego aparatu RTG z ramieniem C.

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu dostarczenia aparatu zastępczego na czas napraw. W załączeniu zmodyfikowany wzór umowy.

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie i zafakturowanie sprzętu do 21.12.2020, natomiast okres gwarancji rozpocznie się od dnia uruchomienia i instalacji aparatu? Wykonawca potwierdza również, iż aparat może być przechowany na magazynie do dnia wskazanego przez Zamawiającego.

Zamawiający nie wyraża zgody.

7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, który posiada matrycę obrazu zapamiętanego 1000x1000 pikseli?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza aparat RTG z ramieniem C, który posiada matrycę obrazu zapamiętanego 1000x1000 pikseli.

Wykonawca winien nanieść stosowną adnotację w załączniku nr 4 do SIWZ Zestawienie parametrów wymaganych, iż zaoferowano produkt dopuszczony niniejszym pismem.

**WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY LUB UZUPEŁNIENIA ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SIWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.**

Przewodnicząca Komisji Przetargowej  
Beata Martyn Mrozowska

DYREKTOR  
DZ. ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH I IT

*Beata Martyn-Mrozowska*

Szpitala Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332  
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201  
| kapitał zakładowy: 172 650 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148  
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | [szpitalpomorskie.eu](http://szpitalpomorskie.eu)