



# Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach

Katowice, dn. 08.03.2023 r.

Znak sprawy: **TZ.252.5.2023**  
l.dz. WPR/1564/03/2023/W  
**WPR/TZ/252/ZP/02/2023**

## Uczestnicy postępowania

Odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia do postępowania pn. „**Zakup i sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku oraz drobnego sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach**”

I. Na podstawie art. 135 ust. 1,2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1710) Zamawiający przekazuje treść zapytań skierowanych do Zamawiającego wraz z odpowiedziami.

### pytanie nr 1

#### Zadanie 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic o powierzchni gładkiej z teksturą na czubkach palców, wewnątrz chlorowane bez warstwy polimerowej, pozostałe parametry bez zmian?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje załącznik nr 1 do SWZ.

### pytanie nr 2

#### Zadanie 1 poz. 4

Zwracamy się prośbą o dopuszczenie elektrody prostokątnej o wymiarach 44mm x 30mm, przy pozostałych parametrach bez zmian.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

### pytanie nr 3

#### Zadanie 1 poz. 10

Zwracamy się prośbą o sprecyzowanie ilości wymaganego asortymentu. Elektrody do defibrylacji są zawsze pakowane parami (po 2 sztuki). Zatem czy Zamawiający oczekuje 30 sztuk elektrod (15 kompletów) czy też 30 kompletów elektrod?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga 30 kompletów elektrod.

### pytanie nr 4

#### Zadanie 1 poz. 13

Zwracamy się prośbą o dopuszczenie papieru bez wskaźnika końca papieru, przy pozostałych parametrach bez zmian.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

### pytanie nr 5

#### Projekt umowy – par. 5 ust. 1

a) Prosimy o podanie ilości miejsc dostaw dla zadania nr 1- czy jest to wszystkie 14 Stacji Pogotowia z wykazu?



40-024 Katowice  
ul. Powstańców 52

tel. (32) 609 31 40  
mail: wpr@wpr.pl  
www.wpr.pl

NIP: 954 22<sup>1</sup>60 707  
REGON: 270151110  
KRS: 0000020162

Santander Bank Polska SA: 03 1500 1445 1214 4003 4001 0000



## Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach

Prosimy także o podanie ilości dostaw w miesiącu do każdej z tych placówek. Pozwoli to nam oszacować koszty dostaw a tym samym zaoferować odpowiednie ceny sprzedaży.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga dostaw do wszystkich stacji pogotowia wymienionych w załączniku nr 2 do umowy. Zamawiający przewiduje jedno zamówienie miesięcznie do każdej placówki.

### **pytanie nr 6**

Projekt umowy – par. 5 ust. 5

Prosimy o wykreślenie z projektu umowy par. 5 ust. 5 zapisu: „Zamawiający, pomimo dochowania należytej staranności, z uwagi na charakter prowadzonej działalności ma prawo zmieniać (zwiększyć lub zmniejszyć) ilości asortymentu w poszczególnych pozycjach załącznika nr 1 do umowy nie przekraczając przy tym kwoty, o której mowa w §3 ust. 1.”.

Niedopuszczalne jest wymaganie od Wykonawcy, aby był przygotowany na zmianę ilości poszczególnych pozycji towaru, czyli przedmiotu zamówienia (a tym samym zmianę umowy), w sposób zależny jedynie od woli Zamawiającego.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z par. 5 ust. 5 załącznika nr 5 do SWZ propozycja umowy, zastrzeżono możliwość zmian ilości asortymentowych, a jednocześnie wskazano, że "Gwarantowana minimalna wartość zamówienia stanowi 50% kwoty, o której mowa w §3 ust. 1." co odpowiada dyspozycji art. 433 pkt 4) ustawy Pzp, według której niedopuszczalne są postanowienia przewidujące możliwości ograniczenia zakresu zamówienia przez zamawiającego bez wskazania minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron.

Wobec powyższego Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SWZ i wykreślenie wspomnianych postanowień.

### **pytanie nr 7**

Projekt umowy – par. 7 ust. 2.3)

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości kary umownej za odstąpienie od umowy do części niezrealizowanej umowy zamiast wartości nominalnej umowy, tj. w § 7 ust. 2.3) projektu umowy zamiast zwrotu „kwoty wynagrodzenia umownego brutto o której mowa w par. 3 ust. 1 ” wpisanie zwrotu: „wartości niezrealizowanej części umowy”

Wskazanie 10% całkowitej wartości umowy za odstąpienie od części umowy jest nieadekwatne do szkody, którą Szpital może z tego tytułu ponieść.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości kary umownej liczonej od niezrealizowanej części umowy. Jednocześnie Zamawiający dokonuje poprawienia par. 7 ust. 2 pkt 3) Załącznika nr 5 do SWZ - propozycja umowy i nadaje mu treść:

3) w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn o których mowa w § 5 ust. 11 – w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia umownego brutto, o której mowa w § 3 ust. 1;

### **pytanie nr 8**

Czy Zamawiający będzie wymagał glukometru z wyrzutem testu paskowego jako higienicznej, bezpiecznej (brak kontaktu z materiałem biologicznym) i łatwej formy usunięcia testu paskowego?

### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

### **pytanie nr 9**

Czy Zamawiający będzie wymagał glukometru z zakresem pomiaru od 10mg/dl do 600 mg/dl?



40-024 Katowice  
ul. Powstańców 52

tel. (32) 609 31 40  
mail: wpr@wpr.pl  
www.wpr.pl

NIP: 954 22<sup>2</sup>60 707  
REGON: 270151110  
KRS: 0000020162

Santander Bank Polska SA: 03 1500 1445 1214 4003 4001 0000





## Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**pytanie nr 10**

Czy Zamawiający wymaga oznaczania glikemii w temp 4 - 45 st C bez wpływu na fałszowanie wyników?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**pytanie nr 11**

Czy Zamawiający wymaga pola aplikacji krwi na całej szerokości paska ułatwiającej pobieranie krwi w ekstremalnych warunkach sanitarnych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**pytanie nr 12**

Czy Zamawiający wymaga nakłuwaczy z trzema regulowanymi głębokościami nakłucia w jednym urządzeniu: 1,3 mm / 1,8 mm (przeznaczone dla noworodków i dzieci w wieku poniżej 1. r.ż.) / 2,3 mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**pytanie nr 13**

Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze z igłą 23G?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**pytanie nr 14**

Czy zamawiający wymaga aby Igła nakłuwacza była powleczone silikonem o trójstronnym szlifie ostrza co zapewnia delikatne nakłucie (średnica 0,63 mm, 23 G)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**pytanie nr 15**

Czy wymagają Państwo: glukometru, który spełnia normę EN ISO 15197:2015?

**Odpowiedź:**

Tak, zgodnie z SWZ.

**pytanie nr 16**

Czy wymagają Państwo: dołączenia do oferty certyfikatu z normy ISO 15197:2015 w języku polskim, wystawionego przez niezależną jednostkę notyfikowaną?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga. Szczegółowe wymagania zamawiającego zostały opisane w zmodyfikowanym załączniku nr 1a do SWZ.

**pytanie nr 17**

Czy wymagają Państwo:



40-024 Katowice  
ul. Powstańców 52

tel. (32) 609 31 40  
mail: wpr@wpr.pl  
www.wpr.pl

NIP: 954 22<sup>3</sup>60 707  
REGON: 270151110  
KRS: 0000020162

Santander Bank Polska SA: 03 1500 1445 1214 4003 4001 0000



## Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach

Potwierdzenie na spełnienie normy ISO 15197: 2015 w instrukcji pasków testowych w języku polskim?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga powyższego. Szczegółowe wymagania zamawiającego zostały opisane w zmodyfikowanym załączniku nr 1a do SWZ.

**pytanie nr 18**

Czy Zamawiający wymaga specyfikacji w rzeczonyj pozycji dla kompatybilnych z glukometrami pasków, aby do oferty przystępowały tylko hurtownie, które to reprezentują BEZPOŚREDNIO WYTWÓRCĘ wyrobu medycznego w tym przypadku producenta glukometrów i pasków do glukometru a nie DYTRYBUTORA? WYTWÓRCA zgodnie z obowiązującą Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 10 maja 2010 (z późniejszymi zmianami), Art. 45) odpowiedzialny jest za projektowanie, wytwarzanie, pakowanie i prawidłowe oznakowanie wyrobu. Aby spełnić obowiązki narzucone przez ww. ustawę, WYTWÓRCA musi utrzymywać System Zarządzania Jakością, podczas gdy, DYTRYBUTOR jest tylko podmiotem mającym miejsce zamieszkania lub siedzibę w państwie członkowskim, który dostarcza lub udostępnia wyrób na rynku (Art. 1, punkt 12). DYTRYBUTOR nie ma obowiązku posiadania dokumentacji wyrobu medycznego, nie ma zatem wglądu w jej zawartość i kompletność, w związku z powyższym bardzo często posługuje się oświadczeniami, a nie dokumentami wydanymi przez niezależne jednostki notyfikujące. Tym samym Producent odpowiada za każdy etap powstawania wyrobu medycznego, nie tworzy oświadczeń tylko posiada stosowne certyfikaty pod dany sprzęt.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**pytanie nr 19**

Czy Zamawiający wymaga glukometr, którego pamięć wynosi co najmniej 600 ostatnich pomiarów?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**pytanie nr 20**

Czy Zamawiający wymaga glukometr z podświetlaną szczeliną paskową oraz z podświetlonym ekranem?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**pytanie nr 21**

Czy Zamawiający wymaga system do monitorowania glukozy z funkcją Dual Color, który pomaga szybko zinterpretować wynik poziomu glikemii (po wykonaniu pomiaru, na glukometrze pojawia się kolor zielony/czerwony w zależności od poziomu glikemii Pacjenta)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**pytanie nr 22**

Czy Zamawiający wymaga glukometr, który wyświetla symbol ostrzeżenia ketonowego w przypadku wyniku większego lub równego 240 mg/dl (13,3 mmol/l)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.



40-024 Katowice  
ul. Powstańców 52

tel. (32) 609 31 40  
mail: wpr@wpr.pl  
www.wpr.pl

NIP: 954 22<sup>4</sup>60 707  
REGON: 270151110  
KRS: 0000020162

Santander Bank Polska SA: 03 1500 1445 1214 4003 4001 0000





## Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach

### pytanie nr 23

#### Zadanie nr 11 – resuscytatory jednorazowe.

Dotyczy pozycji 1 Czy Zamawiający dopuści zestaw do resuscytacji jednorazowego użytku dla dorosłych. Worek samorozprężalny do wentylacji mechanicznej pacjenta z zaworem ciśnieniowym 60 cm H<sub>2</sub>O. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

### pytanie nr 24

#### Zadanie nr 11 – resuscytatory jednorazowe.

Dotyczy pozycji 2 Zestaw do resuscytacji jednorazowego użytku dla noworodków z masą ciała < 7 kg. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

### pytanie nr 25

#### Zadanie nr 11 – resuscytatory jednorazowe

Dotyczy pozycji 3 Zestaw do resuscytacji jednorazowego użytku dla dzieci 7 - 30 kg. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

### pytanie nr 26

#### Zadanie 2 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opak. a'25 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

### pytanie nr 27

#### Zadanie 2 pozycja 2-4

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opak. a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

### pytanie nr 28

#### Zadanie 2 pozycja 5,7

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opak. a'50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

### pytanie nr 29

#### Zadanie 2 pozycja 6

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu do infuzji z komorą kroplową zaopatrzoną w dodatkowe skrzydełka dociskowe ułatwiające wkucie w pojemniki z płynami?



40-024 Katowice  
ul. Powstańców 52

tel. (32) 609 31 40  
mail: wpr@wpr.pl  
www.wpr.pl

NIP: 954 22<sup>5</sup>60 707  
REGON: 270151110  
KRS: 0000020162

Santander Bank Polska SA: 03 1500 1445 1214 4003 4001 0000



## Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

**pytanie nr 30**

Zadanie 2 pozycja 6

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu wyposażonego na końcu drenu w koreczek typu PrimeStop / Air Pass z hydrofobową membraną, który umożliwi wypełnienie drenu bez przypadkowego zanieczyszczenia oraz zabezpieczy przed wyciekaniem płynu?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

**pytanie nr 31**

Zadanie 3 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści worek na wymiociny o następującym opisie:

- wykonany z wytrzymałej, przezroczystej folii LDPE w kolorze niebieskim lub czerwonym, umożliwiającej obserwację wydzieliny
- szeroki wlot worka zabezpieczony polipropylenowym kołnierzem
- obręcz kołnierza w kształcie koła zapewnia pewny chwyt, ułatwia manewrowanie workiem zmniejszając ryzyko zanieczyszczenia treścią
- kołnierz wyposażony w specjalne nacięcie umożliwiające zamknięcie worka i higieniczną utylizację treści wymiotnej - „skręć i zaczepl”
- pojemność całkowita worka: 2000 ml
- dokładna skala pomiarowa (od 10 ml do 100 ml co 10 ml (liczbowo co 20 ml) i od 100 do 2000 ml co 100 ml) umieszczona na worku, pozwala na dokładne oszacowanie objętości płynu
- kierunek odczytu skali dla małych objętości oznaczony grotem
- nazwa wyrobu, nazwa producenta oraz obrazkowa instrukcja użycia nadrukowane bezpośrednio na worku
- nie zawiera lateksu
- nie zawiera ftalanów
- jednorazowego użytku
- niesterylny
- okres trwałości: 5 lat?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**pytanie nr 32**

Zadanie 3 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opak. a'20 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**pytanie nr 33**

Zadanie 3 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści pojemniki 2l ze średnicą górną 109 mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.



40-024 Katowice  
ul. Powstańców 52

tel. (32) 609 31 40  
mail: wpr@wpr.pl  
www.wpr.pl

NIP: 954 22<sup>6</sup>60 707  
REGON: 270151110  
KRS: 0000020162

Santander Bank Polska SA: 03 1500 1445 1214 4003 4001 0000





## Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach

### **pytanie nr 34**

#### Zadanie 3 pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści pojemniki okrągłe?

#### **Odpowiedź:**

Nie, zgodnie z SWZ. Zamawiający wymaga pojemników płaskich.

### **pytanie nr 35**

#### Zadanie 3 pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści płachtę do przykrywania zwłok 220x90cm?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

### **pytanie nr 36**

#### Zadanie 3 pozycja 21

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie, który jest aktualnie dostarczany do szpitala?

1 x Miska nerkowata PVC 12cm x 18cm

5 x Tupfer gazowy bez nitki RTG 17N 20cm x 20cm

1 x Pojemnik okrągły poj. 120ml

2 x Kompres z gazy 13N 8W 7,5cm x 7,5cm

1 x Pęseta plastikowa zielona 13cm

1 x Serweta chirurgiczna 50cm x 75cm 2-warstwowa, z centralnym otworem o śr. 7cm

2 x Rękawice diagn. lateksowe bezpudrowe rozm.M

1 x Żel do znieczulenia błon śluzowych

1 x Strzykawka z wodą i gliceryną 10 ml

1 x Serweta chirurgiczna 50cm x 70cm 2-warstwowa, z warstwą celulozową?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

### **pytanie nr 37**

#### Zadanie 3 pozycja 29

Czy Zamawiający dopuści zestaw porodowy, który w pakiecie III posiada:

1 szt opaska identyfikacyjna dla noworodków

1 szt kocyk dla noworodka 100 x 60 cm

2 szt ręczniczki do rąk

1 szt pielucha dla noworodka

1 szt podpaska higieniczna

1 szt torba foliowa na łożysko

Pozostałe parametry i skład pakietów I i II zgodne z opisem SWZ.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

### **pytanie nr 38**

#### Zadanie 3 pozycja 31

Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli medycznej zawierający dodatkowo poszewkę na poduszkę o wymiarach 70 x 80 cm?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.



40-024 Katowice  
ul. Powstańców 52

tel. (32) 609 31 40  
mail: wpr@wpr.pl  
www.wpr.pl

NIP: 954 22<sup>7</sup>60 707  
REGON: 270151110  
KRS: 0000020162

Santander Bank Polska SA: 03 1500 1445 1214 4003 4001 0000



## Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach

### pytanie nr 39

#### Zadanie 4 pozycja 1-4, 7

Czy Zamawiający oczekuje wyrobu sterylnego (jałowego) pozbawionego zdolnych do życia drobnoustrojów w ich formach wegetatywnych jak i przetrwalnikowych, którego jałowość osiągnana jest poprzez proces sterylizacji (tlenkiem etylenu), tym samym bezpiecznego dla pacjenta, minimalizującego ryzyko wprowadzenia zakażenia w drogi oddechowe?

#### Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

### pytanie nr 40

#### Zadanie 4 pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści prowadnice dostępne w następujących rozmiarach:

ROZMIAR	ŚREDNICA	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA	DŁUGOŚĆ ROBOCZA	ROZMIAR RURKI
6 Fr	2.0 mm	310 mm ( $\pm 10$ )	250 mm ( $\pm 5$ )	od 2,0 do 4,0
10 Fr	3.3 mm	390 mm ( $\pm 10$ )	350 mm ( $\pm 5$ )	od 4,5 do 6,5
14 Fr	4.7 mm	390 mm ( $\pm 10$ )	355 mm ( $\pm 5$ )	od 7,0 do 10,0

#### Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

### pytanie nr 41

#### Zadanie 4 pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne z mankietem bez średnicy mankieta na baloniku kontrolnym?

#### Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

### pytanie nr 42

#### Zadanie 4 pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści prowadnice do trudnych intubacji dostępne tylko w rozmiarze 5,0/800mm?

#### Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

### pytanie nr 43

#### Zadanie 4 pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści rurki nosowo-gardłowe bez lubrykantu?

#### Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

### pytanie nr 44

#### Zadanie 4 pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści łyżki mikrobiologicznie czyste Macintosh w rozmiarach 1, 2, 3, 4 oraz Miller 0, 1, 2?

#### Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.





# Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach

## pytanie nr 45

### Zadanie 4 pozycja 18

Czy Zamawiający oczekuje rękojeści metalowej czy wykonanej z tworzywa sztucznego?

#### Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje rękojeści jednorazowego użytku, materiał z którego wykonana jest rękojeść może być dowolny.

## pytanie nr 46

### Zadanie 4 pozycja 20

Czy Zamawiający dopuści filtr bakteryjno-wirusowy dla dorosłych z wymiennikiem ciepła i wilgoci HME o następującym opisie:

Tworzywa:

- obudowa: SBC / PP
- medium filtracyjne: PP
- medium HME: PUR pokryte CaCl<sub>2</sub>
- zatyczka portu CO<sub>2</sub>: PE

Parametry:

- objętość oddechowa (V<sub>T</sub>): 300 – 1500 ml
- przestrzeń martwa: 45 ml
- waga: 29 g
- skuteczność bakteryjna: 99,9999%
- skuteczność wirusowa: 99,9995%

opór przepływu:

wartość przepływu	faza wdechu	faza wydechu
0,5 l / s	1,4 hPa	1,3 hPa
1,0 l / s	3,3 hPa	3,2 hPa
1,5 l / s	5,5 hPa	5,4 hPa

skuteczność nawilżania:

V <sub>T</sub> = 500 ml	11,1 mg / l
V <sub>T</sub> = 750 ml	12,0 mg / l
V <sub>T</sub> = 1000 ml	13,9 mg / l

- połączenia: 22F / 15M – 22M / 15F
- port CO<sub>2</sub> zabezpieczony koreczkiem luer lock
- nie zawiera lateksu
- nie zawiera ftalanów
- jednorazowego użytku
- sterylizowany tlenkiem etylenu
- opakowanie: folia / papier

#### Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

## pytanie nr 47

### Zadanie 6 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe w opak. a'200 szt. oraz ich wycenę z odpowiednim przeliczeniem ilości?

#### Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

## pytanie nr 48

### Zadanie 6 pozycja 1

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania rękawic czystych mikrobiologicznie, zbadanych zwalidowaną metodą badawczą - potwierdzone raportem wystawionym przez akredytowane laboratorium?

#### Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

## pytanie nr 49

### Zadanie 9 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści kaniule dożylnie bez filtra hydrofobowego oraz w rozmiarze 14 G 2,0x45



40-024 Katowice  
ul. Powstańców 52

tel. (32) 609 31 40  
mail: wpr@wpr.pl  
www.wpr.pl

NIP: 954 22<sup>9</sup>60 707  
REGON: 270151110  
KRS: 0000020162

Santander Bank Polska SA: 03 1500 1445 1214 4003 4001 0000



## Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach

(Dozostałe rozmiary zgodne z SWZ), takie jak dotychczas stosowane w Państwa placówce i nie będące przedmiotem reklamacji?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**pytanie nr 50**

Zadanie 9 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści kaniule dożylnie wykonane z poliuretanu bez zastawki antyzwrotnej, w rozmiarze 14 G 2,0x45 (pozostałe rozmiary zgodne z SWZ)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**pytanie nr 51**

Zadanie 11 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści resuscytator dla dorosłych o masie ciała >33 kg, z workiem samorozprężalnym z zaworem ciśnieniowym 60 cm H<sub>2</sub>O, z jedną maską w rozmiarze 5 (lub dodatkowo dopakowaną maską w rozmiarze 4)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**pytanie nr 52**

Zadanie 11 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści resuscytator pediatryczny noworodkowy w zestawie z jedną maską w rozmiarze 1 (lub dodatkowo dopakowaną drugą maską w rozmiarze 0)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**pytanie nr 53**

Zadanie 11 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści resuscytator pediatryczny dla pacjentów o masie ciała 10 kg ~ 33 kg w zestawie z jedną maską w rozmiarze 2 (lub dodatkowo dopakowaną drugą maską w rozmiarze 3)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**pytanie nr 54**

Pakiet 5, poz. 1, 3

Czy Zamawiający oczekuje aby glukometr dawał możliwość wykrywania zbyt małej ilości krwi w czasie pomiaru wraz z możliwością dołożenia brakującej próbki krwi?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**pytanie nr 55**

Pakiet 5, poz. 1, 3

Czy Zamawiający oczekuje aby glukometr dawał możliwość wykonania ponad 2500 pomiarów na jednym zestawie baterii pastylkowych?





## Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**pytanie nr 56**

Pakiet 5, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze w rozmiarze 23G?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**pytanie nr 57**

Zadanie nr 2 poz. 2-4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę strzykawek za op. a'100 szt, z odpowiednim przeliczeniem do pełnych opakowań?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**pytanie nr 58**

Zadanie nr 2 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę strzykawek za op. a'50 szt, z odpowiednim przeliczeniem do pełnych opakowań?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**pytanie nr 59**

Zadanie nr 2 poz. 6

Czy Zamawiający wymaga przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez łącznika i igły, dren 150cm - komora kroplowa wykonana z PVC o długości 55mm (w części przezroczystej), odpowietrznik zaopatrzone w filtr powietrza o min. skuteczności filtracji BFE 99,999994%, VFE 99,9996% stanowiący system zamknięty zgodnie z definicją NIOSH (potwierdzone oświadczeniem producenta), całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorecza ostra ścięta trójpłaszczyznowo, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły bioreczej po użyciu, filtr płynu o średnicy oczek 15 µm, dren zakończony przezroczystym łącznikiem Luer-Lock, opakowanie kolorystyczne folia-papier z nadrukowaną nazwą producenta i nr katalogowym, sterylny?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**pytanie nr 60**

Zadanie nr 2 poz. 6

Czy Zamawiający wymaga, aby przyrząd posiadał igłę bioreczą dwukanałową, ściętą dwupłaszczyznowo; hydrofobowy filtrem powietrza, zatyczkę filtra hydrofobowego; dużą komora kroplową (powyżej 60 mm w części przezroczystej); filtr płynu o wielkości oczek 15 µm, zaciskacz rolkowy z miejscem na igłę oraz logiem producenta, łącznik stożkowy luer lock, osłonkę łącznika luer lock. Przyrząd bez lateksu, bez zawartości ftalanów (oznaczenie na opakowaniu jednostkowym), sterylizowany EO, dren 150cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.



## Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach

### **pytanie nr 61**

#### Zadanie nr 2 poz. 6

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania przyrządów z filtrem odpowietrzającym o skuteczności filtracji bakteryjnej min. 99,999941% i wirusowej min. 99,99964%, stanowiący system zamknięty w rozumieniu definicji NIOSH?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

### **pytanie nr 62**

#### Zadanie nr 2 poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kranika trójdrożnego wykonanego z poliwęglanu, posiadający optyczny i wyczuwalny identyfikator położenia otwarty/zamknięty co 45 stopni, urządzenie jest szczelne do 5 barów (72,5 PSI), przestrzeń martwa; objętość wypełnienia 0,4ml, wszystkie wyjścia kranika zabezpieczone koreczkami, sterylne (EO), nietoksyczne i niepirogenne?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

### **pytanie nr 63**

#### Zadanie nr 3 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie worka na wymiociny, o następujących parametrach: pojemność 1500 ml, skalowana co 100ml; wytrzymała torba o szerokim okrągłym otworze wlotowym zaprojektowana do wygodnego i łatwego użycia, wyposażona w plastikowy uchwyt zapewniający higieniczne i proste zamknięcie po napełnieniu typu Twist & Lock, odcina źródło przykrego zapachu i uniemożliwi wydostanie się zawartości, nazwa producenta nadrukowana na wyrobie?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

### **pytanie nr 64**

#### Zadanie nr 3 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika j.u. na zużyte wenflony poj. 2 l okrągły wykonanego z polipropylenu, wysokość całkowita 210mm, otwór wrzutowy 100x70mm, szerokość podstawy górnej 130mm?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

### **pytanie nr 65**

#### Zadanie nr 3 poz. 2,3

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pojemników wykonanych z polipropylenu? Tylko taki materiał zapewnia odporność na przebicie i elastyczność pojemnika a także pozwala na efektywne spalanie zebranego materiału?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

### **pytanie nr 66**

#### Zadanie nr 3 poz. 2,3

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pojemników (0,7L; 1L; 2L; 3-3,5L; 5L) pakowanych w kartonowe opakowania zbiorcze, która ułatwiają transport i magazynowanie a także znacznie lepiej zabezpieczają produkt przed uszkodzeniem?



40-024 Katowice  
ul. Powstańców 52

tel. (32) 609 31 40  
mail: wpr@wpr.pl  
www.wpr.pl

NIP: 954 22 60 707  
REGON: 270151110  
KRS: 0000020162

Santander Bank Polska SA: 03 1500 1445 1214 4003 4001 0000





## Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**pytanie nr 67**

Zadanie nr 3 poz. 2,3

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pojemników wykonanych w technologii wtrysku pod wysokim ciśnieniem? Obecnie na rynku dostępne są również pojemniki na odpady medyczne produkowane w technologii rozdmuchu, co sprawia, że powstałe pojemniki mogą posiadać zniekształcenia i zmienną, nie jednolitą grubość ścianki. Rozdmuch jest metodą dedykowaną do opakowań o stosunkowo małej grubości ścianki i niewygórowanych wymaganiach technicznych (np. butelka PET, które nie są odporne na przebicie). Tylko metoda wtrysku pod wysokim ciśnieniem gwarantuje odpowiednią strukturę i twardość pojemników oraz jednakową grubość ścianek na całej powierzchni, co zapewnia zgodną z obowiązującą normą odporność na przebicie, a w rezultacie zapewnia odpowiednie bezpieczeństwo personelu medycznego podczas użytkowania?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**pytanie nr 68**

Zadanie nr 3 poz. 2,3

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane pojemniki (0,7L; 1L; 2L; 3-3,5L; 5L) posiadały szczelne zamknięcie, uniemożliwiające przeciekanie płynów?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**pytanie nr 69**

Zadanie nr 3 poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wziernika usznego niesterylnego, plastikowego dla dorosłych, 4,00 mm, w op. 250 szt.?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**pytanie nr 70**

Zadanie nr 3 poz. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wziernika usznego niesterylnego, plastikowego dla dorosłych, 2,5 mm, w op. 250szt.?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**pytanie nr 71**

Zadanie nr 9 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści kaniulę dożylną o następujących parametrach:

- igła wykonana ze stali nierdzewnej
- osłona igły: polipropylen
- cewnik wykonane z teflonu PTFE
- wyposażona w skrzydełka
- wyposażona w koreczek portu górnego barwiony kolorystycznie zależnie od rozmiaru
- z portem bocznym
- 4 linie RTG
- brak lateksu



## Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach

- nie zawiera ftalanów
- zastawka antyzwrotna
  - jałowa, okres trwałości 5 lat
  - instrukcja użytkowania w opakowaniu pośrednim 50 szt.
  - w rozmiarach:
    - 24G 0,7x19 mm przepływ min. 18ml/min.
    - 22G 0,9x25 mm przepływ min. 33ml/min.
    - 20G 1,1x32 mm przepływ min. 55ml/min.
    - 18G 1,3x45 mm przepływ min. 85ml/min.
    - 16G 1,8x45 mm przepływ min. 200ml/min.
    - 14G 2,1x45 mm przepływ min. 270ml/min.?

### Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

### pytanie nr 72

#### Zadanie nr 9 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści Kaniula dożylna wykonana z wysoce termowrażliwego, biokompatybilnego PTFE, wyposażona w zastawkę antyzwrotną hamującą wypływ krwi, w 4 paski RTG inkorporowane w materiał cewnika, port boczny kodowany kolorystycznie, wyposażony w zastawkę do wstrzyknięć, samodomykający się korek portu bocznego typu "click". Zawias koreczka ustawiony fabrycznie pod kątem ok. 45 stopni do cewnika co ogranicza możliwość odklejenia kaniuli w czasie otwierania/zamykania, ścięcie igły typu "Back Cut". Bez zawartości lateksu i PVC, logo producenta umieszczone bezpośrednio na kaniuli, skrzydełka z 3 otworami do przyszycia. Wymagane rozmiary i przepływy : 22G/25mm (0,9) 36ml/min; 20G/32mm (1,1) 60ml/min; 18G/45mm (1,3) 90ml/min; 17G/45mm (1,5) 125ml/min; G16/45mm (1,7) 180ml/min; G14/45mm (2,1) 270ml/min. ?

### Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

### pytanie nr 73

Ze względu na fakt, że w praktyce pracy szpitali pobrania krwi w celu pomiaru glikemii we krwi żyłnej, wykonywanego za pomocą glukometru nie są w praktyce wykonywane (zwłaszcza jeśli istnieje możliwość łatwiejszego pobrania próbki z miejsca AST i jej późniejszego wykorzystania w celu oznaczenia glukozy) prosimy o dopuszczenie w Zadaniu nr 5 pasków testowych przeznaczonych do wykonywania pomiarów we krwi kapilarnej pacjentów niezależnie od ich wieku, w tym również u noworodków.

### Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

### pytanie nr 74

Czy Zamawiający dopuszcza i wymaga zaoferowanie pasków testowych do glukometru z możliwością oznaczania glukozy o dzieci i osób dorosłych do wartości 60%, oraz do wartości 70% u noworodków. Podany przez Zamawiającego zakres do 65% jest zbyt wąski aby mierzyć glikemię u noworodków.

### Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.





## Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach

### pytanie nr 75

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane w Zadaniu nr 5 paski testowe były wyrobem refundowanym przez MZ w dniu złożenia oferty?

#### Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

### pytanie nr 76

Ponieważ na rynku funkcjonuje oferent posiadający paski testowe, których instrukcje i opakowania zawierają różniące się od siebie informacje dotyczące dopuszczalnego zakresu temperatury przechowywania pasków testowych, czy Zamawiający wymaga, aby takie informacje były jednolite i identyczne na opakowaniu i w instrukcji pasków testowych zaoferowanych Zadaniu 5?

#### Odpowiedź:

Zamawiający każdorazowo dokonuje badania oferty pod kątem zgodności z wymogami SWZ. W przypadku wszelkich rozbieżności w zakresach dopuszczalności użytkowania w określonej temperaturze, Zamawiający może wziąć pod uwagę wartości w granicach pokrywających się w treści Instrukcji, treści opakowania oraz pozostałych dokumentów.

### pytanie nr 77

Jeden z wykonawców oferuje paski testowe, których okres przydatności do użycia jest zależny od miejsca przechowywania całego opakowania z paskami, co jest niezgodne z obowiązującymi normami. Czy Zamawiający działając w interesie pacjentów (wiarygodne wyniki), wymaga takiego samego czasu przydatności pasków testowych zaoferowanych w Zadaniu 5 po otwarciu fiolki niezależnie od konkretnego miejsca/placówki, w którym przechowywane jest całe opakowanie z paskami?

#### Odpowiedź:

Zamawiający stawiał żądanie jedynie o minimalnym terminie przydatności do użycia w SWZ.

### pytanie nr 78

#### Zadanie nr 6

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu wewnętrznej polimeryzacji i zgodę na zaoferowanie rękawic jedynie wewnętrznie chlorowanych. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

#### Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę i zmienia załącznik nr 1 do SWZ.

### pytanie nr 79

#### Pytania do projektu umowy:

1) Wnosimy o modyfikację § 5 ust. 10 projektu umowy poprzez wydłużenie terminu realizacji reklamacji do 5 dni roboczych.

#### Odpowiedź:

Z uwagi na fakt, że termin realizacji zamówienia częściowego powinien mieścić się w przedziale od 2 do 4 dni roboczych Zamawiający wyraża zgodę przedłużenie terminu realizacji reklamacji, jednak nie dłużej niż 4 dni robocze, i w związku z tym dokonuj modyfikacji § 5 ust. 10 załącznika nr 5 do SWZ i nadaje mu treść:

„10. Dostarczenie wolnego od wad przedmiotu umowy lub uzupełnienie brakującej ilości (uznana przez Wykonawcę reklamacja) nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy nie później niż w ciągu 4 dni roboczych od dnia rozpatrzenia reklamacji.”





## Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach

2) Wnosimy o modyfikację § 7 ust. 2 pkt 3) projektu umowy poprzez obniżenie przewidzianej nim kary umownej do wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy. **UZASADNIENIE:** Podkreślamy, że Zamawiający kształtując wysokość kar umownych w projekcie umowy powinien mieć na uwadze, że wysokość ta nie powinna prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia zamawiającego czy naruszenia zasady proporcjonalności, określonej w art. 16 ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.). Kara umowna jako surogat odszkodowania, powinna zmierzać do naprawienia szkody wyrządzonej zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania świadczenia niepieniężnego, natomiast nie powinna stanowić dla niego źródła dodatkowego zysku (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 września 2010 r., V ACa 267/10).

### Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości kary umownej liczonej od niezrealizowanej części umowy.

Wysokość ewentualnej kary umownej została oszacowana z należytą starannością i w żadnym wypadku nie narusza art. 353<sup>1</sup> k.c. Celem zastrzeżenia kary jest jej funkcja odszkodowawcza, gdyż co do zasady kara jest surogatem odszkodowania należnego z tytułu szkody spowodowanej naruszeniem zobowiązania niepieniężnego, którego swoistość polega na uprzednim zryczałtowaniu. Zatem określenie kary na poziomie przewidzianym w projekcie umowy nie narusza przepisów, w szczególności zasady swobody umów i jest rozwiązaniem powszechnie stosowanym w obrocie handlowym (również w odniesieniu do ustalonej wysokości kary). Co więcej Zamawiający musi mieć zagwarantowany dostęp do sprzętu i wymaga to zastosowania instrumentów umownych, które będą zmierzały do jak najpełniejszego tj. należytego i terminowego realizowania przedmiotu umowy.

Jednocześnie zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 7 Zamawiający dokonuje poprawienia par. 7 ust. 2 pkt 3) Załącznika nr 5 do SWZ - propozycja umowy i nadaje mu treść:

3) w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn o których mowa w § 5 ust. 11 – w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia umownego brutto, o której mowa w § 3 ust. 1;”

3) Wnosimy o modyfikację § 12 projektu umowy poprzez dookreślenie że w przypadku zmiany stawki podatku VAT na towary dostarczane w ramach przedmiotowej umowy zmiana taka następować będzie automatycznie z dniem wejścia w życie właściwych przepisów i dla swojej ważności nie wymaga zawarcia aneksu w formie pisemnej. **UZASADNIENIE:** Wysokość stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia jest czynnikiem cenotwórczym, niezależnym do swobodnego uznania i woli Stron. Zmiana stawki podatku VAT następuje bowiem w drodze zmiany właściwej ustawy, w dniu oznaczonym przez ustawodawcę, a Strony nie mogą się uchylać od jej skutków i zobowiązane są ponosić związane z nią koszty w terminach i na zasadach określonych przez ustawodawcę. W ocenie Wykonawcy, w kontekście powyższego, obciążanie Wykonawcy skutkami tejże zmiany lub skutkami ewentualnego opóźnienia w jej wprowadzaniu, tj. uzależnieniem zmiany ceny brutto w związku ze zmianą stawki podatku VAT od podpisania stosownego aneksu do umowy, stoi w sprzeczności z przepisami podatkowymi.

### Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Artykuł 436 pkt 4 lit. b) pzp nakłada obowiązek wprowadzenia do umowy zawartej na okres dłuższy niż 12 miesięcy, postanowień o zasadach wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług. Ustawodawca nakładając na zamawiającego obowiązek opisania zasad wprowadzenia zmian wynagrodzenia wykonawcy, pozostawił zamawiającemu swobodę określenia mechanizmu wprowadzenia tych zmian. Artykuł 436 pkt 4 lit. b) p.z.p. został skonstruowany w taki sposób, że uzależnia wprowadzenie odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy od ewentualnego wpływu zmiany przepisów prawa na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę, zatem Zamawiający nie ma obowiązku przyjęcia, że zmiana następuje automatycznie.



40-024 Katowice  
ul. Powstańców 52

tel. (32) 609 31 40  
mail: wpr@wpr.pl  
www.wpr.pl

NIP: 954 22<sup>16</sup> 60 707  
REGON: 270151110  
KRS: 0000020162

Santander Bank Polska SA: 03 1500 1445 1214 4003 4001 0000





## Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach

4) Wnosimy o modyfikację § 12 projektu umowy poprzez dodanie ust. 4 o treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w drodze zawarcia aneksu w formie pisemnej.” **UZASADNIENIE:** Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążony ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę i wyjaśnia, że zasady zmiany wynagrodzenia związane ze wzrostem kosztów realizacji zamówienia zostały opisane w § 13 załącznika nr 5 do SWZ – propozycja umowy.

### **pytanie nr 80**

Zadanie nr 1, pozycja nr 4 – Czy zamawiający dopuści elektrodę z żelam półpłynnym?

### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

### **pytanie nr 81**

Zadanie nr 1, pozycja nr 4 – Czy zamawiający dopuści elektrodę bez języczka?

### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

### **pytanie nr 82**

Zadanie nr 1, pozycja nr 5 – Czy zamawiający dopuści elektrody bez języczka?

### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

### **pytanie nr 83**

Zadanie nr 3, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści worek na wymiociny o pojemności 1500 ml, z szerokim wygodnym otworem wlotowym zapobiegającym rozlaniu treści, plastikową obręczą umożliwiającą łatwy chwyt i obsługę zmniejszając ryzyko zanieczyszczenia?

### **Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ.

### **pytanie nr 84**

Zadanie nr 3, pozycja nr 7, 8 – Czy zamawiający dopuści opakowanie a'250 sztuk z przeliczeniem ilości?

### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

### **pytanie nr 85**

Zadanie nr 3, pozycja nr 7 – Czy zamawiający dopuści wzierniki dla dorosłych 4mm?

### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

### **pytanie nr 86**

Zadanie nr 3, pozycja nr 20 – Czy zamawiający dopuści łącznik niejalousy?



## Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach

### Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

### pytanie nr 87

Zadanie nr 3, pozycja nr 21 – Czy zamawiający dopuści równoważny zestaw o składzie:

- 1x serweta z laminatu FB 60x50 cm
- 1x serweta z laminatu FB 60x50 cm z otworem 5 cm
- 1x pęseta plastikowa, anatomiczna, zielona, 13 cm
- 1x kleszczyki plastikowe pean, niebieskie, 13 cm
- 2x rękawica Ambulex Nitril, niepodudrowana, roz. M
- 8x kompres gazowy 17-nitkowy, 8-warstwowy, 7,5x7,5 cm
- 5x tupper "kula" 17-nitkowy, 20x20 cm
- 1x woda z gliceryną w strzykawce 10 ml, luer
- 1x żel do cewnikowania w strzykawce 6 ml, luer
- 1x pojemnik okrągły plastikowy, pojemność: 125 ml, wysokość: 3 cm, transparentny ze skalą?

### Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

### pytanie nr 88

Zadanie nr 4, pozycja nr 8 – Czy zamawiający dopuści przewodnice do rurek intubacyjnych w rozmiarach: 2,0mm / 255mm; 3,3mm / 340mm; 4,0mm / 340mm; 4,7mm / 340mm?

### Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

### pytanie nr 89

Zadanie nr 4, pozycja nr 14 – Czy zamawiający dopuści maskę krtaniową jednorazowego użytku z możliwością intubacji, bezłateksową, ukształtowaną zgodnie z budową anatomiczną gardła, posiadającą łukowaty kształt; rurka oraz mankiet stanowiące dwa osobne elementy połączone trwale ze sobą, bez wzmocnionego koniuszka, poślizgowa powierzchnia ułatwiająca zakładanie, wzmocnienie rurki przed przegryzieniem; informacja dotycząca rozmiaru, wagi pacjenta oraz objętości mankieta umieszczona na korpusie maski, balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki i numerem LOT, znacznik prawidłowego usytuowania maski umieszczony na rurce; jałowa, jednorazowego użytku, dostępne rozmiary: 1; 1 ½; 2; 2 ½; 3; 4; 5?

### Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

### pytanie nr 90

Zadanie nr 4, pozycja nr 16 – Czy zamawiający dopuści lubrykant dołączony osobno?

### Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

### pytanie nr 91

Zadanie nr 4, pozycja nr 16 – Czy zamawiający dopuści rurki z nieruchomym zabezpieczeniem przed całkowitym wsunięciem do nosogardzieli?

### Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.





## Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach

### pytanie nr 92

Zadanie nr 4, pozycja nr 17 – Czy zamawiający dopuści łyżki typu Miller w rozmiarach 0, 1, 2?

#### Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

### pytanie nr 93

Zadanie nr 10, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści kołnierz ortopedyczny z uformowanym podbródkiem, pokrytym pianką dopasowującą się do kształtu twarzy?

#### Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

### pytanie nr 94

Zadanie nr 10, pozycja nr 2 – 6 – Czy zamawiający dopuści szyny bez powleczenia?

#### Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

### pytanie nr 95

Zadanie nr 11, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści resuscytator dla dorosłych o masie ciała od 40kg?

#### Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

### pytanie nr 96

Zadanie nr 11, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści resuscytator dla dorosłych z zaworem ciśnieniowym 60 cm H<sub>2</sub>O?

#### Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

### pytanie nr 97

Zadanie nr 11, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści resuscytator dla dorosłych z jedną maską w komplecie (rozmiar 5) oraz drugą dołączoną osobno (rozmiar 4)?

#### Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

### pytanie nr 98

Zadanie nr 11, pozycja nr 2 – Czy zamawiający dopuści resuscytator z jedną maską w komplecie oraz drugą dołączoną osobno?

#### Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

### pytanie nr 99

Zadanie nr 11, pozycja nr 3 – Czy zamawiający dopuści resuscytator dla dzieci z jedną maską w komplecie (rozmiar 2) oraz drugą dołączoną osobno (rozmiar 3)?

#### Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.



40-024 Katowice  
ul. Powstańców 52

tel. (32) 609 31 40  
mail: wpr@wpr.pl  
www.wpr.pl

NIP: 954 22<sup>19</sup> 60 707  
REGON: 270151110  
KRS: 0000020162

Santander Bank Polska SA: 03 1500 1445 1214 4003 4001 0000



## Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach

### **pytanie nr 100**

pakiet 2, poz. 2-5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki j.u. z rozszerzoną skalą: 2-3 ml; 5-6 ml; 10-12 ml; lub 20-24 ml?

### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

### **pytanie nr 101**

pakiet 2, poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrządu do przetaczania krwi posiadający logo umożliwiające identyfikację wyrobu na zaciskaczu rolkowym?

### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

### **pytanie nr 102**

pakiet 9, poz. 4,5,7

Czy Zamawiający wydzieli poz. 4,5,7 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

### **pytanie nr 103**

Pytanie dotyczy zadania 8, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie linii próbkującej CO2 dla pacjentów zaintubowanych dorosłych BEZ złącza O2, technologia Microstream.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

### **pytanie nr 104**

Pytanie dotyczy zadania 8 i zapisów umowy par. 5 ust. 1

Prosimy o określenie minimalnej ilości sztuk jaka będzie zamawiana dla pojedynczego zamówienia dla pojedynczej jednostki pogotowia. Jest to niezbędne do wyceny kosztów przesyłek.

### **Odpowiedź:**

W przypadku zadania nr 8 Zamawiający przewiduje realizację umowy poprzez ok. 2 zamówienia do Katowic, ul. Powstańców 52.

### **pytanie nr 105**

dotyczy Zadanie nr 1 – pakiet do monitorowania poz. 12

Czy Zamawiający kierując się dobrem pacjenta oraz jego bezpieczeństwem będzie wymagał elektrod zalecanych przez producenta defibrylatora D700 (Opakowanie zawierające oryginalną (gotową do podłączenia bez otwierania opakowania) parę elektrod z przewodem o dł. 75 cm)? Pragniemy poinformować, że z oficjalnego pisma otrzymanego od producenta - firmy MEDIANA, które załączamy do niniejszego zapytania, jasno wynika, że żadne dostępne na rynku elektrody będące zamiennikiem elektrod do defibrylatora Mediana D700 nie posiadają autoryzacji producenta, tym samym producent nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe ich działanie i kompatybilność z defibrylatorami Mediana D700. Biorąc pod uwagę powyższe, należy mieć świadomość, że używając



40-024 Katowice  
ul. Powstańców 52

tel. (32) 609 31 40  
mail: wpr@wpr.pl  
www.wpr.pl

NIP: 954 22<sup>20</sup> 60 707  
REGON: 270151110  
KRS: 0000020162

Santander Bank Polska SA: 03 1500 1445 1214 4003 4001 0000





## Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach

nieautoryzowanych i niecertyfikowanych przez producenta elektrod nie mamy pewności czy w sytuacji zagrażającej życiu pacjenta zamienniki prawidłowo zadziałają i przyczynią się uratowania życia. Jedyne elektrody, które przeszły kontrolę jakości pod kątem współpracy z defibrylatorem Mediana D700 to elektrody wymagane i zalecane przez firmę MEDIANA.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ.

**pytanie nr 106**

Pakiet 6: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania rękawice nitrylowe z wewnętrzną warstwą chlorowaną?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę i zmienia załącznik nr 1 do SWZ.

**pytanie nr 107**

Pakiet 6: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania rękawice o minimalnej grubości ścianki na palcu od 0,05mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę i zmienia załącznik nr 1 do SWZ.

**pytanie nr 108**

pytania dotyczące umowy:

1. Czy Zamawiający zgadza się aby prawo do rozwiązania umowy przysługiwało mu w razie co najmniej trzykrotnego uchybienia po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy?

**odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z § 5 ust. 11 załącznika nr 5 do SWZ - propozycja umowy, prawo do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia przysługuje po uprzednim pisemnym wezwaniu do prawidłowej realizacji umowy w terminie nie krótszym niż 3 dni.

2. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 13 wzoru umowy został dodany punkt o następującej (lub podobnej) treści: „Strony mogą podwyższyć ceny jednostkowe wyjątkowo w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy; bądź w przypadku gdy suma miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3% - pod warunkiem uzgodnienia zmiany cen w aneksie do umowy”?

**odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SWZ. Zamawiający dopuszcza waloryzację w okresach półrocznych, w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług na poziomie 5%, zgodnie z zasadami określonymi w § 13 załącznika nr 5 do SWZ - propozycja umowy.

3. Jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony?



## Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach

### **odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z § 5 ust. 5 załącznika nr 5 do SWZ - propozycja umowy "Gwarantowana minimalna wartość zamówienia stanowi 50% kwoty, o której mowa w §3 ust. 1. Z tytułu ewentualnego niezrealizowania zamówienia na pełny zakres asortymentu objętego umową Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia finansowe lub prawne."

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kara umowna, o której mowa w §7 ust. 2 pkt 3) wynosiła 5% wartości brutto wynagrodzenia?

### **odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SWZ. Patrz też odpowiedzi na pytania nr 7, 79 pkt 2).

### **pytanie nr 109**

zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w zakresie zadania nr 6 rękawic o gładkiej powierzchni zew. z teksturą na końcach palców oraz powierzchni wew. chlorowanej w miejsce „powierzchnia zew. mikroteksturowana z dodatkową teksturą na końcach palców, powierzchnia wew. pokryta polimeryzowana i chlorowana”, pozostałe parametry bez zmian.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę i zmienia załącznik nr 1 do SWZ.

### **pytanie nr 110**

#### Zadanie 2, poz.6

Czy zamawiający wydzieli poz.6 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

### **pytanie nr 111**

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

### **pytanie nr 112**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

### **pytanie nr 113**

Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną





## Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach

identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**pytanie nr 114**

Czy zamawiający wymaga opakowania papier-folia? Zadanie 3, poz. 31

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**pytanie nr 115**

Czy zamawiający dopuści poszwy o wymiarach: na kołdrę 210 cm x 160 cm, na poduszkę 70 cm x 80 cm, prześcieradło 150 cm x 210 cm, o gramaturze 25 g/? m<sup>2</sup>, wykonana z włókniny polipropylenowej jednowarstwowej, z etykietą zgodną z przepisami regulującymi oznakowanie wyrobów medycznych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**pytanie nr 116**

Zadanie 3, poz. 1,5-9,14,19,31 - Czy zamawiający wydzieli poz. . 1,5-9,14,19,31 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**pytanie nr 117**

Zadanie 4, poz. 1-4,6-7 - Czy zamawiający wydzieli poz. 1-4,6-7 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**pytanie nr 118**

Zadanie nr 2, poz. 2-5 - Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawki w opakowaniu a 100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**pytanie nr 119**

Zadanie nr 2, poz. 6 - Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetoczeń płynów: bez ftalanów, igła z ostrym kolcem bez logo lub nazwy producenta na przyrządzie. Zaciskacz rolkowy z miejscem na dren, z końcem komory kroplowej zabezpieczonym plastikowa osłonką?



## Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach

### Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

### pytanie nr 120

Zadanie nr 9, poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści kaniulę do wlewów dożylnych, wykonaną z FEP, sterylna, nietoksyczna, apirogenna, antyalergiczna z portem bocznym do iniekcji, dwoma paskami kontrastującymi widocznymi w RTG, zastawką antyzwrotną, z cewnikiem zwężającym się ku ostrzu igły który ułatwia wprowadzenie kaniuli, uchwytem zakończonym zamykanym koreczkiem, z przezroczystą komorą kontrolną potwierdzającą prawidłowość wkłucia. Na opakowaniu informacje dotyczące: rozmiaru kaniuli (średnica i długość), przepływu, nazwy producenta, daty ważności, jak dotychczas

stosowane w Państwa placówce Rozmiar:  
14G (2,1x45mm) przepływ 305ml/min.;  
16G (1,7x45mm) przepływ 200ml/min.;  
18G (1,3x45mm) przepływ 90ml/min.;  
20G (1,1x32mm) przepływ 56ml/min.;  
22G (0,9x25mm) przepływ 36ml/min.;  
24G (0,7x19mm) przepływ 23ml/min?

### Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

### pytanie nr 121

Pytanie 1 dotyczy zadania nr 8

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga w zadaniu 8 w pozycji 1 linii do pomiaru kapnografii wraz z adapterem zakładanym na rurkę intubacyjną? Wejście do urządzenia Microstream. Przykładowa linia jak na zdjęciu.

### Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

### pytanie nr 122

Pytanie 2 dotyczy zadania nr 8

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający w zadaniu 8 poz. 2 wymaga linii do pomiaru kapnografii dla pacjentów niezaintubowanych z końcówką ustno-nosową umożliwiającą dodatkową podaż tlenu. Wejście do urządzenia Microstream.

### Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

### pytanie nr 123

Pytanie 3 dotyczy zadania nr 8

Prosimy o doprecyzowanie długości wymaganych linii pomiarowych w zadaniu 8 w poz. 1 i poz. 2. Linie dostępne są w długości 2 m lub 4 m.

### Odpowiedź:

Zamawiający wymaga linii pomiarowych min. 2 m.

### pytanie nr 124

Pytanie 4 dotyczy zadania nr 8

Prosimy o dopuszczenie w zadaniu 8 poz. 1 i poz. 2 linii w opakowaniach zbiorczych po 25 szt. i podanie ceny jednostkowej w formularzu za opakowanie z odpowiednim przeliczeniem na sztuki wymagane w SWZ.



40-024 Katowice  
ul. Powstańców 52

tel. (32) 609 31 40  
mail: wpr@wpr.pl  
www.wpr.pl

NIP: 954 224 60 707  
REGON: 270151110  
KRS: 0000020162

Santander Bank Polska SA: 03 1500 1445 1214 4003 4001 0000





## Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach

### Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

II. Odpowiedzi stanowią integralną część SWZ i będą wiążące podczas terminu składania ofert.

**Zmodyfikowany SWZ, zmodyfikowany załącznik nr 1a do SWZ oraz zmodyfikowaną propozycję umowy – załącznik nr 5 do SWZ zamawiający zamieści na platformie zakupowej po upływie 48 godz. od potwierdzenia przez UPUE otrzymania ogłoszenia.**

Odpowiedzi udzielili: Michał Kucap, Jarosław Domański

Pismo sporządziła: Katarzyna Będkowska

Pismo akceptowała: Karina Przybyła

**DYREKTOR**  
Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego  
w Katowicach  
Łukasz Pach

