

Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2021
L. dz. CEZ - 469/21

Warszawa, 30.11.2021 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na dostawę profilometru optycznego wraz ze stołem wyposażonym w system aktywnej kompensacji drgań oraz stanowiskiem komputerowym wyposażonym w oprogramowanie do obsługi urządzenia wraz z instruktażem pracowników Zamawiającego z obsługi urządzenia i oprogramowania.

Zamawiający, Politechnika Warszawska, Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, informuje, że w dniu 29.11.2021 r. wpłynęły zapytania do ww. postępowania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej SWZ. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieszcza poniżej.

Pytanie 1.

Dotyczy punktu 1) profilometr optyczny o następujących parametrach, d) zestaw kompatybilnych obiektywów w uchwycie rewolwerowym, iii) obiektyw interferometryczny o powiększeniu 10x, „z polem widzenia: 1600x1200mm lub większym, z odległością roboczą 7mm lub wyższą, umożliwiający pomiary w trybie konfokalnym ze zdolnością rozdzielczą w osi Z 25nm lub wyższą”.

Prosimy o usunięcie zapisu z polem widzenia: 1600x1200mm lub większym, z odległością roboczą 7mm lub wyższą, umożliwiający pomiary w trybie konfokalnym ze zdolnością rozdzielczą w osi Z 25nm lub wyższą. Zapis ten jest powtórzeniem już raz wymienionych parametrów obiektywu interferometrycznego 10x.

Odpowiedź.

Zamawiający dokona modyfikacji SWZ w tym zakresie.



Rzeczpospolita
Polska



Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Pytanie 2.

Dotyczy punktu 2) Stół z systemem aktywnej kompensacji drgań: Długość: 160 cm lub większa, Szerokość: 100 cm lub większa, Wysokość: od 80 do 100 cm, Udźwig: 350kg lub wyższy.

Prosimy o dopuszczenie rozwiązania alternatywnego w postaci stołu z systemem aktywnej kompensacji drgań o parametrach: długość 107 cm lub większa, szerokość 92 cm lub większa, wysokość 77 cm lub większa, udźwig: 290 kg lub większy.

Odpowiedź.

Zamawiający dokona modyfikacji SWZ w tym zakresie.