



Samodzielny Publiczny Zespół

Zakładów Opieki Zdrowotnej

w Gryficach

ul. Niechorska 27

72-300 Gryfice

Nasz znak

Data

SPZZOZ/15/1/21

Gryfice, 31.03.2021r

Sprawa dotyczy:

Przetarg nieograniczony nr 15/21 na: Dostawa sprzętu medycznego w ramach projektu:

„Zachodniopomorski Program Monitorowania i Prewencji Epidemii Coronawirusa SARS-CoV-2 i Choroby COVID-19” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” - cz. III”

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

2.. Chłdnia laboratoryjna 1400 litrów – szt. 1

1. Czy Zamawiający dopuści chłdnię o pojemności netto: 1250l/brutto: 1380?

ODP: Nie, oferowana pojemność jest zbyt mała. Wymagamy pojemności 1400 l brutto.

2. Czy Zamawiający dopuści chłdnię o wymiarach (SzxGxW) zewn.: 1320x890x2040 mm, wew.: 1220x790x1300 mm?

ODP: Nie, oferowane wymiary zewnętrzne przekraczają powierzchnię przeznaczoną na lokalizację docelową urzędzenia, jeżeli chodzi o parametr głębokości i wysokości.

3. Czy Zamawiający dopuści, by komunikaty wyświetlane na sterowniku były w języku angielskim?

ODP: Nie, Zamawiający wymaga komunikatów wyświetlanych na sterowniku w języku polskim.

4. Czy Zamawiający dopuści chłdnię wykonaną w całości ze stali nierdzewnej (wnętrze i obudowa)?



ODP: Zamawiający wymaga aby obudowa urządzenia była wykonana ze stali galwanizowanej na gorąco pokrytej powłoką antykorozyjną i folią PCV, a wewnątrz ze stali nierdzewnej.

3. Chłodnia laboratoryjna 700 litrów – szt. 1

1. Czy Zamawiający dopuści chłodnię o pojemności netto 750 l?

ODP: Nie, oferowana pojemność jest zbyt duża. Wymagamy pojemności 700 brutto.

2. Czy Zamawiający dopuści chłodnię o wymiarach wew. (SzxGxW): 730x790x1300 mm?

ODP: Nie, Zamawiający wymaga urządzenia o wysokości wewnętrznej 1500 mm.

3. Czy Zamawiający dopuści, by komunikaty wyświetlane na sterowniku były w języku angielskim?

ODP: Zamawiający wymaga komunikatów wyświetlane na sterowniku w języku polskim.

4. Czy Zamawiający dopuści chłodnię wykonaną w całości ze stali nierdzewnej (wewnątrz i obudowa)?

ODP: Zamawiający wymaga, aby obudowa urządzenia była wykonana ze stali galwanizowanej na gorąco pokrytej powłoką antykorozyjną i folią PCV, a wewnątrz ze stali nierdzewnej.

4 Zamrażarka laboratoryjna 600 litrów – 1 szt.

1. Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o pojemności 590l netto?

ODP: Zamawiający wymaga urządzenia o pojemności 600 brutto.

2. Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o wymiarach wew. (SzxGxW): 570x790x1300 mm?

ODP: Zgodnie z SWZ.

3. Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę wykonaną w całości ze stali nierdzewnej (wewnątrz i obudowa)?

ODP: Zamawiający wymaga, aby obudowa urządzenia była wykonana ze stali galwanizowanej na gorąco pokrytej powłoką antykorozyjną i folią PCV, a wewnątrz ze stali nierdzewnej.

4. Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę z chłodzeniem dynamicznym? Chłodzenie dynamiczne zapewnia bardziej jednorodny rozkład temperatury w komorze.

ODP: Zamawiający wymaga urządzenia bez wymuszonego obiegu powietrza.

5. Czy Zamawiający dopuści, by komunikaty wyświetlane na sterowniku były w języku angielskim?

ODP: Nie, Zamawiający wymaga komunikatów wyświetlanych na sterowniku w języku polskim.

do. pakietu 1.1: Chłodnie i zamrażarki laboratoryjne (1)

1). Czy Zamawiający dopuści termin dostawy wynoszący 8 tygodni? Sytuacja pandemiczna na świecie znacząco wydłuża łańcuch dostaw urządzeń.


ODP.: Zamawiający wyraża zgodę.



2). Czy Zamawiający może sprecyzować czy wymaga urządzeń wyposażonych w szuflady czy w półki? Według naszej wiedzy urządzenia do przechowywania krwi powinny być wyposażone w półki druciane z zestawem haczyków, natomiast zamrażarka do temp. -40C może być wyposażona w wysuwane szuflady z przegrodami.

ODP: Chłodnie wyposażone w półki z haczykami i szuflady z przegródkami, zamrażarka z wysuwanymi szufladami z przegrodami.

Z poważaniem


DYREKTOR
SPZZOZ w Grykach
Piotr Soltyskiński