

Piekary Śląskie, dn. 15.03.2024 r.

DZP - 3/2024

**Wyjaśnienia treści SWZ**  
**do wszystkich zainteresowanych**

**dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego**  
**na dostawę wyrobów medycznych**

Zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania wpłynęły pytania dotyczące przedmiotowego postępowania, których treść wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego zamieszczamy poniżej.

**Pytanie 1 - Dotyczy: Załącznik nr 5 do SWZ (wzór umowy), §3, pkt 2**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie terminu dostawy do 3 dni roboczych dla pakietów nr 24 i nr 25. Wymagany w wymienionych pakietach asortyment nie jest produktem na ratunek i potrzebne ilości Zamawiający może zaplanować z wyprzedzeniem.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 2 - Dotyczy: Załącznik nr 5 do SWZ (wzór umowy), §8, ust.1, pkt 1.1 oraz pkt 1.2**

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie wysokości kar umownych z 5% na 2%. Wysokość kar umownych narusza zasadę proporcjonalności i równego traktowania stron.

Odp.: Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 3 - Dotyczy: Pakiet nr 25, poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie obok wymaganych igieł (do wyboru w momencie zamawiania) jednorazowej igły do przezoskrzelowej biopsji aspiracyjnej pod kontrolą ultrasonografii (EBUS-TBNA); długość narzędzia 700mm, maksymalna długość wysunięcia ostrza igły (przy zdjętym stoperze) 40mm, minimalna długość wysunięcia ostrza igły 20mm; średnica ostrza igły 21 i 22G; minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2,0mm; na końcówce ostrza igły znajdują się otworki, które wzmacniają echo; wewnątrz narzędzia znajduje się wyjmowany mandryn o zaokrąglonej końcówce z uchwytem zapewniający stałą drożność igły; posiada regulację


*OK*

wysunięcia osłonki (pokrętło) oraz suwak-slider regulujący stopień wysunięcia igły; na części sterującej znajduje się skala pozwalająca określić stopień wysunięcia ostrza igły; posiada mechanizm informujący o pełnym schowaniu igły do osłonki poprzez wyraźne słyszalne kliknięcie, posiada usuwalny stoper ograniczający stopień penetracji igły nie głębiej niż na 20mm; posiada znacznik graficzny informujący o całkowitym schowaniu igły do osłonki; igła współpracuje z endoskopami ultradźwiękowymi, w których kierunek skanowania ultradźwiękowego jest równoległy do kierunku wprowadzania?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

#### **Pytanie 4 - Dotyczy: Pakiet nr 28, poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści i/lub wydzieli do odrębnego zadania z pakietu nr 28 - Lekka siatka ginekologiczna 45 g/m<sup>2</sup>, wytwarzana techniką dziewiarską ze 100% przędzy monofilamentowej polipropylenowej w kolorze transparentnym, dwuramienna. Na końcach każdego ramienia znajdują się pętelki, pozwalające na bezpieczne zamocowanie siatki w uchu aplikatora, służącym do przeprowadzenia implantu przez struktury anatomiczne i umiejscowienia w ciele pacjentki. Długość ramienia z wypustką 3,20 cm.. Wielkość porów 1,56 mm<sup>2</sup>, porowatość na poziomie 55-65%. Opakowanie jednostkowe zawiera 1 sztukę wyrobu, zapakowanego w podwójny rękaw papier-folia z etykietą i dołączoną instrukcją użytkowania.




*Niewielkie techniczne różnice nie wpływają na technikę operacyjną ani na oczekiwany, pożądany efekt terapeutyczny. Prosimy o dopuszczenie w/w materiałów w przetargu. Możliwość złożenia oferty konkurencyjnej, pozwoli na znaczne obniżenie ceny zakupów, finansowanych ze środków publicznych oraz obniżenie kosztów leczenia.*

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

#### **Pytanie 5 - Dotyczy: Pakiet nr 30, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 30 - Sterylna taśma do chirurgicznego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet metodą TOT lub TVT. Wykonana jest niewchłaniałnego polipropylenu monofilamentowego o grubości nici 0,15 mm. Parametry: szerokość: 1,1 cm (+/- 0,1 cm), długość: 45 cm, grubość: 0,34 mm, gramatura: 45 g/m<sup>2</sup>, wielkość porów: 1x1,25 mm. Brzegi taśmy zakończone są pętelkami. Taśma w plastikowej, dwuczęściowej osłonce, niezachodzącej na siebie.

Wg




*Niewielkie techniczne różnice nie wpływają na technikę operacyjną ani na oczekiwany, pożądany efekt terapeutyczny. Prosimy o dopuszczenie w/w materiałów w przetargu. Możliwość złożenia oferty konkurencyjnej, pozwoli na znaczne obniżenie ceny zakupów, finansowanych ze środków publicznych oraz obniżenie kosztów leczenia.*

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

### Pytanie 6 - Dotyczy: Pakiet nr 30, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 30 - Zestaw do korekcji zaburzeń narządu płciowego metodą laparoskopową wykonany z polipropylenu monofilamentowego o parametrach: grubość: 0,34mm, gramatura 45/m<sup>2</sup>, porowatość 55-60%, wielkość porów: 1 x 1,25 mm.




*Niewielkie techniczne różnice nie wpływają na technikę operacyjną ani na oczekiwany, pożądany efekt terapeutyczny. Prosimy o dopuszczenie w/w materiałów w przetargu. Możliwość złożenia oferty konkurencyjnej, pozwoli na znaczne obniżenie ceny zakupów, finansowanych ze środków publicznych oraz obniżenie kosztów leczenia.*

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

### Pytanie 7 - Dotyczy: Pakiet nr 30, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 30 - Zestaw do leczenia zaburzeń statyki narządów miednicy- plastyka przednia. Składa się z polipropylenowej, monofilamentowej, niewchłanialnej siatki o parametrach: grubość: 0,34 mm, gramatura: 45 g/m<sup>2</sup>, wielkość porów: 1 x 1,25 mm, wymiary: całkowita długość z ramionami: 45 cm, dł. jednego ramienia: 19 cm, wymiary trapezu: 7,0 x 5,0 cm x 6 cm ( wysokość). Implant o anatomicznym kształcie, brzegi zakończone pętelkami. Siatka posiada 4 ramiona mocujące – 2 z nich to przedłonowe ramiona kotwiczące, pozostałe dwa to ramiona przezzasłonowe. W zestawie dwa narzędzia wielorazowego użytku wykonane z wysokiej jakości stali chirurgicznej. Ergonomiczne uchwyty zapewniają optymalną kontrolę podczas wprowadzania igły.




*Niewielkie techniczne różnice nie wpływają na technikę operacyjną ani na oczekiwany, pożądany efekt terapeutyczny. Prosimy o dopuszczenie w/w materiałów w przetargu. Możliwość złożenia oferty konkurencyjnej, pozwoli na znaczne obniżenie ceny zakupów, finansowanych ze środków publicznych oraz obniżenie kosztów leczenia.*

06

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 8 - Dotyczy: Pakiet nr 30, poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 30 - Zestaw do leczenia zaburzeń statyki narządów miednicy - plastyka tylna. Składa się z polipropylenowej, monofilamentowej, niewchłanialnej siatki o parametrach: grubość: 0,34 mm, gramatura: 45 g/m<sup>2</sup>, wielkość porów: 1x1,25 mm, całkowita długość: 41,3 cm, dł. jednego ramienia: 17,5 cm. Implant o anatomicznym kształcie, brzegi zakończone pętelkami. Siatka posiada 2 ramiona mocujące. W zestawie dwa narzędzia wielorazowego użytku wykonane z wysokiej jakości stali chirurgicznej. Ergonomiczne uchwyty zapewniają optymalną kontrolę podczas wprowadzania igły.



*Niewielkie techniczne różnice nie wpływają na technikę operacyjną ani na oczekiwany, pożądany efekt terapeutyczny. Prosimy o dopuszczenie w/w materiałów w przetargu. Możliwość złożenia oferty konkurencyjnej, pozwoli na znaczne obniżenie ceny zakupów, finansowanych ze środków publicznych oraz obniżenie kosztów leczenia.*

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 9 - Dotyczy: Pakiet 9 poz. 14**

Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowana staza była w dwóch kolorach, do wyboru przez Zamawiającego?

Odp.: Zamawiający nie wymaga.

**Pytanie 10 - Dotyczy: Pakiet 9 poz. 21**

Czy Zamawiający wymaga, aby worek wyposażony był w wyprofilowany kołnierz (tekturowy uchwyt) w kształcie maski z wycięciem, który umożliwi zamknięcie worka, a dzięki zastawce antyzwrotnej nie ma możliwości wydostawania się zapachu i treści na zewnątrz, worek o pojemności 1000ml, wykonany z wytrzymałego LDPE?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**Pytanie 11 - Dotyczy: Pakiet 26 poz.2**

Czy zamawiający dopuści do postępowania elektrodę zgodną z opisem technicznym w pozycji nr 2 jednakże pakowaną w opakowaniu zbiorczym po 50szt (w 1 opakowaniu jest 10 paczek pakowanych po 5 szt.)? wykonawca w wycenie zwiększył ilość op. do 52 tak by ilość szt. wymaganych elektrod była zgodna z wymogami zamawiającego.

Odp.: W zakresie pakietu nr 26 brak jest poz. 2

**Pytanie 12 - Dotyczy: Pakiet 44**

Zamawiający określa w Pakiecie nr 44 poz. 1 system do pomiaru stężenia glukozy we krwi podając nazwę własną glukometru będącą zastrzeżonym znakiem towarowym konkretnego producenta, co ogranicza konkurencję asortymentowo-cenową wyłącznie do pasków testowych konkretnego producenta (ze względu na chronione prawem patentowym zabezpieczenia konstrukcyjne sprawiające, że z glukometrem danego producenta kompatybilne są wyłącznie paski tego samego wytwórcy) tym samym narażając Zamawiającego na wysoką cenę. Jeżeli Zamawiający dopuści inne systemy dostępne na rynku, miałby możliwość obniżenia kosztów w budżecie przeznaczonym na zakup systemów pomiaru glukozy. W związku z tym pytamy, czy Zamawiający, postępując zgodnie z przepisami ustawy Pzp (art. 99, ust. 4-6) dopuści zaoferowanie konkurencyjnych odpowiedników w postaci pasków testowych innego producenta kompatybilnych z innymi glukometrami (wraz z przekazaniem nieodpłatnych, kompatybilnych glukometrów w ilości pokrywającej zapotrzebowanie Zamawiającego) charakteryzujących się następującymi parametrami: enzym oksydaza glukozy GOD, zakres pomiarowy 20-600mg/dl, zakres hematokrytu 10-70%, możliwość wykonywania pomiarów w próbkach krwi osób dorosłych, dzieci i noworodków, czas pomiaru 5 sekund, wielkość próbki krwi 0,5ul, wyrzutnik zużytego paska testowego, stabilność pasków 12 miesięcy po pierwszym otwarciu fiolki, parametry funkcjonalne zgodne z obowiązującą normą EN ISO 15197:2015?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 13 - Dotyczy: Pakiet 4**

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w pakiecie 4 pozycji 6 testów konfekcjonowanych w innych opakowaniach niż wskazane w SWZ (po przeliczeniu testów na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrągleniu uzyskanego wyniku w górę), przy czym każdy test z opakowania zbiorczego jest indywidualnie, hermetycznie zapakowany w opisanej saszetce z nadrukowaną datą ważności oraz nazwą testu, z możliwością wykorzystania do końca podanej daty ważności niezależnie od tempa zużycia pozostałych testów z opakowania?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę, jeśli dotyczy pakietu nr 44.

**Pytanie 14 - Dotyczy: Pakiet 3, poz. 22-25**

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy zamawiający odstąpi od wymogu powleczenie szwu środkiem antybakteryjnym triclosanem ewentualnie czy może wydzielić wyżej wymienione pozycje do osobnego pakietu.

Odp.: Zamawiający nie odstąpi i nie wydzieli.

**Pytanie 15 - Dotyczy: Pakiet 3, poz. 1-26**

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy zamawiający wymaga dostarczenia instrukcji w języku polskim z potwierdzonymi parametrami zaproponowanych szwów chirurgicznych.

Odp.: Zamawiający wymaga.

**Pytanie 16 - Dotyczy: Pakiet 3, poz. 20**

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy zamawiający dopuści szew o długości 150 cm – pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 17 - Dotyczy: Pakiet 50 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrod, zamiennika?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 18 - Dotyczy: Pakiet 44 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z pakietu nr 44 pozycję nr 1 testy paskowe do pomiaru glukozy we krwi włosniczkowej, gdyż w specyfikacji znajduje się wskazanie na konkretny model czytnika?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 19 - Dotyczy Pakietu nr 44, pkt. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu ciążowego, który w opakowaniu zawiera 40 kasetek testowych?


Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody, całkowita ilość w SWZ to 30 szt.


**Pytanie 20 - Dotyczy Pakietu nr 44, pkt. 6**

Czy Zamawiający, wyrazi zgodę na zaoferowanie szybkiego testu wykrywającego antygen Streptococcus grupy A w wymazach z gardła, który w opakowaniu zawiera 20 kasetek testowych?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Z poważaniem

PIEKARSKIE CENTRUM MEDYCZNE Sp. z o.o.  
PREZES ZARZĄDU  


PIEKARSKIE CENTRUM MEDYCZNE Sp. z o.o.  
PROKURENT  
  
Izabella Bacik

