



Znak: AE/ZP-27-80/24

Tarnów, 2024-08-20

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości nie przekraczającej progów unijnych (poniżej 221.000 EURO) na dostawy szwów chirurgicznych, podwiązek, rurek silikonowych do podtrzymywania naczyń oraz chirurgicznego wosku kostnego.

W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 1-** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów o okresie wchłaniania 60-90 dni, okresie podtrzymywania tkanek ok. 21-28 dni przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 1- 6** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł wzmocnionych tj. wykonanych z najwyższej jakości stali chirurgicznej serii 300 charakteryzującej się wysoką odpornością na odkształcenia?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 1- 4** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł wzmocnionych tj. wykonanych z najwyższej jakości stali chirurgicznej serii 300 charakteryzującej się wysoką odpornością na odkształcenia?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 4** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą okrągłą wzmocnioną?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 1, 3** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie próbek jedynie do pozycji 1 i 3?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1, 2, 4** - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na dopuszczenie szwu chirurgicznego o wyższych parametrach niż wymagane w SWZ tj. szwu z igłą II generacji - kosmetyczną, odwrotnie tnącą, dwuwkłęśłą wykonaną z najwyższej stali 302 do precyzyjnego szycia. Pozostałe wymogi zgodne z SWZ.
7. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 5** - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na dopuszczenie nici chirurgicznej o długości 150 cm. Pozostałe wymogi zgodne z SWZ.
8. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 4** - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na dopuszczenie igły chirurgicznej 1/2 koła okrągłej. Pozostałe wymogi zgodne z SWZ.
9. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 4** - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na dopuszczenie igły chirurgicznej podwójnej. Pozostałe wymogi zgodne z SWZ.
10. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 5** - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na dopuszczenie szwu chirurgicznego o grubości USP 1. Pozostałe wymogi zgodne z SWZ.
11. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 3** - Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 pozycja 3 dopuści szew z igłą o długości 18mm, pozostałe zapisy SWZ bez zmian?
12. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 5** - Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 pozycja 5 dopuści:
 - a) szew z igłą o długości 35mm, pozostałe zapisy SWZ bez zmian?
 - b) lub szew z igłą o krzywiznie 1/2 koła, pozostałe zapisy SWZ bez zmian?
13. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 5** - Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 pozycja 5 dopuści podwiązkę o długości 250cm, pozostałe zapisy SWZ bez zmian?
14. **Dotyczy Pakietu Nr 2** - Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, wchłanialny, pleciony, z igłą odporną na złamania trwale połączona z nitką, okres wchłaniania po ok. 42 dniach?
15. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 3,4** - Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą?
16. **Dotyczy Pakietu Nr 7** - Czy Zamawiający dopuści materiał szewny o okresie wchłaniania 180-210 dni?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następujących odpowiedzi:

Ad 1

Zamawiający w Pakiecie Nr 1 dopuszcza również zaoferowanie szwów o okresie wchłaniania 60-90 dni, okresie podtrzymywania tkanek ok. 21-28 dni. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.



W przypadku zaoferowania w Pakiecie Nr 1 szwów o okresie wchłaniania 60-90 dni, okresie podtrzymywania tkanek ok. 21-28 dni, Wykonawca zobowiązany jest do podania tego okresu wchłaniania oraz okresu podtrzymywania tkanek w kolumnie „Nazwa handlowa/nr katalogowy” w każdej pozycji Formularza Cenowego, w której zaoferuje szwy o dopuszczonym odpowiednią okresie wchłaniania i okresie podtrzymywania tkanek oraz dopisania tego okresu wchłaniania oraz okresu podtrzymywania tkanek w nazwie pakietu, a w przypadku zaoferowania szwów o okresie wchłaniania 60-90 dni oraz okresie podtrzymywania tkanek ok. 21-28 dni we wszystkich pozycjach Formularza Cenowego Wykonawca zobowiązany jest do podania tego okresu wchłaniania oraz okresu podtrzymywania tkanek tylko w nazwie pakietu.

Ad 2

Zamawiający w Pakiecie Nr 3 poz. 1 - 6 dopuszcza również zaoferowanie szwów z igłą wzmocnioną, tj. wykonanych z najwyższej jakości stali chirurgicznej serii 300 charakteryzującej się wysoką odpornością na odkształcenia. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Ad 3

Zamawiający w Pakiecie Nr 5 poz. 1 - 4 dopuszcza również zaoferowanie szwów z igłą wzmocnioną, tj. wykonanych z najwyższej jakości stali chirurgicznej serii 300 charakteryzującej się wysoką odpornością na odkształcenia. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Ad 4

Zamawiający w Pakiecie Nr 5 poz. 4 dopuszcza również zaoferowanie szwu z igłą okrągłą wzmocnioną. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Ad 5

Zamawiający w Pakiecie Nr 5 poz. 1 i 3 podtrzymuje wymagania SWZ.

Ad 6

Zamawiający w Pakiecie Nr 4 poz. 1, 2, 4 dopuszcza również zaoferowanie szwu chirurgicznego z igłą II generacji – kosmetyczną, odwrotnie tnącą, dwuwkłęśłą wykonaną z najwyższej stali 302 do precyzyjnego szycia pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ

Ad 7

Zamawiający w Pakiecie Nr 4 poz. 5 podtrzymuje wymagania SWZ.

Ad 8

Zamawiający w Pakiecie Nr 5 poz. 4 podtrzymuje wymagania SWZ.

Ad 9

Zamawiający w Pakiecie Nr 5 poz. 4 podtrzymuje wymagania SWZ.

Ad 10

Zamawiający w Pakiecie Nr 5 poz. 5 podtrzymuje wymagania SWZ.

Ad 11

Zamawiający w Pakiecie Nr 3 poz. 3 podtrzymuje wymagania SWZ.

Ad 12

Zamawiający w Pakiecie Nr 4 poz. 5 podtrzymuje wymagania SWZ.

Ad 13

Zamawiający w Pakiecie Nr 5 poz. 5 podtrzymuje wymagania SWZ.

Ad 14

Zamawiający w Pakiecie Nr 2 poz. 1 i 2 podtrzymuje wymagania SWZ.

Ad 15

Zamawiający w Pakiecie Nr 6 poz. 3 i 4 dopuszcza również zaoferowanie szwu z igłą odwrotnie tnącą pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ.

Ad 16

Zamawiający w Pakiecie Nr 7 poz. 1 i 2 dopuszcza również zaoferowanie szwu o okresie wchłaniania 180 - 210 dni pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do podania tego okresu wchłaniania w nazwie pakietu.

Otrzymują:
Platforma Zamawiającego
a/a

Zastępca Dyrektora

mgr Danuta Nosek

