

Opis przedmiotu zamówienia – wirówko-vorteks na potrzeby opracowania innowacyjnej formułacji leku złożonego dedykowanego pacjentom geriatrycznym w farmakoterapii bólu o następujących parametrach.

Oferuję:

Model/typ:

Producent/kraj:

Rok produkcji (nie starszy niż 2023)

Lp.	Wymagania:
1.	Urządzenie nowe i nieużywane, nierefabrykowane.
2.	Zakres prędkości co najmniej 1000-6000 rpm (ustawiana co 100 obr./min)
3.	RCF max. 2350 x g
4.	Czas wirowania przynajmniej 1 sek.-30 min.
5.	Czas mieszania przynajmniej 0-20 sek.
6.	Regulacja cykli SMS co najmniej 1-999
7.	Wyświetlacz LCD.
8.	Zabezpieczenie: automatyczne zatrzymanie po otwarciu pokrywy.
9.	Rotory na wyposażeniu: R - 1.5 (12x1,5ml) R - 0.5/0.2 (12x0,5ml i 12x0,2ml)
10.	Zasilanie: AC 24 V, 1.25 A
11.	Wymiary: 190mm x 235mm x 125mm (±5%)
12.	Waga: do 2,5kg
13.	Instrukcja w języku polskim

Dostawa na adres wliczona w cenę:

Katedra i Zakład Farmakognozji i Biomateriałów
Collegium Pharmaceuticum
ul. Rokietnicka 3, 60-806 Poznań

Dane kontaktowe osoby odbierającej zostaną podane po wyborze oferty.