

	Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblagwww.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl -mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl	Nr sprawy: ZP/9/2024
	Dostawa densytometru rentgenowskiego	

Elbląg, dnia 20.03.2024r.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: Dostawa densytometru rentgenowskiego. Nr sprawy ZP/9/2024

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu, ul. Komeńskiego 35 informuje, że zgodnie z art. 284 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. ustawy Pzp udziela wyjaśnień na pytania, które wpłynęły od Wykonawców zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy Pzp o poniższej treści:

Pytanie nr 1

dotyczy Pakiet nr 1, Załączenia nr 1.1 do SWZ, Punkt 15

Na jakość otrzymywanych wyników badania i obrazowanie ma wpływ ilość elementów detektora, w związku z powyższym, czy Zamawiający będzie wymagał, aby detektor posiadał min. 64 elementy detektora? Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby detektor posiadał min. 64 elementy detektora CZY NIE ZASZŁA OCZYWISTA OMYŁKA PISARSKA I ZAMIAST WYMAGAĆ ZAMAWIAJĄCY CHCIAŁ DOPUSZCIEĆ ROZWIĄZANIE 64 RZĘDOWE? Nie ilość detektorów jest ważna a rozdzielczość, która zależy od rozmiaru pojedynczego elementu, rozdzielczość konkurencji jest na poziomie 0,5 (horizon) lub 1,6 (discovery) lp/mm przy 256 elementach detektora, w naszym rozwiązaniu taka rozdzielczość 0,6 jest uzyskiwana przy 16 elementach, zamawiający może dopuścić ale nie wymagać 64 elementów, chodzi też o bezpieczeństwo pacjenta i obsługi - dawka konkurencji jest czterokrotnie większa niż w naszych aparatach (ok 10 przy 2 m, u nas ok 5 przy 1 m), jeśli użytkownik akceptuje zagrożenie techników...

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje sprostowania udzielonego wyjaśnienia na pytanie nr 1 w dniu 19.03.2024r. Zamawiający w Pakiecie nr 1, Załącznik nr 1.1 do SWZ, Punkt 15, dopuszcza aby oferowany sprzęt posiadał detektor min. 16 elementowy/rzędowy. Zamawiający oczywiście dopuszcza rozwiązanie 64 elementowe/rzędowe

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu, ul. Komeńskiego 35 informuje o zmianie ogłoszenia w zakresie zmiany terminu składania i otwarcia ofert.

Termin składania ofert zostaje przesunięty na dzień 25.03.2024r. godz. 8:00

Termin otwarcia ofert zostaje przesunięty na dzień 25.03.2024r. godz. 8:05

Termin związania z oferta zostaje zmieniony na 23.04.2024r

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu
(-)
lek. Jacek Wójcik