

Kraków dnia 24.11.2023 r.

**ZMIANA TREŚCI SWZ
DO WYKONAWCÓW**

Znak sprawy: MCN.5.261.83.2023

Działając na podstawie przepisu art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2023, poz. 1605), zwanej dalej „ustawą Pzp” lub „Pzp”, Zamawiający - Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon, wprowadza zmiany w treści specyfikacji warunków zamówienia w prowadzonym w trybie podstawowym (art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp) postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawę sprzętu optycznego wraz z wyposażeniem pomocniczym dla Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon**. Treść zmian poniżej:

W załączniku nr 3 do SWZ – Formularz Cenowy – Opis Przedmiotu Zamówienia:

W pozycji nr 1.1 zapis o treści „Pole widzenia: nie mniejsze niż 50o x 40o.”, zastępuje się zapisem: „**Pole widzenia: nie mniejsze niż 50° x 40° (+/- 5°).**”

W pozycji nr 2.1. zapis o treści: „Zakres pomiaru: minimum -25 do + 600oC; (dopuszczalny podział mierzonych wartości w zależności od wybranego trybu pracy)”, zastępuje się zapisem: „**Zakres pomiaru: minimum -25 do + 600 °C (+/- 5 °C); (dopuszczalny podział mierzonych wartości w zależności od wybranego trybu pracy)**”

W pozycji nr 2.1. zapis o treści: „Pole widzenia: nie mniejsze niż 40o x 30o.”, zastępuje się zapisem” „**Pole widzenia: nie mniejsze niż 40° x 30° (+/- 5°).**”

W pozycji nr 2.1. zapis o treści: „Rozdzielczość detektora: minimum 320 x 240; pikseli, z możliwością rozszerzenia do 640 x 480”, zastępuje się zapisem: „**Rozdzielczość detektora: nie niższa niż 320 x 240; pikseli.**”

W pozycji nr 2.1. zapis o treści: „Masa: nie więcej niż 600g;”, zastępuje się zapisem: „**Masa: nie większa niż 1500g**”

Niniejsza zmiana stanowi integralną treść SWZ. Zamawiający zobowiązuje wykonawców do uwzględniania zmian w treści ofert pod rygorem odrzucenia. Jednocześnie zamawiający udostępni na stronie postępowania obowiązujący Załącznik nr 3 do SWZ.