



**DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ
Zestaw nr 2**

Dotyczy: postępowania nr 5B10.291.1.56.2024.MRO na: dostawę systemu do chromatografii (FPLC) dla Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi Uniwersytetu Gdańskiego.

W odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ do przedmiotowego postępowania, Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), udziela wyjaśnień uczestnikom postępowania.

Nr pytania	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1.	Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie o zakresie przepływu 0.01-100ml/min? (punkt 1)	Zamawiający nie zaakceptuje urządzenia o wskazanym przez Wykonawcę zakresie przepływu. Zamawiający koryguje wymaganie wskazane w pkt 1 załącznika nr 6 do SWZ dotyczące minimalnego zakresu przepływu w trybie gradientowym zgodnie z poniższym: „Zakres przepływu co najmniej od 0,001 do 20 ml/min w trybie gradientowym.”
2.	Czy Zamawiający zaakceptuje zakres ciśnienia roboczego od 0 do 10Mpa? (punkt 2)	Zamawiający zaakceptuje zakres ciśnienia roboczego od 0 do 10Mpa.
3.	Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie wyposażone w pompę do podawania próbek o dużej objętości zamiast użycia w tym celu superpętli? (punkt 5)	Zamawiający koryguje wymaganie wskazane w pkt 5 załącznika nr 6 do SWZ dotyczące podawania próbek w zakresie 10 μ l – 150ml zgodnie z poniższym: „Kontrolowane programowo podawanie próbki w zakresie 10μl – 150ml przy użyciu superpętli albo pompy do podawania próbek.”
4.	Czy Zamawiający zgodzi się na konstrukcję bez światłowodu z ograniczeniem ogrzewania się celki pomiarowej? (punkt 7)	Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym: „Konstrukcja komory przepływowej z zastosowaniem technologii światłowodów, która zapobiega nagrzewaniu się kapilary przepływowej monitora UV albo konstrukcja komory przepływowej bez zastosowania światłowodu zapewniająca ograniczenie ogrzewania się celki pomiarowej.”



5.	Czy Zamawiający zgodzi się na źródło światła pochodzące z lamp D2 oraz wolframowej o żywotności co najmniej 2000h? (punkt 9)	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.
6.	Czy Zamawiający zaakceptuje kolektor frakcji z szybką przesuwającą się głowicą bez synchronizacji? (punkt 17)	Zamawiający zaakceptuje kolektor frakcji z szybko przesuwającą się głowicą bez synchronizacji pod warunkiem, że kolektor frakcji pozwoli na kontrolę wielkości zebranych frakcji oraz zniweluje ryzyko zachlapań. Zamawiający koryguje wymaganie wskazane w pkt 17 załącznika nr 6 do SWZ dotyczące kolektora frakcji zgodnie z poniższym: „Kolektor frakcji pozwalający na zebranie co najmniej 175 frakcji (przy wykorzystaniu probówek o objętości co najmniej 3 ml), wyposażony w funkcję synchronizacji kropel oraz system niwelujący ryzyko zachlapań albo kolektor frakcji pozwalający na zebranie co najmniej 175 frakcji (przy wykorzystaniu probówek o objętości co najmniej 3 ml), wyposażony w szybko przesuwającą się głowicę bez synchronizacji pozwalający na kontrolę wielkości zebranych frakcji oraz niwelowanie ryzyka zachlapań.”

Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 137 ust. 1 Pzp, dokonuje zmiany treści SWZ oraz udostępnia zmienione dokumenty, zgodnie z poniższym:

- 1) SWZ o nazwie „**SWZ 1.56 z dnia 19.06.2024 r.**”, która zastępuje dotychczasową SWZ udostępnioną pod nazwą „SWZ 1.56”,
- 2) opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 6 do SWZ o nazwie „**Załącznik nr 6 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia 1.56 po zmianie z dnia 19.06.2024 r.**”, który zastępuje dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia udostępniony pod nazwą „Załącznik nr 6 - opis przedmiotu zamówienia 1.56”.

Jednocześnie Zamawiający, na podstawie art. 137 ust. 6 Pzp, przedłuża termin składania ofert w następujący sposób:

- ofertę należy złożyć w terminie do dnia **03.07.2024 r. do godz. 10:00:00**,
- otwarcie ofert nastąpi w dniu **03.07.2024 r. o godz. 10:15:00**, jednak nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert wskazany w rozdziale XII pkt 4 SWZ.

Tym samym, zmianie ulega również termin związania ofertą, określony w rozdziale XIV pkt 1 SWZ.

Wprowadzone nowe dokumenty są obowiązujące dla prawidłowo złożonej oferty.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem
Przewodniczący Komisji Przetargowej
Z-ca Kierownika
Działu Zamówień Publicznych
Centrum Zamówień Publicznych

mgr Marta Jagielska