

**Wszyscy Wykonawcy**

Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na: **Dostawę sprzętu** realizowanego w ramach Projektu VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy dla działania: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy dla poddziałania: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej.

**Nr referencyjny 46/98**

Szpital Murcki Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:

**Pyt. 1**

**Dotyczy pakietu 7. Poz. 2. Wózek zabiegowy pod aparaty rehabilitacyjne – 2szt. Pkt.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek zabiegowy wykonany z rur chromowanych, tworzywa ABS i stali nierdzewnej, co stanowi rozwiązanie trwalsze i korzystniejsze od opisanego?

*Poniżej zdjęcie poglądowe wózka, który chcielibyśmy zaoferować w postępowaniu:*



**Ad. 1**

Tak, dopuszcza się.

**Pyt. 2**

Dotyczy pakietu 7. Poz. 5. Wózek pneumatyczny dla pacjentów leżących – 2szt. Pkt. 2.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do transportu pacjentów o wymiarach:

- długość: 2230mm,

- szerokość: 840mm ?

**Ad. 2**

Tak, dopuszcza się.

**Pyt. 3**

**Dotyczy pakietu 7. Poz. 5. Wózek pneumatyczny dla pacjentów leżących – 2szt. Pkt. 5.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do transportu pacjentów, którego wysokość leża regulowana jest w zakresie: 560-875mm?

**Ad. 3**

Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

**Pyt. 4**

**Dotyczy pakietu 7. Poz. 5. Wózek pneumatyczny dla pacjentów leżących – 2szt. Pkt. 7.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do transportu pacjentów, którego oparcie pleców regulowane jest za pomocą sprężyn gazowych w zakresie: 0-80°?

**Ad. 4**

Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

**Pyt. 5**

**Dotyczy pakietu 7. Poz. 5. Wózek pneumatyczny dla pacjentów leżących – 2szt. Pkt. 8.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do transportu chorych, wyposażony w 4 koła o średnicy 150mm, z centralną blokadą oraz funkcją jazdy kierunkowej?

**Ad. 5**

Tak, dopuszcza się.

**Pyt. 6**

**Dotyczy pakietu 7. Poz. 5. Wózek pneumatyczny dla pacjentów leżących – 2szt. Pkt. 9.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do transportu chorych, którego barierki boczne oraz uchwyt do prowadzenia wózka wykonane są ze stali lakierowanej proszkowo?

*Poniżej zdjęcia poglądowe wózka, który chcielibyśmy zaoferować w postępowaniu:*



**Ad. 6**

Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

**Pyt. 7**

**Dotyczy pakietu 7. Poz. 5. Wózek pneumatyczny dla pacjentów leżących – 2szt. Pkt. 6.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do transportu chorych, którego pozycja Trendelenburga uzyskiwana jest za pomocą sprężyny gazowej z blokadą w zakresie: 0-10° – regulacja płynna?

*Poniżej zdjęcie poglądowe wózka, który chcielibyśmy zaoferować w postępowaniu:*



**Ad. 7**

Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.